



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła 24.07.2020 roku

FZP.II-241/61/20/ZO

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zapytania ofertowego pn.: **Fartuchy chirurgiczne**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Zadanie 1

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie fartucha równoważnego:

Jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 40 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – trzyścieżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 6cm, oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w papier krepowy 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30,5x34cm. Na opakowaniu informacja o sterylizacji oraz 4 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające oznaczenie dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Zadanie 2

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie fartucha równoważnego:

Fartuch chirurgiczny jednorazowy wzmocniony, niezawierający wiskozy ani celulozy, z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², wzmocniony wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o gramaturze 50 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 100 cm H₂O. Rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – trzyścieżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 6cm, oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w papier krepowy 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30,5x34cm. Na opakowaniu informacja o sterylizacji oraz 4 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające oznaczenie dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. ZGODNIE Z NOWYMI WYTYCZNYMI DYREKTYWY MDR fartuchy pakowane w opakowanie pośrednie kartonowe – dispenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.