



Znak: AE/ZP-27-42/19

Tarnów, 2019-08-05

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne), parafiny granulowanej, chłonnych gąbek żelatynowych.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 27

Prosimy o dopuszczenie do przetargu portów z okrągłą komorą, o dwóch objętościach komory: 0,3ml i 0,5ml. Proponowane porty posiadają cewniki poliuretanowe w rozmiarze przewodnika 6Fr i 8,5Fr oraz długości 760mm. Zestaw – w stosunku do wymogów SIWZ - różni się następującymi parametrami: posiada 2 strzykawki z gumowym tłokiem o pojemności 12ml, tępą igłę bez drenu i motylka, 2 igły Hubera do przepłukiwania oraz dodatkowo igłę Hubera z drenem i zabezpieczeniem przed samozakłuciem do długich infuzji, hak do unoszenia żyły, zamiast opaski naklejka i karta identyfikacyjna.

2. Dotyczy Pakietu Nr 36


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parafinę o temperaturze topnienia 56-58 st. C z dodatkiem DMSO oraz polimerów (uplastyczniaczy)? Pozostałe warunki przedmiotu zamówienia pozostają zachowane.

3. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniule dotętnniczą wykonaną z TPU?

4. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-6; Pakietu Nr 2 poz. 1; Pakietu Nr 4 poz. 1; Pakietu Nr 5 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych z opakowaniem jednostkowym z fabrycznie nadrukowanym rozmiarem w formacie jak poniżej:



5. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z drenem o długości 150 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

6. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu z butelek z filtrem 1,2µm?

7. Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi o długości przyrządu min. 150 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

8. Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą 34 mm, długość trzonka igły prowadzącej ok. 2,7 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

9. Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą 34 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

10. Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego z prowadnicą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

11. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie czy w pozycji nr 1 i 2 należy zaferować igły do biopsji szpiku z metalowym przyłączem luer-lock do podłączenia strzykawki?

12. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaferowania w pozycji nr 3 w/w pakietu igieł do biopsji cienkoigłowej w rozmiarze 20G x 160 mm, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

13. Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaferowania w pozycji 1 igieł do biopsji histopatologicznej z możliwością regulacji w zakresie 15 mm i 22 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

14. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 6-9

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6-9 z pakietu 9.

15. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga zaferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych oraz TS bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów, gdyż ftalany (używane w produkcji towarów z PCV i innych tworzyw sztucznych) stosowanych jako plastyfikator są substancjami o stwierdzonej pewnej szkodliwości na organizm i ich nadmiar może rozstrajać gospodarkę hormonalną, zwiększać ryzyko zachorowania na astmę i alergię, szczególnie w przypadku dzieci, ftalany mogą powodować szereg innych niekorzystnych dolegliwości?

16. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

17. Dotyczy Pakietu Nr 27

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie portów naczyniowych w całości wykonanych z tytanu wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzenia. Komora portu o budowie elipsoidalnej wymuszającej przepływ styczny przepływ w obrębie komory co zmniejsza ryzyko powstawania przyściennych skrzepin. Komora o objętości 0,5 ml (port standardowy), 0,3 ml (port niskoprofilowy).

Porty standardowe - dostępne cewniki silikonowe w rozmiarze 8F i 9,6 Fr/ dł. 50 cm, cewniki poliuretanowe w rozmiarze: 6,6, 9,0 Fr/ dł. min. 50 cm;

Porty niskoprofilowe - dostępne cewniki silikonowe w rozmiarze 8,0 Fr/ dł. 50 cm, cewniki poliuretanowe w rozmiarze: 6,6, 9,0 Fr/ dł. min. 50 cm;

Kompletny zestaw wprowadzający zawierający: port, cewnik, 1 szt. niskooporowa strzykawka 10ml, igła do nakłucia żyły 18G, tępa igła Hubera bez motylka i drenu, kompatybilna ze środowiskiem MRI rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min. 50cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tępo zakończony tunelizator, mechanizm mocujący cewnik z portem. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI; port dający możliwość dozowania kontrastu do tomografii komputerowej pod ciśnieniem do 300PSI. Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, bez opaski, instrukcja użytkowania) w języku polskim.

18. Dotyczy SIWZ Rozdział XVI Ogólne Warunki Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z pkt 14 do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

19. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz.1

Czy Zamawiający wymaga igieł do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360, szlif 360 stopni, dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DEHP zintegrowany z igłą i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą, w rozmiarach od 35, 50, 80, 100, 150 mm (do wyboru przez Zamawiającego) 20G i 22G? Pakowane pojedynczo, sterylne.

20. Dotyczy Pakietu Nr 36 poz.1

Czy Zamawiający wymaga zestawu do znieczulenia zewnątrzoponowego z igłą do znieczulenia zewnątrzoponowego 1,3 x 80 G18 x 3/4, z cewnikiem z trzema otworami 0,45 x 0,85 mm G20 z miękkim atraumatycznym końcem, strzykawką LOR, filtrem zewnętrznym?

21. Dotyczy Pakietu Nr 32

Dotyczy terminu dostawy „na cito”. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 24 h w dni robocze.



22. Dotyczy SIWZ Rozdział XVI Ogólne Warunki Umowy ppkt 23 b)

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczące kary w wysokości 1000 zł w przypadku zakupu zastępczego. Ideą zakupu zastępczego jest zakup u innego dostawcy i pokrycie różnicy w wysokości cen przez Wykonawcę, co z założenia nosi znamiona kary. Dodatkowo Wykonawca karany jest za nieterminowe wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami pkt. VI ppkt 13 a-c) SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W związku z tym Zamawiający za jedno przewinienie będzie karany dwukrotnie.

23. Dotyczy SIWZ Rozdział XVI Ogólne Warunki Umowy ppkt 14

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy .

24. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości próbek jakich Zamawiający będzie żądał na wezwanie.

25. Dotyczy SIWZ Rozdział XVI Ogólne Warunki Umowy ppkt 1 dostawy „na cito”

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu mówiącego o dostawie we wskazane przez pracownika Apteki Szpitalnej miejsce w Szpitalu. Dostawy realizowane są przez firmy kurierskie i dokładny adres dostawy definiowany jest na etapie składania zamówienia do firmy kurierskiej.

26. Dotyczy Pakietu Nr 32

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie potwierdzenia kompatybilności z penami firmy Biotion i firmy Polfa Tarchomin na podstawie dodatkowych próbek (dodatkowe 15 sztuk) złożonych przez Wykonawcę. Uzasadnienie: Peny firmy Bioton oraz Polfa Tarchomin są produkowane i stosowane lokalnie w Polsce, natomiast produkcja igieł odbywa się w USA.

27. Dotyczy Pakietu Nr 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula ma być dostarczana wraz z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z piankową podkładką pod skrzydełka i piankowymi paskami do prowadzenia linii?

28. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.6-9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki mają być wymienione w menu i oryginalnej instrukcji użycia pomp infuzyjnych w celu zapewnienia kompatybilności strzykawek z pompami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Pragniemy nadmienić, że każdy producent pompy wskazuje jakie strzykawki i jakich producentów winny być stosowane, poprzez umieszczenie ich w menu pompy i instrukcji użycia.

29. Dotyczy Pakietu Nr 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażony w filtr bakteryjny 0,2 µm zapewniający jałowość płynu minimum 72h

30. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje łącznika dostępu żylnego z pozytywnym, negatywnym czy neutralnym ciśnieniem ?

31. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz.2

Prosimy o sprecyzowanie czy perforacja ułatwiająca chwytność koreczka ma być na całej długości części chwytnej koreczka?

32. Dotyczy Pakietu Nr 19

Czy Zamawiający dopuści sterylny przyrząd wyposażony w filtr bakteryjny 0,5 mikrometra?

33. Dotyczy Pakietu Nr 35 poz.1-4, 6

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego o długości 88mm?

34. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-6

Czy Zamawiający oczekuje aby zaferowane kaniule posiadały 4 paski radiocieniujące?

35. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2-5

Czy zamawiający oczekuje aby zaferowana strzykawka posiadała tłok w kontrastującym, innym niż mleczny kolorze?

36. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2-5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawek do pomp infuzyjnych dla których producent pomp (firma ASCOR) wystawił oświadczenie o kompatybilności?



37. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń krwi z drenem o długości 150cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

38. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem o długości 180 cm? Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

39. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane przyrządy były wolne od ftalanów?

40. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynów infuzyjnych z butelek wyposażony w filtr bakteryjny 1,2µm i filtr cząsteczkowy 5µm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

41. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynów infuzyjnych z butelek wyposażony w filtr bakteryjny 0,2 µm i filtr cząsteczkowy 5µm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

42. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane koreczki posiadały trzpień poniżej własnej krawędzi?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 27 nie wyraża zgody na zaoferowanie portów opisanych w pytaniu. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.2

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.3

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 dopuszcza również zaoferowanie kaniuli dotętnicznej wykonanej z TPU pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.4

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1-6, Pakiecie Nr 2 poz.1, Pakiecie Nr 4 poz.1, Pakiecie Nr 5 poz. 1-4 dopuszcza również zaoferowanie kaniuli do wlewów dożylnych z opakowaniem jednostkowym z fabrycznie nadrukowanym rozmiarem w formacie jak w zadanym pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.5

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz.1-2 nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządów z drenem o długości 150 cm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.6

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 19 poz.1 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządu do pobierania płynu z butelek z filtrem 1,2µm.

Ad.7

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 33 poz.2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.8

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 35 poz. 1-4 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.9

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 35 poz.5 dopuszcza również zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą 34mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.10

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 35 poz.6 dopuszcza również zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego z prowadnicą pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.11

Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz.1 i 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowania igły do biopsji szpiku z metalowym przyłączem luer-lock do podłączenia strzykawki. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.12

Zamawiający w Pakiecie Nr 13 poz.3 dopuszcza również zaoferowanie igieł do biopsji cienkoigłowej w rozmiarze 20G x 160mm spełniającej wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.



Ad.13

Zamawiający w Pakiecie Nr 24 poz.1 dopuszcza również zaoferowanie igieł do biopsji histopatologicznej z możliwością regulacji w zakresie od 15mm do 22mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Ad.14

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 9 pozycji 6-9 do osobnego pakietu.

Ad.15

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz.1-2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych oraz TS bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.16

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 poz.1 dopuszcza również wycenę osłonek na głowicę USG w pakowaniu a'144 sztuki z przeliczeniem do 30 pełnych opakowań. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.17

Zamawiający w Pakiecie Nr 27 nie wyraża zgody na zaoferowanie portów opisanych w pytaniu. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.18

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.19

Zamawiający w Pakiecie Nr 28 poz.1 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie igieł do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360, szlif 360 stopni, dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DEHP zintegrowany z igłą i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą, w rozmiarach 35, 50, 80, 100, 150mm (do wyboru przez Zamawiającego) 20G i 22G. Pakowane pojedynczo, sterylne.

Ad.20

Zamawiający w Pakiecie nr 36 poz.1 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie zestawu do znieczulenia zewnątrzoponowego z igłą do znieczulenia zewnątrzoponowego 1,3 x 80 G18 x 3 ¼ , z cewnikiem z trzema otworami 0,45 x 0,85 mm G20 z miękkim atraumatycznym końcem, strzykawką LOR, filtrem zewnętrznym.

Ad.21

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”

Ad.22

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”

Ad.23

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”

Ad.24

Zamawiający wymaga złożenia, zgodnie z wymogiem określonym w pkt.IV.1.4.3.5 SIWZ, próbki asortymentu (tj. 1 sztuki) do pakietów i pozycji określonych w ww. punkcie SIWZ.

Ad.25

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”

Ad.26.

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 32 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.27.

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby kaniula była dostarczana wraz z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24H), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z piankową podkładką pod skrzydełka i piankowymi paskami do prowadzenia linii. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.



Ad.28

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 6-9 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga, aby zaoferowane strzykawki były kompatybilne z pompami posiadanymi przez szpital. Wykonawca winien zaoferować strzykawki do każdej z pomp wymienionych w Załączniku Nr 6 do SIWZ zgodnie z menu danej pompy.

Ad.29

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 19 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie sterylnego przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażonego w filtr bakteryjny 0,2 µm zapewniającego jałowość płynu minimum 72 h pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.30

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 31 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.31

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 31 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.32.

Zamawiający w Pakiecie Nr 19 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.33

Zamawiający w Pakiecie Nr 35 poz. 1-4, 6 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego o długości 88 mm.

Ad.34

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 - 6 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane kaniule posiadały min. 4 paski radioceniujące. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.35

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 2 - 5 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane strzykawki posiadały tłok w kontrastującym, innym niż mleczny kolorze. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.36

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 2 - 5 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.37

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 11 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.38

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 11 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.39

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 11 poz. 1 i 2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane przyrządy były wolne od ftalanów.

Ad.40

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 19 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.41

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 19 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie przyrządu do pobierania płynów infuzyjnych z butelek wyposażonego w filtr bakteryjny 0,2 µm i w filtr cząsteczkowy 5 µm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.42

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 31 poz. 2 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta

