



Znak: AE/ZP-27-59/23

Tarnów, 2023-08-18

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń oraz chirurgicznego wosku kostnego.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy pkt. 22.9. SWZ** - Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku od towarów i usług (VAT)? (dot. §22.9 )
- Dotyczy pkt. 22.13 i 22.15 SWZ** - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt. 22.13, 22.15:  
22.13 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  
a) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, po upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu jej realizacji, z zachowaniem prawa do kar umownych,  
b) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezgodnej partii towaru/ towaru o złej jakości,  
c) w przypadku dostaw zwykłych – 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy dzień zwłoki - w przypadku nieusunięcia wad towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru.  
d) 0,5% wartości wynikającej z różnicy pierwotnej wartości brutto umowy oraz zwaloryzowanego zgodnie pkt.22.32 - 22.37 SWZ wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% nieuregulowanej w zapłacie części wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt.22.32 SWZ.  
22.15. W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania/wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
- Dotyczy pkt. 22 SWZ**- W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w pkt. 22 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej wzmocnionej z nicią chirurgiczną 70 cm lub igły chirurgicznej bez wzmocnienia z nicią chirurgiczną 70 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej wzmocnionej. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 70 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej pogrubionej/wzmocnionej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.





8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 110 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 250 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16** – Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 140 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania do każdego szwu chirurgicznego tzw. stickerów /TAGów- znaczników lepnych zawierających dane produktu: nazwę, datę ważności, kod produktu i nr serii do wklejenia do dokumentacji medycznej w celu zachowania pełnego monitoringu zużycia jałowych produktów podczas procedur chirurgicznych?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1,2,4** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego o wyższych parametrach niż wymagane w SWZ z igłą II generacji - kosmetyczną, odwrotnie tnącą, plastyczną dwuwkłęską.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej o długości 16 mm.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania do każdego szwu chirurgicznego tzw. stickerów /TAGów- znaczników lepnych zawierających dane produktu: nazwę, datę ważności, kod produktu i nr serii do wklejenia do dokumentacji medycznej w celu zachowania pełnego monitoringu zużycia jałowych produktów podczas procedur chirurgicznych?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie podwójnej igły chirurgicznej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania do każdego szwu chirurgicznego tzw. stickerów /TAGów- znaczników lepnych zawierających dane produktu: nazwę, datę ważności, kod produktu i nr serii do wklejenia do dokumentacji medycznej w celu zachowania pełnego monitoringu zużycia jałowych produktów podczas procedur chirurgicznych?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej prostej, konwencjonalnie tnącej 60 mm i nici chirurgicznej 90 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 11** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu wchłanialnego, syntetycznego, monofilamentowego, barwionego o okresie podtrzymywania ok. 6 tygodni i okresie wchłaniania 180-220 dni
19. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej wzmocnionej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 11** - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania do każdego szwu chirurgicznego tzw. stickerów /TAGów- znaczników lepnych zawierających dane produktu: nazwę, datę ważności, kod produktu i nr serii do wklejenia do dokumentacji medycznej w celu zachowania pełnego monitoringu zużycia jałowych produktów podczas procedur chirurgicznych?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 poz. 3 igłę podwójną o długości 18 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5** – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie nr 5, poz. 5 nici o długości 250 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1** – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie nr 8, poz. 1 nici o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:**

**Ad 1-3**

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

**Ad 4.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 7 podtrzymuje wymagania SWZ.





**Ad 5.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 8 dopuszcza również igłę chirurgiczną wzmocnioną pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 6.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 13 podtrzymuje wymagania SWZ.

**Ad 7.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 14 podtrzymuje wymagania SWZ.

**Ad 8.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 14 dopuszcza również zaoferowanie nici chirurgicznej o długości 110 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 9.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 16 dopuszcza również zaoferowanie nici chirurgicznej o długości 250 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 10.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 16 podtrzymuje wymagania SWZ.

**Ad 11.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 - 25 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie do każdego szwu chirurgicznego tzw. stickerów /TAGów- znaczników lepnych zawierających dane produktu: nazwę, datę ważności, kod produktu i nr serii do wklejenia do dokumentacji medycznej w celu zachowania pełnego monitoringu zużycia jałowych produktów podczas procedur chirurgicznych, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 12.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1, 2, 4 dopuszcza również zaoferowanie szwu chirurgicznego z igłą II generacji – kosmetyczną, odwrotnie tnącą, plastyczną dwuwkłęśłą, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ

**Ad 13.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

**Ad 14.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 - 5 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie do każdego szwu chirurgicznego tzw. stickerów /TAGów- znaczników lepnych zawierających dane produktu: nazwę, datę ważności, kod produktu i nr serii do wklejenia do dokumentacji medycznej w celu zachowania pełnego monitoringu zużycia jałowych produktów podczas procedur chirurgicznych, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 15.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 4 podtrzymuje wymagania SWZ.

**Ad 16.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 1 - 5 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie do każdego szwu chirurgicznego tzw. stickerów /TAGów- znaczników lepnych zawierających dane produktu: nazwę, datę ważności, kod produktu i nr serii do wklejenia do dokumentacji medycznej w celu zachowania pełnego monitoringu zużycia jałowych produktów podczas procedur chirurgicznych, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 17.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie igły chirurgicznej prostej konwencjonalnie tnącej 60 mm i nici chirurgicznej 90 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 18.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 1 - 4 podtrzymuje wymagania SWZ.

**Ad 19.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 2 dopuszcza również igłę chirurgiczną wzmocnioną pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 20.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 1 - 4 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie do każdego szwu chirurgicznego tzw. stickerów /TAGów- znaczników lepnych zawierających dane produktu: nazwę, datę ważności, kod produktu i nr serii do wklejenia do dokumentacji medycznej w celu zachowania pełnego



monitoringu zużycia jałowych produktów podczas procedur chirurgicznych, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 21.**

Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie szwu z igłą okrągłą pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 22.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 3 podtrzymuje wymagania SWZ.

**Ad 23.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 5 podtrzymuje wymagania SWZ.

**Ad 24.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie nici o długości 90 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a



  
Zastępca Dyrektora  
*mgr Danuta Nosek*

