



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201  
e-mail: [nzoz.kss@szpital.kutno.pl](mailto:nzoz.kss@szpital.kutno.pl) [www.szpital.kutno.pl](http://www.szpital.kutno.pl)  
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 03.12.2024 r.

## **WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **IMPLANTY ORTOPEDYCZNE.**

Nr postępowania: **ZP/34/24**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. z dnia 2024.08.30 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 4** - Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści blok w rozm. 5x5x20mm  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 5** - Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści blok w rozm. 10x20x30mm  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 6** - Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści cylinder w rozm. 6x25mm  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 7** - Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści blok w rozm. 10x10x25mm  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 9** - Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści wstrzykiwany substytut kostny 5cc  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 10** - Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści wstrzykiwany substytut kostny 10cc  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
7. **Dotyczy zapisów SWZ**  
Pakiet nr 3 Mikro płytki tytanowe (komis )
  - 1) Poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści mikro płytkę 6 otw. o wymiarze 11x22mm oraz mikro płytkę 8 otw. o wymiarze 12x24mm? Pozostałe parametry bez zmian.  
**Zamawiający dopuszcza.**
  - 2) Poz. 10 – Czy nastąpiła omyłka pisarska w podaniu wymiarów 11x28mm, który nie ma zastosowania do mikro płytki prostej? Dla wymaganej mikro płytki prostej Zamawiający określił rozmiar 17mm.  
**Zamawiający dopuszcza.**
  - 3) Poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści mikrowkręt samogwintujący zamiast samowiercący, pozostałe parametry bez zmian?  
**Zamawiający dopuszcza.**
  - 4) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu komis i użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy na rzecz dostawy implantów wraz z niezbędnym instrumentarium każdorazowo na zabiegi?  
**Zamawiający nie wyraża zgody.**

## 8. Dotyczy zapisów SWZ

- 1) Dotyczy rozdziału 4 ust. 9 SWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie między zdaniami Pierwszym i drugim spójnika „Lub” a następnie wprowadzenie ww. zapisu do umowy w § 4 ust. 3 i 4 (zał. Nr 6) i § 2 ust. 7 i 8 (zał. Nr 7)? Dotychczasowy zapis jest niejasny, nakłada na Wykonawcę zobowiązanie użyczenia oraz wypożyczenia narzędzi po okresie obowiązywania umowy jednocześnie, należałoby odróżnić alternatywnie dać wybór sposobu udostępnienia.

**Zamawiający modyfikuje zapis w następujący sposób:**

**W dziale 4 ust. 9 SWZ otrzymuje brzmienie:**

**„9. Wykonawca pozostawi Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia umownego, przez okres 2 lat po wygaśnięciu umowy przetargowej, wkrętaki i wybijaki niezbędne do usunięcia zaimplantowanych produktów, zaś przez okres kolejnych 3 lat, po upływie terminu, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązuje się je dostarczać, na żądanie Zamawiającego w ustalonym z Zamawiającym terminie - dotyczy Pakietów Nr: 3,4,5,6.”**

**W § 4 ust. 4 projektu umowy komisji (Załącznik nr 6 do SWZ) otrzymuje brzmienie:**

**„4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, wynikającego z niniejszej umowy zobowiązuje się dostarczać, na żądanie Zamawiającego, przez okres kolejnych 3 lat po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wkrętaki i wybijaki niezbędne do usunięcia zaimplantowanych produktów, dostarczonych w ramach niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się je dostarczać w ustalonym z Zamawiającym terminie - dotyczy Pakietów Nr: 3, 4, 5, 6.”**

**W § 2 ust. 8 projektu umowy dostawy (Załącznik Nr 7 do SWZ) otrzymuje brzmienie:**

**„8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, wynikającego z niniejszej umowy zobowiązuje się dostarczać, na żądanie Zamawiającego, przez okres kolejnych 3 lat po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, wkrętaki i wybijaki niezbędne do usunięcia zaimplantowanych produktów, dostarczonych w ramach niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się je dostarczać w ustalonym z Zamawiającym terminie.”**

## 9. Dotyczy zapisów Załącznika nr 6 do SWZ UMOWA KOMISU:

- 1) § 2 ust. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu, że szczegółowy skład komisji (ilości i rozmiary) zostanie ustalony między stronami umowy?

**Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy projektu umowy w następujący sposób:**

**„2. Wykonawca zobowiązuje się złożyć w komisji komplet implantów ortopedycznych, wskazanych w Załączniku Nr 1 do umowy, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. Szczegółowy skład komisji (ilości i rozmiary) zostanie ustalony z Zamawiającym”.**

- 2) § 3 ust. 3 Czy Zamawiający zgodzi się dodać ostatnie zdanie o treści: *W ww. sytuacji Zamawiający nie będzie liczył kar umownych za zwłokę w dostawie wynikających z § 11 ust. 1 niniejszej umowy?*

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. W § 3 ust. 3 projektu umowy Zamawiający jasno wskazał, w jaki sposób będzie liczony termin dostawy.**

- 3) Czy Zamawiający dookreśli w § 2 ust. 13, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

- 4) Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §11 ust. 1 :
  - a) pkt 1z 500 zł na 250 zł jednorazowo, tj. usunięcie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - b) pkt 2 i 3 z 1% na 0,5%?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

- 5) Czy Zamawiający dookreśli w §16 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

**10. Dotyczy zapisów Załącznika nr 7 do SWZ UMOWA DOSTAWY:**

1) § 2 ust. 5 - Czy Zamawiający zgodzi się dodać ostatnie zdanie o treści: W ww. sytuacji Zamawiający nie będzie liczył kar umownych za zwłokę w dostawie wynikających z § 9 ust. 1 niniejszej umowy?  
**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. W § 2 ust. 5 projektu umowy Zamawiający jasno wskazał, w jaki sposób będzie liczony termin dostawy.**

2) Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie zapisu § 2 ust. 6, że instrumentarium będzie dostarczane każdorazowo na zabieg wraz z implantami (zestaw lotny implanty plus instrumentarium)?

**Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy § 2 ust. 6 w następujący sposób:**

**„6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na czas obowiązywania umowy przetargowej zapewnił w ramach wynagrodzenia określonego przedmiotową umową odpowiednie kompletne instrumentarium, umożliwiające implantacje zaoferowanego przedmiotu umowy, dostarczane bezpośrednio na każdy zabieg wraz z kontenerem do sterylizacji przedmiotu umowy.”**

3) Czy Zamawiający dookreśli w § 2 ust. 15, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

4) Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 z 1% na 0,5%?  
**Zamawiający nie wyraża zgody.**

5) Czy Zamawiający dookreśli w §14 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1022116>