



Słupsk, dnia 15 października 2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”- nr postępowania 83/PN/2024

Na podstawie **art. 135 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 245:

Część nr 21, poz. 1,3,4

Czy dla lepszej ochrony personelu i pacjentów (zwłaszcza w dobie podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego) Zamawiający wymaga wkładów i kompatybilnych kanistrów o udowodnionych (badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) właściwościach antybakteryjnych? Tak opisany system wypełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego w dniu 9 października 2024 r.

Pytanie nr 21:

Część nr 4, poz. 1,3,4

Część nr 21, poz. 1,3,4

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system równoważny do opisanego, użytkowany obecnie przez Zamawiającego – o następujących parametrach: wkłady posiadają w pokrywie jeden króciec przyłączeniowy (do pacjenta) oraz wtyk „próżnia” (opisane na pokrywie PATIENT/VACUUM w celu łatwej identyfikacji), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów? Proponowane rozwiązanie techniczne umożliwia szybkie odłączenie próżni z pokrywy wkładu. Wymiana wkładów (bez odłączania od źródła próżni) po wyciągnięciu drenu z wtyku próżni na pokrywie wkładu. Dostępne pojemności 1l lub 2l. do wyboru Zamawiającego. Pozostałe jak w SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Część nr 4, poz. 1,3,4,5

Część nr 21, poz. 1,3,4,5

Czy dla lepszej ochrony personelu i pacjentów, szczególnie w dobie wzmożonego zagrożenia epidemiologicznego, Zamawiający wymaga elementów systemu o udowodnionych właściwościach antybakteryjnych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Część nr 4, poz. 2

Część nr 21, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren do połączenia z próżnią, oryginalnie dedykowany do oferowanego systemu (od tego samego producenta), o następujących właściwościach:

wysoka jakość materiału, z którego został wykonany, antybakteryjne właściwości, 5letnia przydatność do użytkowania? Dren wymaga jedynie dezynfekcji zewnętrznej
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

Część nr 4, poz. 2

Część nr 21, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren autoklawowalny 8x12, kompatybilny z oferowanym systemem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 212:

CZĘŚĆ NR 21, Pozycja nr 4

Czy Zamawiający wymaga oryginalnych zbiorników firmy Medela pasujących do ssaków Basic, Dominant Flex, Vario?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Zamawiający na podstawie **art. 137 ust. 6 PZP**, dokonuje zmiany w treści SWZ – zmianie ulegają pkt 12.1 oraz pkt 17.1 oraz 18.1 Instrukcji dla Wykonawców.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **18 października 2024 r. do godz. 09:00**, a termin otwarcia ofert na **dzień 18 października 2024 r. o godz. 10:00**. Zmianie ulega termin związania ofertą - było **14 stycznia 2024 r.**, jest **15 stycznia 2024 r.**

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak