



Znak: AE/ZP-27-33/22

Tarnów, 2022-05-23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych – po 41 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt 2 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie o konstrukcji w kolorze białym.
2. **Dotyczy pkt 4 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie o długości zewnętrznej 2130 mm.
3. **Dotyczy pkt 6 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie z platformą leża wykonaną z tworzywa ABS bez otworów wentylacyjnych.
4. **Dotyczy pkt 16 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie z centralną i kierunkową blokadą kół od strony nóg pacjenta w postaci drążka lub indywidualną.
5. **Dotyczy pkt 18 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie z 2 ogranicznikami materaca, 1 od strony głowy pacjenta, drugi od strony nóg.
6. **Dotyczy pkt 22 i 27 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie bez półki na pościel.
7. **Dotyczy pkt 30 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki przyłóżkowej wykonanej w całości z blachy stalowej, malowanej proszkowo, epoksydowanej z dodatkiem antybakteryjnym na bazie jonów srebra, blat wierzchni warstwowy, laminowany, odporny na zarysowania i uderzenia.
8. **Dotyczy pkt 32 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym z regulacją wysokości w zakresie 900-1100 mm.
9. **Dotyczy pkt 33 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z blatem głównym szafki bez ograniczników zabezpieczających przedmioty przed zsunięciem, blat boczny z podniesionymi rantami ze wszystkich stron.
10. **Dotyczy pkt 34 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki przyłóżkowej składającej się z szuflady oraz dolnej szafki umiejscowionej bezpośrednio pod szufladą, z półką wewnątrz i perforowanym dnem w celu lepszej wentylacji szafki.
11. **Dotyczy pkt 37 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z frontem szuflady oraz dolnej komory do wyboru z dostępnych 5 kolorów: beż, niebieski ciemny, zielony jasny, lila, pomarańczowy.
12. **Dotyczy pkt 2 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, które posiadają konstrukcję wykonaną z elementów metalowych lakierowanych proszkowo w standardowym kolorze RAL 9002, tzw. „złamanej bieli” bez możliwości wyboru kolorystycznego?
13. **Dotyczy pkt 4 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, które posiadają wymiary zewnętrzne wynoszące: długość 2180 mm, szerokość (wraz z zamontowanymi barierkami) 985 mm?
14. **Dotyczy pkt 9 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, które posiadają panel sterowania w barierkach bocznych po obu stronach łóżka (wewnętrzny dla pacjenta, na zewnątrz dla personelu), zasilanie 230V, 50Hz, kabel nie wyposażony w uchwyt do zawieszania na szczycie łóżka?

15. **Dotyczy pkt 10 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, które posiadają elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 390 – 800 mm oraz czy Zamawiający przyzna punkty za taki zakres regulacji?
16. **Dotyczy pkt 18 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, które posiadają uchwyty materaca tylko w segmencie nożnym?
17. **Dotyczy pkt 22 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, które posiadają niewielki prześwit między dolną krawędzią barierki a segmentem leża wynoszącym 24 mm?
18. **Dotyczy pkt 30 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada konstrukcję szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo?
19. **Dotyczy pkt 30 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada blaty szafki wykonane z tworzywa?
20. **Dotyczy pkt 32 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada blat boczny ze skokową regulacją wysokości wspomagane sprężyną mechaniczną spiralną w zakresie 760 – 1060 mm?
21. **Dotyczy pkt 30 i 33 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, szafkę przyłóżkową, która posiada blaty wykonane z tworzywa odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV, blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę, wspornik blatu nie osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium?
22. **Dotyczy pkt 31 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada otwartą półkę między górną szufladą a zamykaną komorą z półką bez Półki lub szuflady na pantofle w dolnej części szafki?
23. **Dotyczy pkt 37 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada korpus szafki oraz blaty w kolorze RAL 9002, tzw. „złamanej bieli” bez możliwości wyboru kolorystycznego, natomiast fronty szuflad oraz drzwiczek z możliwością wyboru koloru?
24. **Dotyczy pkt 4 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści 982 mm szerokości przy zachowaniu parametru długości?
25. **Dotyczy pkt 24 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści wieszak kroplówki z czterema haczykami tworzywowymi?
26. **Dotyczy pkt 32 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści 790 mm minimalnej wysokości blatu maksymalnej 1080 mm?
27. **Dotyczy pkt 34 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści szafkę bez półki pomiędzy szufladą a szafką oraz bez półki na buty?
28. **Dotyczy pkt 36 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści 480 mm szerokości szafki przy spełnieniu wymogów dotyczących wysokości oraz głębokości?
29. **Dotyczy pkt 2 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka lakierowanego na kolor jasnoszary?
30. **Dotyczy pkt 4 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wymiary zewnętrzne: długość 2230 mm (+/- 10 mm), szerokość (wraz z zamontowanymi barierkami) 980 mm (+/- 10 mm)?
31. **Dotyczy pkt 6 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment oparcia pleców, uda i podudzia wykonane z płyt laminatowych HPL z otworami wentylacyjnymi, segmenty odejmowane bez użycia narzędzi (segment miednicy stalowy, lakierowany proszkowo z otworami wentylacyjnymi, zamocowany na stałe w celu zapewnienia stabilności leża)?
32. **Dotyczy pkt 7 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o długości 1980 mm i szerokości 860 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża, ze względu na to, że pacjent zawsze będzie leżał na materacu, a bezpośrednio na leżu?

33. **Dotyczy pkt 8 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 8) Zamawiający pisząc o panelu sterującym ma na myśli panel sterujący przeznaczony dla personelu sterujący wszystkimi funkcjami łóżka zawieszany na szczycie od strony nóg pacjenta?
34. **Dotyczy pkt 9 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego w szczycie łóżka od strony głowy pacjenta specjalne haczyki na zawieszenie na nich przewodu zasilającego (kabla)?
35. **Dotyczy pkt 10 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie 410 – 815 mm (+/- 10 mm) w odniesieniu od podłogi do górnej krawędzi leża (bez materaca)?
36. **Dotyczy pkt 11 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu oparcia pleców, kąt uniesienia oparcia pleców w zakresie 65° (+/- 5)?
37. **Dotyczy pkt 11 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga w zakresie 13° (+/- 2)?
38. **Dotyczy pkt 11 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie 15° (+/- 2)?
39. **Dotyczy pkt 23 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac posiadający gęstość pianki 25 kg/m³ lub 30 kg/m³?
40. **Dotyczy pkt 24 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w wieszak kroplówki posiadający wszystkie elementy ze stali nierdzewnej (elementy regulujące wykonane z tworzywa sztucznego)?
41. **Dotyczy pkt 26 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego haczyki na worki na mocz zamontowane po obu stronach łóżka?
42. **Dotyczy pkt 30 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej fronty wykonane z blachy lakierowanej proszkowo, blaty z płyty HPL?
43. **Dotyczy pkt 33 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 33) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej tylko dwa boki blatu bocznego wyposażone w ograniczniki zabezpieczające drobne przedmioty położone na tym blacie przed łatwym spadnięciem?
44. **Dotyczy pkt 36 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 36) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej blat boczny o wymiarach 340 x 590mm?
45. **Dotyczy pkt 10 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 450-850mm?
46. **Dotyczy pkt 16 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm.
47. **Dotyczy pkt 4 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej (wraz z barierkami) 1080mm?
48. **Dotyczy pkt 9 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli pisząc „Podać czy kabel wyposażony jest w uchwyt do zawieszania na szczycie łóżka” (pkt 9 w opisie łóżka)? Czy Zamawiającemu chodzi o panel sterujący zawieszany na szczycie?
49. **Dotyczy pkt 10 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 420-810?
50. **Dotyczy pkt 30 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści szafki, które mają fronty wykonane z blachy malowanej farbą proszkową?
51. **Dotyczy pkt 38 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści szafki wyposażone w 6 kół jezdnych? 4 koła znajdują się pod korpusem szafki, natomiast 2 koła umiejscowione pod mechanizmem blatu bocznego zwiększają stabilność przy rozłożonym blacie.
52. **Dotyczy pkt 36 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści blat boczny o wymiarach 340x550?
53. **Dotyczy pkt 16 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm.

54. **Dotyczy pkt 10 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 370-735mm?
55. **Dotyczy pkt 16 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery pojedyncze koła o średnicy 125mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół?
56. **Dotyczy pkt 35 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o wysokości 345mm od strony głowy?
57. **Dotyczy pkt 35 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści materac o gęstości pianki 28kg/m³?
58. **Dotyczy pkt 30 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający w pkt. 30 dopuści szafkę posiadającą szkielet wykonany z profili metalowych lakierowanych proszkowo, boki i fronty szafki metalowe lakierowane proszkowo, blaty z tworzywa sztucznego. Szafka o konstrukcji dwustronnej, tym samym można przyjąć, że korpus szafki obraca się o 360 stopni? Czy Zamawiający uzna to rozwiązanie za równoważne i przyzna dodatkowe punkty?
59. **Dotyczy pkt 32 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający w pkt. 32 dopuści szafkę posiadającą blat boczny z regulacją wysokość wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 800-1000 mm?
60. **Dotyczy pkt 36 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający w pkt. 36 dopuści szafkę gdzie wymiary blatu bocznego 430 x 660 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek sterowanych elektrycznie o konstrukcji w kolorze białym, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek sterowanych elektrycznie o długości zewnętrznej 2130 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ

Ad. 3 Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt 6 Załącznik Nr 4 do SWZ – Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia w kolumnie „Wymagane parametry przedmiotu zamówienia” **zapis o treści:**

„Segmenty leża wykonane z płyt z polipropylenu z otworami wentylacyjnymi lub tworzywa ABS z otworami wentylacyjnymi lub z płyt laminatowych. Segmenty leża odedjmowane bez użycia narzędzi.”

zmienia na zapis o treści:

„Segmenty leża wykonane z płyt z polipropylenu z otworami wentylacyjnymi lub tworzywa ABS z otworami wentylacyjnymi lub płyt laminatowych HPL z otworami wentylacyjnymi lub płyt z tworzywa ABS bez otworów wentylacyjnych lub z płyt laminatowych z otworami wentylacyjnymi lub bez otworów wentylacyjnych. Segmenty leża odedjmowane bez użycia narzędzi. Za płyty z otworami wentylacyjnymi Zamawiający uzna otwory w płytach stanowiących poszczególne segmenty leża, a nie szczeliny pomiędzy płytami stanowiącymi segmenty leża”

Ad 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek sterowanych elektrycznie z centralną i kierunkową blokadą kół od strony nóg pacjenta w postaci drążka i indywidualną, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek sterowanych elektrycznie z 2 ogranicznikami materaca, 1 od strony głowy pacjenta, drugi od strony nóg, pod warunkiem, że jest to wystarczające zabezpieczenie materaca przed wypadaniem z leża, a ponadto zaoferowane łóżka spełniają pozostałe wymagania SWZ.

Ad 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 1** łóżek sterowanych elektrycznie bez półki na pościel.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych opisanych w pytaniu.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych z blatem bocznym z regulacją wysokości w zakresie 900-1100 mm.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych z blatem głównym szafki bez ograniczników zabezpieczających przedmioty przed zsunięciem, dopuszcza

natomiast blat boczny z podniesionymi rantami ze wszystkich stron, pod warunkiem, że zaoferowane szafki spełniają pozostałe wymagania SWZ

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych opisanych w pytaniu.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych z frontem szuflady oraz dolnej komory do wyboru z dostępnych 5 kolorów: beż, niebieski ciemny, zielony jasny, lila, pomarańczowy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek szpitalnych, które posiadają konstrukcję wykonaną z elementów metalowych lakierowanych proszkowo w standardowym kolorze RAL 9002, tzw. „złamanej bieli” bez możliwości wyboru kolorystycznego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek szpitalnych, które posiadają wymiary zewnętrzne wynoszące: długość 2180 mm, szerokość (wraz z zamontowanymi barierkami) 985 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek szpitalnych, które posiadają panel sterowania w barierkach bocznych po obu stronach łóżka (wewnętrzny dla pacjenta, na zewnątrz dla personelu), zasilanie 230V, 50Hz, kabel nie wyposażony w uchwyt do zawieszania na szczycie łóżka, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek szpitalnych, które posiadają elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 390 – 800 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ. Punktację w kryterium „parametry techniczne” Zamawiający podał w Załączniku Nr 4 do SWZ i nie wprowadza w tym zakresie zmian.

Ad 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek szpitalnych, które posiadają uchwyty materaca tylko w segmencie nożnym, pod warunkiem, że jest to wystarczające zabezpieczenie materaca przed wypadaniem z leża, a ponadto zaoferowane łóżka spełniają pozostałe wymagania SWZ.

Ad 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek szpitalnych, które posiadają prześwit między dolną krawędzią barierki a segmentem leża wynoszącym 24 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych, które posiadają konstrukcję szafki wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, nie wyraża natomiast zgody aby czoła szuflady i drzwiczki wykonane były z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo.

Ad 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych, które posiadają blaty szafki wykonane z tworzywa sztucznego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych, które posiadają blat boczny ze skokową regulacją wysokości wspomagane sprężyną mechaniczną spiralną w zakresie 760 – 1060 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych, które posiadają blaty wykonane z tworzywa (pod warunkiem że jest to tworzywo sztuczne) odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV, blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę, wspornik blatu nie osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych, które posiadają otwartą półkę między górną szufladą a zamykaną komorą z półką bez półki lub szuflady na pantofle w dolnej części szafki, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych które posiadają korpus szafki oraz blaty w kolorze RAL 9002, tzw. „złamanej bieli” bez możliwości wyboru kolorystycznego, natomiast fronty szuflad oraz drzwiczek z możliwością wyboru koloru, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek szpitalnych o szerokości (wraz z zamontowanymi barierkami) wynoszącej 982 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ

Ad 25 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 1** łóżek szpitalnych z wieszakiem kropłówki z czterema haczykami tworzywowymi.

Ad 26 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych z blatem bocznym z regulacją wysokości w zakresie 790-1080 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 27 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych bez półki pomiędzy szufladą a szafką dopuszcza natomiast szafkę bez półki na buty, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 28 Wykonawca zadał pytanie do pkt 35 Załącznika Nr 4, natomiast w pytaniu przywołał pkt 36 Załącznika Nr 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych o szerokości 480 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 29 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek szpitalnych, których konstrukcja wykonana jest z elementów metalowych lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary.

Ad 30 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek szpitalnych posiadających wymiary zewnętrzne: długość 2230 mm (+/- 10 mm), szerokość (wraz z zamontowanymi barierkami) 980 mm (+/- 10 mm), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 31 Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt 6 Załącznik Nr 4 do SWZ – Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia w kolumnie „Wymagane parametry przedmiotu zamówienia” **zapis o treści:**

„Segmenty leża wykonane z płyt z polipropylenu z otworami wentylacyjnymi lub tworzywa ABS z otworami wentylacyjnymi lub z płyt laminatowych. Segmenty leża odedjmowane bez użycia narzędzi.”

zmienia na zapis o treści:

„Segmenty leża wykonane z płyt z polipropylenu z otworami wentylacyjnymi lub tworzywa ABS z otworami wentylacyjnymi lub płyt laminatowych HPL z otworami wentylacyjnymi lub płyt z tworzywa ABS bez otworów wentylacyjnych lub z płyt laminatowych z otworami wentylacyjnymi lub bez otworów wentylacyjnych. Segmenty leża odedjmowane bez użycia narzędzi. Za płyty z otworami wentylacyjnymi Zamawiający uzna otwory w płytach stanowiących poszczególne segmenty leża, a nie szczeliny pomiędzy płytami stanowiącymi segmenty leża”

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek szpitalnych posiadających segment oparcia pleców, uda i podudzia wykonane z płyt laminatowych HPL z otworami wentylacyjnymi, segmenty odedjmowane bez użycia narzędzi, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, nie wyraża natomiast zgody na łóżka z segmentem miednicy stalowym, lakierowany proszkowo z otworami wentylacyjnymi.

Ad 32 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek szpitalnych wyposażonych w materac jak również leże o długości 1980 mm i szerokości 860 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 33 Zamawiający pisząc w pkt 9 (a nie jak Wykonawca wskazał w pkt 8) o panelu sterowania w łóżkach zaoferowanych w **poz. 1** miał na myśli dokładnie to co zapisał, tj. „Panel sterowania w barierkach bocznych po obu stronach łóżka (wewnętrzny dla pacjenta, na zewnątrz dla personelu).”

Ad 34 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek szpitalnych posiadających w szczycie łóżka od strony głowy pacjenta specjalnych haczyków na zawieszenie na nich przewodu zasilającego (kable), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 35, 49 i 54 Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt 10 Załącznik Nr 4 do SWZ – Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia w kolumnie „Wymagane parametry przedmiotu zamówienia” **zapis o treści:**

„Elektryczna regulacja: - wysokości minimum w zakresie 400 mm - 760 mm (w odniesieniu od podłogi do górnej krawędzi leża)”

zmienia na zapis o treści:

„Elektryczna regulacja: - wysokości minimum w zakresie 420 mm - 735 mm (w odniesieniu od podłogi do górnej krawędzi leża)”

Ad 36 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek szpitalnych posiadających elektryczną regulację segmentu oparcia pleców, kąt uniesienia oparcia pleców w zakresie 65° (+/- 5), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 37 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łózek szpitalnych posiadających elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga w zakresie 13° (± 2), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 38 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łózek szpitalnych posiadających elektryczną regulację kąta przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie 15° (± 2), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 39 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 1** łózek szpitalnych wyposażonych w materac posiadający gęstość pianki 25 kg/m^3 lub 30 kg/m^3 .

Ad 40 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 1** łózek szpitalnych wyposażonych w wieszak kroplówki posiadający wszystkie elementy ze stali nierdzewnej (elementy regulujące wykonane z tworzywa sztucznego).

Ad 41 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łózek szpitalnych posiadających haczyki na worki na mocz zamontowane po obu stronach łóżka, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 42 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych posiadających fronty wykonane z blachy lakierowanej proszkowo, dopuszcza natomiast szafki z blatami wykonanymi z płyty HPL, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 43 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych, których blat boczny nie posiada z dwóch boków ograniczników zabezpieczających przedmioty położone na tym blacie przed łatwym spadnięciem.

Ad 44 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych posiadających blat boczny o wymiarach $340 \times 590 \text{ mm}$, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 45 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 1** łóżka szpitalnego z regulacją wysokości $450\text{-}850 \text{ mm}$.

Ad 46 i 53 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łózek szpitalnych z kołami o średnicy 125 mm , pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 47 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 1** łóżka szpitalnego o szerokości całkowitej (wraz z barierkami) 1080 mm .

Ad 48 Zamawiający w **pkt 9** Załącznika Nr 4 zapisał „Zasilanie 230 V , 50 Hz . Podać czy kabel wyposażony jest w uchwyt do zawieszania na szczycie łóżka”, w związku z czym oczywisty jest fakt, że zapis o uchwycie dotyczy kabla zasilającego.

Ad 50 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych które mają fronty wykonane z blachy malowanej farbą proszkową.

Ad 51 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych wyposażonych w 6 kół jezdnych (4 koła znajdują się pod korpusem szafki, natomiast 2 koła umiejscowione pod mechanizmem blatu bocznego), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 52 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych z blatem bocznym o wymiarach $340 \times 550 \text{ mm}$, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 55 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łózek szpitalnych wyposażonych w cztery pojedyncze koła o średnicy 125 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 56 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 1** łózek szpitalnych z barierkami o wysokości 345 mm od strony głowy.

Ad 57 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 1** łózek szpitalnych z materacem o gęstości pianki 28 kg/m^3 .

Ad 58 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych posiadających szkielet wykonany z profili metalowych lakierowanych proszkowo, boki szafki metalowe lakierowane proszkowo, blaty z tworzywa sztucznego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych, których fronty są metalowe lakierowane proszkowo. Szafka dwustronna nie spełnia kryterium ocenianego określonego w **pkt 30** Załącznika NR 4, tj. „Korpus szafki obrotowy względem podstawy min. 220° ”.

Ad 59 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych z blatem bocznym z regulacją wysokości wspomagana sprężyną gazową w zakresie $800 - 1000 \text{ mm}$, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 60 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych z blatem bocznym o wymiarach 430 x 660 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.3, Ad 31, Ad.35, Ad 49, Ad 54 działając na podstawie art.286 ust.3 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 27.05.2022r. godz. 09:00,

- otwarcie ofert w dniu 27.05.2022r. godz. 10:00,

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.06.2022r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 16.1., 17.1., 18.1., Załączniku Nr 4 oraz działając na podstawie art.286 ust.6 ustawy zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 4 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek