



**S Z P I T A L P O W I A T O W Y**  
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie  
77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28  
Nr KRS 0000011762 – Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
NIP 767-14-49-305 REGON 000300009  
tel. sekr. 067-263 25 10, tel. centr. 067-263 22 33 faks: 067-263 58 78  
BDO: 000092629  
www.szpital.zlotow.pl e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO/IEC 27001:2013  
PN-ISO 45001:2018



SZP-ET/424/2022

Złotów, dnia 08.11.2022 r.

### Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem

Dotyczy postępowania nr 27/ZP/2022

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem 27/ZP/2022, którego przedmiotem jest: „**Dostawa aparatów USG na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie – część 2**”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p udziela wyjaśnień dotyczących SWZ o następującej treści:

#### Pytanie nr 1

dotyczy: Załącznik 2A L.P 9 oraz Załącznik 2C L.P 10

Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr, jeżeli dostarczony nowoczesny ultrasonograf wyposażony będzie w monitor o wysokiej rozdzielczości 1920x1080 pikseli, kolorowy, cyfrowy, typu IPS LED o przekątnej ekranu 23”, którego 60% powierzchni stanowi obraz diagnostyczny? Jest to przyjęty standard w urządzeniach ultrasonograficznych niezależnie od klasy sprzętu, pozostałe obszary monitora służą wyświetlaniu procedur pomiarowych, parametrów obrazowych i wskaźników istotnych dla lekarza. Oferowany ultrasonograf posiada funkcję umożliwiającą zmianę wielkości okna diagnostycznego w czasie rzeczywistym w zależności od potrzeb diagnosty, a także funkcję FullScreen.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry urządzenia w zakresie części 1 (L.p. 9) oraz części 3 (L.p. 10) przedmiotu zamówienia.**

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/685570>)
2. a/a

Sporządził: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych,  
tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl