



Centrum Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

zestaw nr 2

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.93.2023.ER prowadzonego w trybie podstawowym na: Dostawa aparatu do analizy ploidalności – cytometru przepływowego dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, przesłane do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Załącznik nr 6 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia); pkt 1: <i>Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że poprzez sformułowanie „aparat typu otwartego” Zamawiający ma na myśli możliwość korzystania z zestawów odczynników do oznaczeń poziomu ploidalności od różnych producentów, które działają w oparciu o barwnik fluorescencyjny DAPI.</i>	Zamawiający potwierdza.

Zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Terminy składania ofert i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY
ds. zamówień publicznych


mgr Marta Kujawska-Nowik

