



Centrum Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ**

zestaw nr 2

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.126.2024.ER prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę systemu do rejestracji i analizy obrazów z membran i żeli w zakresie NIR dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ przesłany przez do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	<p>Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 5. Zamawiający zapisał: „Wykonawca zapewnia czas reakcji: do 2 dni roboczych. Przez określenie „czas reakcji” należy rozumieć czas liczony od dnia powiadomienia Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:....., o nieprawidłowej pracy sprzętu czy też jego awarii, do podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę poprzez stawiennictwo w miejscu wystąpienia awarii, bądź poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy w przypadku, gdy charakter awarii będzie na to pozwalał.“ Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: „Wykonawca zapewnia czas reakcji: do 3 dni roboczych. Przez określenie „czas reakcji” należy rozumieć czas liczony od dnia powiadomienia Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:....., o nieprawidłowej pracy sprzętu czy też jego awarii, do podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę poprzez stawiennictwo w miejscu wystąpienia awarii, bądź poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy w przypadku, gdy charakter awarii będzie na to pozwalał.“ Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy, przewiduje czas reakcji do 3 dni roboczych. Uwzględnienie krótszego czasu reakcji, zmusiłoby nas do uwzględnienia w cenie oferty specjalnego serwisu, co wpłynęłoby niekorzystnie na cenę końcową.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
2	<p>Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 6. Zamawiający zapisał: „Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć na swój koszt wszelkie wady, za które odpowiada z tytułu gwarancji lub rękojmi, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych (liczonych od dnia zgłoszenia do Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 5). W sytuacji, gdy usunięcie wady w ww. terminie będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i usunięcia wady w terminie uzgodnionym z Zamawiającym“</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.

	<p>Upzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: „Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć na swój koszt wszelkie wady, za które odpowiada z tytułu gwarancji lub rękojmi, w terminie nie dłuższym niż 18 dni roboczych (liczonych od dnia zgłoszenia do Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 5).</p> <p>W sytuacji, gdy usunięcie wady w ww. terminie będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i usunięcia wady w terminie uzgodnionym z Zamawiającym“</p> <p>Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy, przewiduje czas naprawy w trakcie trwania gwarancji do 18 dni roboczych. Uwzględnienie krótszego terminu naprawy zmusiłoby nas do uwzględnienia w cenie oferty specjalnego serwisu, co wpłynęłoby niekorzystnie na cenę końcową.</p>	
3	<p>Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 7. Zamawiający zapisał: „W przypadku trzykrotnej awarii sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub sprzętu w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 5, na nowy wolny od wad, tego samego typu i o tych samych lub – gdy to niemożliwe - lepszych parametrach technicznych.“</p> <p>Upzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: „W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub sprzętu w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 5, na nowy wolny od wad, tego samego typu i o tych samych lub - gdy to niemożliwe - lepszych parametrach technicznych.“</p> <p>Prośbę naszą motywujemy tym, iż w trakcie trwania gwarancji przez 24 miesiące prawdopodobieństwo 3 jakichkolwiek awarii, nawet błahych, jest wysokie – np awaria myszki komputerowej.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
4	<p>Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 8. Zamawiający zapisał: „Termin gwarancji biegnie na nowo lub ulega przedłużeniu zgodnie z przepisami“</p> <p>Upzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: „Termin gwarancji biegnie na nowo lub ulega przedłużeniu zgodnie z przepisami Kc“</p> <p>Ewentualna wymiana sprzętu nastąpi w ramach raz już przyznanej gwarancji. Wymiana aparatu lub elementu na nowy nie rodzi skutku w postaci przyznania nowej gwarancji. Producent, którego reprezentujemy nie oferuje tego typu gwarancji.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody. <i>Zgodnie z art. 581 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1061 ze zm.) Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.</i>

5	<p>Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 12.</p> <p>Zamawiający zapisał: „Strony postanawiają, że okres rękojmi nie może zakończyć się przed upływem trzech miesięcy od upływu okresu gwarancji, przy czym w żadnym wypadku okres rękojmi nie może być krótszy niż terminy wynikające z Kc.”</p> <p>Uprzejmie prosimy o wykreślenie powyższego zapisu. Rękojmia jest przyznana kupującemu ustawowo. Wydłużenie gwarancji nie ma wpływu na długość rękojmi. Producent którego reprezentujemy, nie przewidział w cenie oferowanego sprzętu wydłużenia terminu rękojmi w przypadku wydłużenia terminu trwania gwarancji. By móc spełnić warunek Zamawiającego, musielibyśmy w cenie oferty uwzględnić dodatkowy koszt, co wpłynęłoby niekorzystnie na cenę końcową oferowanego sprzętu.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
6	<p>Dotyczy wzoru umowy, §8, ustęp 6.</p> <p>Zamawiający zapisał: „W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji i rękojmi lub wypełni je w sposób nienależyty, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez upoważnienia sądu, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztu wykonania zastępczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.”</p> <p>Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: „W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji i rękojmi lub wypełni je w sposób nienależyty, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez upoważnienia sądu, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy za wyjątkiem napraw dokonanych przez nieautoryzowany przez producenta serwis. W przypadku usunięcia wad przez nieautoryzowany przez producenta serwis gwarancja ulega przerwaniu. Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztu wykonania zastępczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.”</p> <p>Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku napraw dokonanych przez nieautoryzowany przez producenta serwis gwarancja ulega przerwaniu.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
7	<p>Nie znajduję formularza ofertowego – zał. nr 1 do SWZ. Czy mogłabym prosić o przestanie?</p>	W związku z opublikowaniem niekompletnej dokumentacji Zamawiający umieszcza brakujący formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ i tym samym przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty.
8	<p>Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 3 oraz 4.</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu posiadającego wzbudzenie LED, posiadający aż 5 kanałów odczytu fluorescencji, które pokrywają większość aktualnie na rynku dostępnych barwników fluorescencyjnych?</p> <p>Konfiguracja kanałów poniżej: Kanał 1: EX 455–485 EM1 508–557 Kanał 2: EX 515–545 EM2 568–617 Kanał 3: EX3 608–632 EM3 675–</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.



Kanał 4:EX4 610–660 EM4 710–730 Kanał 5:EX5 745–765 EM5 800–850 Zielony LED 490–520 EM2 568–617	
---	--

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.12.2024 r. do godz. 11:00:00,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2024 r. o godz. 11:05:00, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdz. XII pkt 4 SWZ.

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdz. XIV pkt 1 SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:

- 1) SWZ o nazwie „**SWZ z dnia 07.11.2024 r.**”, która zastępuje dotychczasową SWZ,
- 2) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.