

Katowice, dnia 09.12.2019r.

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *dostawę sprzętu jednorazowego użytku - VI*.  
*Nr sprawy: ZP – 19 – 132 UN.*

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (*tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami*), udzielam następującej odpowiedzi:

### Dotyczy Pakietu Nr 1

**Pytanie 1)** Czy Zamawiający dopuści do postępowania ZP-19-132 UN Pakiet nr 1, pojemniki o tym samym opisie ze zwiększoną pojemnością do 700ml? Jesteśmy producentem tego produktu w związku z czym cena może konkurować z cenami mniejszych pojemności. *Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. W trakcie badania pobierane jest maksymalnie 10 – 15ml materiału – krwi.*