

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☎ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 2024-02-21

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawy sprzętu jednorazowego dla Działu Perfuzji Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Numer publikacji ogłoszenia: 62116-2024

Numer wydania Dz.U. S: 21/2024

Data publikacji: 30/01/2024

Nr sprawy: **ZP/145/2023**

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Nr pytania	Dotyczy/Pakiet	Dotyczy Pozycja/Paragraf/Punkt	Treść pytania	Odpowiedź
1.	7	1	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu o użyczeniu uchwytu mocującego oksygenator, ponieważ urządzenie posiada wmontowany uchwyt i zestaw do ecmo jest podłączany bezpośrednio do aparatu bez potrzeby użycia dodatkowego uchwytu.	Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
2.	4	7	Czy Zamawiający dopuści głowicę o maksymalnym wypełnieniu 57ml?	TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
3.	5	1	do pakietu nr 5, pozycja nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o długości 27,9 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.	TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
4.	5	4	do pakietu nr 5, pozycja nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssawek o długości 38,1 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.	TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
5.	6	12	do pakietu nr 6, pozycja nr 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o długości 30,5 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.	TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
6.	8		W opisie przedmiotu Zamówienia -adsorber pełnej krwi do ECC, ECMO, CVHDF jest informacja o platformie ECMO. Czy w związku powyższym Zamawiający wymaga również dostarczenia, adapterów do ECMO oprócz adapterów do krążenia pozaustrojowego i terapii nerkozastępczej ?	TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.



PN-EN ISO 9001:2015
PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 I stomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68
ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01
ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80
ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoń Cierpienie”



CERTYFIKAT 2020/17

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Medycznego:

tel.: +48 42 675 74 89, skrzynka ePUAP: /cskumedlodz/SkrytkaESP, e-mail: k.dopierala@csk.umed.pl

7.	8	Czy Zamawiający wymaga adsorbera którego objętość wypełnienia wynosi 300ml w tym 150ml wypełnienia krwią ?	TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
8.	8	Czy Zamawiający w ramach umowy wymaga przeprowadzenia szkolenia z podłączania adsorbera do takich platform jak ECMO czy Płucoserce, a także całodobowego wsparcia technicznego przez specjalistę z danej dziedziny ?	NIE.
9.	8	Czy Zamawiający wymaga, aby produkt miał potwierdzone badaniami usuwanie ticagreloru i rywaroksabanu oraz przynajmniej 2 pozytywnych opinii z polskich ośrodków kardiologicznych, które stosują produkt w wymienionych wskazaniach ?	TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
10.	8	Czy Zamawiający wymaga adsorbera którego sterylność wynosi 3 lata ?	TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

- 1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 3- PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OFEROWANE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Pakiet nr 7, pkt. 7.1, ppkt.9, który uzyskuje brzmienie:

9	Użyczenie Zamawiającemu na czas umowy uchwyt mocujący oksygenator*. *nie dotyczy, jeżeli urządzenie posiada wmontowany uchwyt i zestaw do ecmo jest podłączany bezpośrednio do aparatu bez potrzeby użycia dodatkowego uchwytu.
---	---

Analogicznie, zmianie ulegają zapisy SWZ część IV, pkt. 3, ppkt. 3.28. , Formularz ofertowy pkt. 15 oraz wzór umowy § 4. ust. 1.

- 1.2. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 3- PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OFEROWANE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Pakiet nr 4, pkt. 4.7., ppkt. 2 poprzez korektę o treści:

2	Wypełnienie pompy max. 57 ml.
---	--------------------------------------

- 1.3. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 3- PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OFEROWANE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Pakiet nr 5, pkt. 5.1. poprzez dopisanie zakładki „DOPUSZCZENIA” tiret 1 o treści:

DOPUSZCZENIA:	
►	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kaniul o długości 27,9 cm. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

- 1.4. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 3- PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OFEROWANE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Pakiet nr 5, pkt. 5.4. poprzez dopisanie zakładki „DOPUSZCZENIA” tiret 1 o treści:

DOPUSZCZENIA:	
►	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ssawek o długości 38,1 cm Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

- 1.5. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 3- PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OFEROWANE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Pakiet nr 6, pkt. 6.12. poprzez dopisanie zakładki „DOPUSZCZENIA” tiret 1 o treści:

DOPUSZCZENIA:	
►	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kaniul o długości 30,5 cm Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.


- 1.6. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 8, kol.
b) Przedmiot zamówienia, który uzyskuje brzmienie:

Lp.	Przedmiot zamówienia / szczegółowo opisany w Załączniku nr 3- PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OFEROWANE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /
a	b
1.	<p>Absorber pełnej krwi stosowany do ECC, ECMO ,CVVHDF.</p> <p>Zamawiający wymaga dostarczenia, adapterów do ECMO oprócz adapterów do krążenia pozaustrojowego i terapii nerkozastępczej.</p> <p>Zamawiający wymaga adsorbera którego objętość wypełnienia wynosi 300ml w tym 150ml wypełnienia krwią.</p> <p>Zamawiający wymaga, aby produkt miał potwierdzone badaniami usuwanie ticagreloru i rywaroksabanu oraz przynajmniej 2 pozytywne opinie z polskich ośrodków kardiochirurgicznych, które stosują produkt w wymienionych wskazaniach.</p> <p>Zamawiający wymaga adsorbera którego sterylność wynosi 3 lata.</p>

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Kinga Miśkiewicz




INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych
Krzysztof Dopierala