

Kraków, 20.05.2022

DZ.271.32.424.2022

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 0-12 614 25 52  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

**dotyczy: postępowania DZ.271.32.2022 – Dostawa elektrod wraz z dzierżawą systemu do mapowania elektroanatomicznego serca 3D z kompatybilnymi: generatorem prądu i pompą irygacyjną oraz systemem elektrofizjologicznym**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca prześle fakturę VAT wyłącznie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). Wykonawca zaznacza, iż w takiej sytuacji dokument faktury nie będzie dołączany do dostawy.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający akceptuje przekazanie faktury VAT przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania .

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający akceptuje modyfikację § 2 ust. 2 wzoru umowy dzierżawy poprzez wskazanie, iż obowiązek zapewnienia aparatu zastępczego dotyczy przypadków, w których czas naprawy (a nie czas samej awarii) przekracza 5 dni.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający akceptuje proponowaną w pytaniu modyfikację w §2 ust.2 wzoru umowy dzierżawy.

§2 ust.2 przyjmuje brzmienie:

W razie wystąpienia wad lub usterek uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z aparatu w zakresie jego pełnych funkcjonalności określonych w załączniku 1, Dzierżawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Wyzierżawiającego a Wyzierżawiający obowiązany jest do usunięcia tejże wady lub usterki na własny koszt w terminach określonych w załączniku nr 1. W przypadku, gdy czas naprawy przekracza 5 dni, Wyzierżawiający zobowiązany jest podstawić aparat zastępczy o takich samych parametrach technicznych i funkcjonalnościach.

*Z poważaniem  
Dyrektor Szpitala*