

Mogilno, dnia 04.10.2022 r.

**Wykonawcy,  
którzy złożyli pytania**

## **WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ**

*dot. zapytania ofertowego –*

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

### **Pytanie 1:**

#### **Pakiet nr 9, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o parametrach:**

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Powierzchnia filtracji 21,64cm<sup>2</sup>
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2:****Pakiet nr 9, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o parametrach:**

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Powierzchnia filtracji 22,05cm<sup>2</sup>
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie 3:****Pakiet nr 9, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o parametrach:**

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Powierzchnia filtracji 315cm<sup>2</sup>
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -

- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują:

1. wykonawcy
2. a/a

Zatwierdził:  
Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno – Technicznych  
Jarosław Głowacki  
/podpis na oryginale/