

Lidzbark Warmiński, dnia 14.02.2024 r.

Nr postępowania: 12/260/ZP/24

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę odczynników do równowagi kwasowo- zasadowej wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą systemu do oznaczeń metodą mikrokolumnową oraz testów kasetkowych

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

Dotyczy części nr 2 – System do oznaczeń serologicznych metodą mikrokolumnową

1. Czy w części nr 2, w związku ze specyfiką asortymentową (m.in. krwinki wzorcowe) niezbędną do wykonania badań serologicznych Zamawiający dopuści dostawy towaru odbywające się zgodnie z załączonym do oferty/dostarczanym raz w roku harmonogramem dostaw na dany rok, uwzględniającym cykl produkcyjny oferowanych wyrobów, a kryterium oceny ofert będzie dotyczyło dostaw pilnych na „cito”?

Odpowiedź: Tak, dopuści

1. Czy Zamawiający dopuści dla części nr 2 (załącznik nr 6 pkt. 3 i 4 oraz formularz asortymentowo-cenowy pkt. 1 i 2), aby pierwsza seria do oznaczania grup krwi zawierała odczynnik DVI- a druga DVI+? Zwracamy uwagę, iż ustawodawca nie narzuca kolejności takiego oznaczania i z praktycznego punktu widzenia nie ma znaczenia czy antygen DVI będziemy oznaczać w pierwszej czy drugiej serii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści dla części nr 2 (zał. nr 6 pkt 3 oraz formularz asortymentowo-cenowy pkt 1), aby pierwsza seria do oznaczania grup krwi zawierała odczynnik DVI- .Zapisy pkt 4 zał nr 6 oraz w pkt 2 formularza asortymentowo-cenowego pozostają bez zmian.

2. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie oferowane odczynniki, krwinki wzorcowe, kontrole i sprzęt (za wyjątkiem kontroli zewnętrznej i nakłuwaczy do drenów) muszą pochodzić od tego samego producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 8 zał nr 6 do SWZ

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie oferowane karty muszą być przechowywane w temp. pokojowej, tj. 18-25 °C?

Odpowiedź: Nie ma takiego wymogu

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści konfekcjonowanie kart w opakowaniach 24x12 kart?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

5. Prosimy o potwierdzenie, że dla części nr 2 Zamawiający wymaga zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości 4 x w roku?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Z poważaniem

Monika Stańko