

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/58/22

Sucha Beskidzka, dnia 01.07.2022r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego Dostawa sprzętu medycznego (szyna rehabilitacyjna, pompy infuzyjne, materac ogrzewający pacjenta, laser na statywie, aparat KTG, aparat do magnetoterapii, insuflator, holter ciśnieniowy, holter do pomiaru KTG, pojemniki sterylizacyjne, wózek do transportu zwłok, autoklaw)

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

#### **Pytania do pakietu nr 8: Holter ciśnieniowy**

1. Pkt 3. Czy Zamawiający dopuści rejestrator z wyświetlaczem monochromatycznym?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
2. Pkt 5. Czy Zamawiający dopuści podział doby na 5 podokresów pomiarowych?  
**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
3. Pkt 6. Czy Zamawiający przyzna punkty za pamięć 400 badań? Zwracamy uwagę, że wymóg tak dużej pamięci badań ma znikomą wartość kliniczną ze względu na standard przeprowadzania 24-godzinnego badania holterowskiego.  
**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
4. Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści rejestrator umożliwiający pomiar ciśnienia u dorosłych i dzieci, bez dedykowanych trybów dla grup wiekowych?  
**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
5. Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści brak prezentacji aktualnego ciśnienia w mankencie?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
6. Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści brak funkcji testu manometru? Zwracamy uwagę że zapis ten ma znikomą wartość kliniczną.  
**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
7. Pkt 18. Czy Zamawiający dopuści pracę do 3 dni? Zwracamy uwagę, że badanie ciśnienia za pomocą holtera jest badaniem obciążającym pacjenta i standardem klinicznym jest przeprowadzanie tego badania przez 24 godziny.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **1. Załącznik nr 1h, Serwis i gwarancja:**

**Pkt. 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie usterki nie wymagającego wymiany części zamiennych do: 4 dni robocze?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **2. Dotyczy wymogu załączenia materiałów informacyjnych:**

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora lub wykonawcy potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**2. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 2?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**3. Dotyczy wzoru umowy § 10**

Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację w kraju oraz na świecie, prosimy o rozszerzenie zapisu odnośnie siły wyższej o następujące zastrzeżenia:

- 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*
- 2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*
- 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

z poważaniem:

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sabina Steczek

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Janusz Baczewski