



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201  
e-mail: [nzoz.kss@szpital.kutno.pl](mailto:nzoz.kss@szpital.kutno.pl) [www.szpital.kutno.pl](http://www.szpital.kutno.pl)  
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 21.11.2024 r.

## **WYJAŚNIENIA Nr 2 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE NA POTRZEBY ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII.**

Nr postępowania: **ZP/32/24**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- 1. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2** - Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 2 dopuści rurkę intubacyjną z mankietem niskoprofilowym i niskociśnieniowym z medycznego PCW bez DEHP, z otworem Murphyego, 2 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie, z łącznikiem 15mm, z balonikiem kontrolnym w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci dwóch ringów wokół całego obwodu rurki od rozmiaru 5.0 do 10.00 i 180 stopni od rozmiaru 3.0 do 4.5, gładkie atraumatyczne krawędzie, skalowana jednostronnie co 1 cm, opakowanie folia/papier o rozmiarach: od 3,0 do nr 10,0 co pół ?  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
- 2. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1-2** - Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga kraników zabezpieczonymi koreczkami posiadającymi trzpień poniżej własnej krawędzi.  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
- 3. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1-2** - Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga kraników z optycznym i wyczuwalnym indykátorem pozycji otwarty / zamknięty.  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
- 4. Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 1-2** - Proszę o dopuszczenie przedłużaczy o średnicy zewnętrznej 2,5 mm oraz wewnętrznej 1,5 mm.  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 5. Dotyczy Pakietu Nr 8** - Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pompy infuzyjnej, dren o średnicy zewn. 2,4 mm, średnicy wewn. 0,62 mm, grubość ścianki 0,58 mm? Pozostałe parametry bez zmian.  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 6. Dotyczy Pakietu Nr 6** - Pakiet nr 6, Parametry oceniane, termin dostawy. Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający ma na myśli dni robocze?  
**Tak, zgodnie z zapisem § 2 ust. 5 projektu umowy.**

- 7. Dotyczy Pakietu Nr 9** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9 cewniki do hemodializy Arrow poliuretanowe dwuświatłowe 12FR długości 16cm , 20 cm i 25cm , wysokoprzepływowe, igła punkcyjna 18 G/6,35cm , prowadnica w J , rozszerzadło , strzykawka , skrzydełka mocujące.  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
- 8. Dotyczy Pakietu Nr 22** - Czy zamawiający w pakiecie 22 dopuści cewniki dotętnicze firmy Arrow wykonane z PEBA materiał charakteryzujący się wysoką wytrzymałością na zaginięcie , w rozmiarach 18Ga, 20 Ga, 22Ga o długościach 8cm i 12cm 20Ga oraz 18Ga dodatkowo o długości 16 cm, igła punkcyjna 4-7cm , prowadnica stalowa, skrzydełka mocujące .  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
- 9. Dotyczy Pakietu Nr 14** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 14 cewnik centralny firmy Arrow wg parametrów
- pozycja 1 cewnik o średnicy 12Ga , kanały 12Ga-12Ga , pozostałe parametry bez zmian
  - pozycja 2 cewnik o średnicy 14Ga , bez skalpela , pozostałe parametry bez zmian
  - pozycja 3 cewnik dwukanałowy 7Fr kanały 18,14 ga , prowadnica stalowa , pozostałe parametry bez zmian
  - pozycja 4 cewnik trójkanałowy 7Fr kanały 16,18,18 ga , prowadnica stalowa , strzykawka 5ml, pozostałe parametry bez zmian
  - pozycja 4 cewnik czterokanałowy 8,5Fr kanały 16,14,18,18 Ga, prowadnica stalowa, strzykawka 5ml, bez skalpela , pozostałe parametry bez zmian
- Zgodnie z zapisami SWZ.**
- 10. Dotyczy Pakietu Nr 26, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 11. Dotyczy Pakietu Nr 26, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 12. Dotyczy Pakietu Nr 30, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści kaniule dotętniczą w jednym rozmiarze 20G x 13/4 " 1,1 x 45mm?  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
- 13. Dotyczy Pakietu Nr 15** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, z medycznego PCV, do wentylacji pacjenta. Mankiet niskooporowy o twardej podstawie i gładkiej powierzchni. Rurka oddechowa przezroczysta, zagina się elastycznie. Do mankietu dołączony jest dren zintegrowany ze ścianą rurki, zmniejszone ryzyko uszkodzenia podczas używania. Na masce krtaniowej znajdują się wyraźnie widoczne niezmywalne nadruki identyfikujące rozmiar maski, wagę pacjenta oraz pojemność wypełnienia mankietu. Maskę posiada indykator położenia oraz oznakowanie rozmiaru na

baloniku, w rozmiarach (1 – 5) i zakresach wagowych: <5 kg ; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 30-50kg; 50-70kg i 70+kg.

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**14. Dotyczy Projektu umowy § 9 ust. 1.1 i 1.2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisów §9 ust.1.1 i 1.2 do 0,5%?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**15. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści dren łączący balonik z mankietem kolorze niebieskim?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**16. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści rurę ze znacznikami głębokości w postaci 2 półpierścieni?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**17. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści znaczniki głębokości w postaci półpierścieni?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**18. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści mankiet w kształcie walca, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**19. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści mankiet w kształcie walca, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**20. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści wydajność nawilżania na poziomie 30mg przy Vt500?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**21. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści utratę wilgotności na poziomie min. 12,8 mg przy Vt500?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**22. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 8** - Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą 40ml?

**Zamawiający dopuszcza.**

**23. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 9** - Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**24. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 10, 11** - Czy Zamawiający wydzieli pozycję 10 oraz 11 z Pakietu nr 3, z uwagi na fakt, iż opisane produkty są dystrybuowane na terenie kraju wyłącznie przez jedną firmę i jest to jawne ograniczanie konkurencji i uniemożliwia złożenie oferty przez inne firmy, co skutkuje brakiem uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszej ceny?

**Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonanie takich czynności nie jest możliwe na gruncie przepisów ustawy Pzp i możliwości technicznych Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - Formularza Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.**

**25. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 12** - Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 200cm?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**26. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 13** - Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 180cm?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**27. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 13** - Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 200cm, bez worka?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**28. Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści rurkę z przewodnicą dołączoną osobno?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**29. Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści rurę ze znacznikami głębokości w postaci 2 półpierścieni?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**30. Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu:

- 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z gąbką na górnej powierzchni
- 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydy w rozrywanej saszetce z perforacją
- 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem
- 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku.

Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania; szczoteczka klasy med. IIa, aplikator klasy med. I, płyn do płukania oraz żel nawilżający zarejestrowane jako kosmetyki?

W razie niedopuszczenia ww. parametrów prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Zamawiający dopuszcza.**

**31. Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 24-25Ch?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**32. Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o długości 33cm dla rurek tracheostomijnych (rozm. 12-16Ch) oraz o długości 60cm dla rurek intubacyjnych (rozm. 12- 16Ch)?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**33. Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z możliwością stosowania do 72h dla wszystkich rozmiarów (Ch12, 14, 16)?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**34. Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z podwójnie obrotowym łącznikiem o kącie 45°?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**35. Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z zamykanym liniowo suwakiem umożliwiającym pełne zamknięcie/otwarcie przepływu?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**36. Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



**Zamawiający dopuszcza.**

**37. Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



**Zamawiający dopuszcza.**

**38. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw wkłuc centralnych o średnicy kanałów 14G i 18G i przepływie powyżej 2400ml/h?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**39. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 2-4** - Czy Zamawiający dopuści zestaw wkłuc centralnych z prostą igłą?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**40. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści zestaw wkłuc centralnych posiadający kanały cewnik w rozmiarach 14G i 18G?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**41. Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową bez uźebrowania?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**42. Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści lubrykant oraz strzykawkę dołączoną osobno do maski krtaniowej?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**43. Dotyczy Pakietu Nr 16, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:**

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką, umieszczony centralnie
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak
- Stosowanie: do 24h?



**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**44. Dotyczy Pakietu Nr 25, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści łyżkę z oznaczeniem symbolu jednorazowego użytku na metalowej części łyżki?**

**Zamawiający dopuszcza.**

**45. Dotyczy Pakietu Nr 25, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści użyczenia równoważnej rękojeści w standardzie „zielonym”, kompatybilna z oferowanymi łyżkami?**

**Zamawiający dopuszcza.**

**46. Dotyczy Pakietu Nr 26, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca o parametrach:**

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Sterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przyklepne opatrunki
- Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- System z czasem utrzymania do 29 dni, potwierdzone w instrukcji użycia?

**Zamawiający dopuszcza.**

**47. Dotyczy Pakietu Nr 26, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną?**

## Zamawiający dopuszcza.

**48. Dotyczy Pakietu Nr 26, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za sztukę, z uwagi na fakt, iż worki pakowane są pojedynczo?

**Zamawiający dopuszcza.**

**49. Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do GZM dołączony osobno do linii pomiarowej?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**50. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie walca- minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w kształcie walca. Pakowane folia-papier. Rozmiar 6.5 ; 7 ; 7.5; 8.0 ; 8.5 ; 9.0?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**51. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 8** - Czy Zamawiający dopuści Filtr - przestrzeń martwa 52-53 ml?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**52. Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 10 i 11** - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu poz. 10 i 11, gdyż produkt ten posiada w ofercie wyłącznie 1 firma – Medtronic, a taka budowa pakietu stawia ją w sytuacji uprzywilejowanej?

10	Filtr wydechowy , kompatybilny z respiratorem Puritan Bennet 980, jednorazowego użytku	szt.	75
11	Filtr wdechowy , kompatybilny z respiratorem Puritan Bennet 980, jednorazowego użytku	szt	75

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 24.**

**53. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 4** - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu poz. 4, gdyż produkt ten posiada w ofercie wyłącznie 1 firma – Medtronic, a taka budowa pakietu stawia ją w sytuacji uprzywilejowanej?

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 24.**

**54. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 12** - Czy obwód ma posiadać jedno ramię czy dwa ramiona połączone łącznikiem Y z łącznikiem kątowym z portem do kapnografii?

**Obwód ma posiadać dwa ramiona.**

**55. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 13** - Czy obwód oddechowy z PCV o gładkim świetle ma posiadać: 2 gałęzie o dł. 190 cm

Dodatkowa gałąź do worka o dł. 190 cm z workiem;  
trójnik z łącznikiem kątowym , z portem do kapnografii,  
z zatyczką?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**56. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 13** - Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z PCV o gładkim świetle o dł. 180 cm ?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**57. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 13** - Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z PCV o gładkim świetle o dł. 200 cm ?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

- 58. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 13** - Czy Zamawiający dopuści dodatkową gałąź do worka o dł. o dł. 90cm, 120cm lub 150cm ?  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 59. Dotyczy Pakietu Nr 32** - Czy Zamawiający dopuści łyżki mikrobiologiczne czyste?  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 60. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1** - Czy w pakiecie nr 1 poz.1 Kraniki trójdrożne mają być wykonane z poliamidu i posiadać raport z badania potwierdzający 100% szczelność na przeciekanie po okresie 96 godzin przy podaży agresywnie działających leków np. propofolu.  
**Zamawiający wymaga szczelności kraników podczas stosowania.**
- 61. Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z 7ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny. W zestawie dodatkowo saszetka z nawilżaczem do jamy ustnej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 62. Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawu zarejestrowanego w klasie IIa  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 63. Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie maski jednorazowego użytku, z silikonu, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci wypustki chroniącej przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach (0 – 5) i zakresach wagowych: <2 kg; 2,4 kg; 4-7 kg ; 7-17 kg ; 117-30 kg; 30-60 kg; 60-80kg; >80kg. W zestawie lubrykant (żel) i strzykawka luer-lock 30 ml.  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 64. Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1** - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania maski z możliwością intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej dzięki rozłączalnemu łącznikowi?  
**Zamawiający nie wymaga.**
- 65. Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1** - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania maski bez PHT i lateksu.  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 66. Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 1** - Ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, który nie jest fabrycznie połączony (sterylny worek do GZM i linia IAP pakowane w indywidualne opakowania; po połączeniu stanowią system zamknięty), pozostałe cechy SWZ bez zmian.  
**Zamawiający dopuszcza.**

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu  
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1003743>