

Piła dnia 05.11.2021 roku

FZP.II-241/101/21/ZO

### ***Uczestnicy postępowania***

dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie § 8 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 67/2019 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 08.05.2019 r. pn. „**ZAKUP WAG PLATFORMOWYCH ORAZ WAG ŁÓŻKOWYCH W RAMACH PROGRAMU „DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA”**”

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanyymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1**

Dotyczy: pozycja 2 zapytania – waga łóżkowa o nośności 300 kg  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę o wymiarach platformy 760 x 55 x 1.470 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie nr 2**

Dotyczy: pozycja 2 zapytania – waga łóżkowa o nośności 300 kg.  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zasilania bateryjnego i dopuści do zaoferowania wagę zasilaną wyłącznie sieciowo ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie nr 3**

Dotyczy: Termin wykonania zamówienia  
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 16 tygodni od dnia podpisania umowy. W związku z trwającą pandemią, na rynkach światowych występują okresowe z problemy dostępnością materiałów wykorzystywanych przy produkcji wag oraz możliwe są przestoje produkcyjne wywołane przez obostrzenia covidowe. Przedłużenie terminu realizacji pozwoli nam na złożenie oferty, oraz terminowe wywiązanie się z zapisów umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**