



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, dnia 23.05.2019r.

EZP 268/2019

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. Przetargu nieograniczonego nr D-4/2019 na dostawę implantów ortopedycznych na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.

W związku z zapytaniami Wykonawców udzielamy wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia stron katalogowych lub prezentacji oferowanego asortymentu na etapie badania ofert w przypadku wątpliwości co do zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia?

Odp. W przypadku wątpliwości co do zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia stron katalogowych lub prezentacji oferowanego asortymentu na etapie badania ofert, najpóźniej przed podpisaniem ewentualnej umowy.

Pytanie nr 2 **Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający w poz. nr 5 i 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów kostkowych w zakresie dł. 25-70mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w poz. nr 28 wyrazi zgodę na zaoferowanie podwójnego zasilacza regulowanego do opasek zaciskowych z ciśnieniem zasilania 400kPa, ciśnienie wyjściowe 0-500mmHg?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w poz. nr 33÷36 wyrazi zgodę na zaoferowanie śrub kaniulowanych kompresyjnych tylko z tytanu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w poz. nr 34 wyrazi zgodę na zaoferowanie śrub kaniulowanych kompresyjnych 2,5/3,2?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie nr 6 **Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia- Kończyna dolna poz. nr 2 wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytek kształtowych blokowanych do dalszej nasady kości udowej posiadających w części trzonowej 4 do 8 rozdzielnych otworów: otwory blokowane i 1 kompresyjny?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia- Kończyna dolna poz. nr 8A pkt e) wyrazi zgodę na możliwość oferowania śruby blokującej $\phi 5,5\text{mm}$ zamiast śruby blokującej trzonowej $\phi 5\text{mm}$?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 8

Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów wzoru umowy :

Czy Zamawiający w §14 umowy oraz w formularzu oferty rozdział D, pkt 3 oraz w rozdziale VIa, pkt b) SIWZ mógłby doprecyzować, czy pod pojęciem „termin ważności” Zamawiający ma na myśli „termin gwarancji” z uwagi na to, iż w dalszej części zapisu w w/w rozdziałach i punktach jest mowa o okresie rękojmi.

Odp. Zamawiający ma na myśli „termin gwarancji”.

Pytanie nr 9

Dotyczy Zadania 8 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogeny koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikroślamaniami w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego.

Dostępna w rozmiarze 25x30mm oraz 40x50mm, o grubości 2mm.

Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Ponadto Zamawiający informuje, iż na mocy art.38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert i tak:

Termin składania elektronicznie ofert upływa dnia **05.06.2019r.** godz. 10:00

Termin wnoszenia wadium upływa dnia **05.06.2019r.** godz.:10:00

Termin otwarcia ofert **05.06.2019r.** godz. **10:05** Dział Zamówień Publicznych pok.03

Z poważaniem

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz

