

Konkurs nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68
95-200 Pabianice

Pabianice, dn. 19.08.2024 r.

Nr sprawy 35/ZP/TP1/D/24

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji – art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. **Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w podziale na III części w ramach Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych, pod nazwą „SOR i pracownie diagnostyczne na miarę XXI – Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.” tj. część I – analizatory parametrów krytycznych; część II – luminometry oraz urządzenia do dekontaminacji; część III – aparaty EKG, kardiomonytory oraz monitory TOP SOR**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.**, informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej zwaną ustawą Pzp zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ). W związku z powyższym zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań do SWZ i działając zgodnie z art. 284. ust. 2 ustawy Pzp udziela poniższych wyjaśnień:

/zachowano oryginalną pisownię pytań/

1. Pakiet nr 2 poz. I pkt. 6: Czy w pkt. 6, nie zaszła oczywista pomyłka i Zamawiający miał na myśli luminometr?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt 6 tabeli poz. I Pakietu nr 2 dotyczy luminometru i odnosi się do parametru technicznego jakim jest czas pomiaru.
2. Pakiet nr 2 poz. I pkt. 6: Czy Zamawiający odstąpi od zapisu, że wykonawca zapewni „w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych – luminometr zastępczy o tych samych parametrach i funkcjonalności”, tylko dla tej pozycji? Ponieważ bezpośredni dystrybutor tych urządzeń w ramach polityki handlowej nie oferuje urządzeń zastępczych w czasie ich naprawy?
Odpowiedź: Zamawiający, informuje, iż przedmiotowa treść pytania w rzeczywistości dotyczy pkt 24 tabeli zawierającej parametry techniczne, w którym doszło do oczywistej omyłki pisarskiej ze strony Zamawiającego i zamiast wskazanego respiratora zastępczego, właściwym było wskazanie luminometru zastępczego. Jednakże z uwagi na treść przedmiotowego pytania Zamawiający odstępuje od określonego wymogu i wykreśla pkt 24, tym samym dokonując właściwej modyfikacji załącznika nr 1 do SWZ.
3. Opis parametrów punktowanych do Pakiet nr 2 poz. I: Czy przy zapisie w Opisie parametrów Punktowanych do poz. 3 "Cechujący się gotowością do użycia poniżej 8 sekund", to przypadku deklarowanej przez producenta gotowości urządzenia do pracy w 8 sekund Zamawiający uzna za prawidłowe wpisanie 10 pkt.?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiotowa treść pytania w rzeczywistości odnosi się do pkt 2 a nie 3 tabeli zawierającej dodatkowo punktowane parametry

Konkurs nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR

techniczne. Zamawiający informuje, iż przyzna 10 pkt, w przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje, iż oferowane urządzenie jest gotowe do użycia w czasie poniżej 8 sekund tj. np. 7,9 sekundy. Parametr równy 8 sekundom nie będzie dodatkowo punktowany.

4. Pakiet nr 2 poz. II pkt 2: Czy w pkt. 2, nie zaszła oczywista pomyłka i nie został nieumyślnie skopiowany pkt 23 poz. III?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do oczywistej omyłki i określa przedmiotowy zapis, tym samym dokonując właściwej modyfikacji załącznika nr 1 do SWZ.

5. Pakiet nr 2 poz. II pkt. 6: Czy Zamawiający miał na myśli, że urządzenie umożliwia osiągnięcie poziomu czystości cząsteczkowej powietrza klas ISO 7 i ISO 8 zgodnie ze standardami szpitalnymi ISO 90-351 i ISO 14-644 w pomieszczeniach dostosowanych do wydajności urządzenia, gdyż podane normy odnoszą się do klas jakości powietrza, a nie samego urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o wydajność urządzenia.

6. Pakiet nr 2 poz. II pkt. 7: Czy Zamawiający miał na myśli, że urządzenie posiada badania z niezależnego laboratorium potwierdzające skuteczność dekontaminacji na poziomie: INFLUENZA H1N1 redukcja 99.993%, ADENOVIRUS 5 redukcja 99.905%, BACILLUS SUBTILIS redukcja 95.234%, PSEUDOMONAS AERUGINOSA redukcja 99.965%, ESCHERICHIA COLI redukcja 99.925%, ESCHERICHIA COLI redukcja 99.925%, STAPHYLOCOCCUS AUREUS redukcja 99.842%, ENTEROCOCCUS FAECIUM redukcja 99.800%, CANDIDA ALBICANS redukcja 99.973%, ASPERGILLUS FUMIGATUS redukcja 99.467%, gdyż samo urządzenie do dekontaminacji nie służy do dokonywania tego typu badań?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o badania z niezależnego laboratorium potwierdzające skuteczność dekontaminacji na poziomie wskazanym w przedmiotowym punkcie.

7. Pakiet 2 poz. II pkt 12: Czy w pkt. 12, nie zaszła oczywista pomyłka i nie został nieumyślnie skopiowany pkt 23 poz. III?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do oczywistej omyłki i określa przedmiotowy zapis, tym samym dokonując właściwej modyfikacji załącznika nr 1 do SWZ.

8. Pakiet 2 poz. II pkt 20: Czy w pkt. 20, nie zaszła oczywista pomyłka i Zamawiający miał na myśli urządzenie do dekontaminacji o parametrach podanych w opisie?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i zamiast wskazanego respiratora zastępczego, właściwym było wskazanie urządzenia zastępczego do dekontaminacji. W związku z powyższym Zamawiający odpowiednio modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ.

9. Pakiet 2 poz. III pkt 34: Czy w pkt. 34, nie zaszła oczywista pomyłka i Zamawiający miał na myśli urządzenie do dekontaminacji o parametrach podanych w opisie?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i zamiast wskazanego respiratora zastępczego, właściwym było wskazanie urządzenia zastępczego do dekontaminacji. Jednocześnie Zamawiający dokonuje korekty numeracji wskazanej dla poz. III. W związku z powyższym Zamawiający odpowiednio modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ.

Konkurs nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – **Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.** działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, **dokonuje zmiany treści SWZ** w zakresie treści załącznika nr 1 do SWZ pn. *Wymagania i parametry techniczne – opis przedmiotu zamówienia*.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ **nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu**. Wyjaśnienia oraz zmianę treści SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści wyjaśnień oraz powyższej zmiany SWZ. Terminy określone w dokumentach zamówienia pozostaje bez zmian.

Załączniki do pisma:

- Załącznik nr 1 do SWZ modyfikacja – tj. Wymagania i parametry techniczne – opis przedmiotu zamówienia.

Z up. Kierownik Działu Zamówień Publicznych