

COZL/DZP/AS/3411/PN-92/23

Lublin, dnia 02.08.2023 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na :

„Dostawa drenów do przygotowania i podaży leków na potrzeby COZL”.

(COZL/DZP/AS/3411/PN-92/23)

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1, Poz. 1

W celu złożenia ważnej oferty i możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, prosimy o dopuszczenie równoważnego produktu:

Linia boczna (długość systemu 41 cm) poliuretanowa z ostrzem nakłuwającym i filtrem hydrofobowym 1,2 um, łącznikiem Y-Clave i końcówką typu Luer z zastawką zwrotną. Objętość napełnienia ok. 2,7 ml, bursztynowy przewód przedłużający o średnicy 2.9x4,1 mm. Ilość aktywacji 600, nie dłużej niż 7 dni. Do stosowania z krwią i preparatami krwiopochodnymi oraz innymi płynami biologicznymi i lipidami a także chemioterapeutykami i ich rozpuszczalnikami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo. Oraz Linia boczna (długość systemu 41 cm) do przygotowywania leków cytostatycznych z portem bezigłowym, kompatybilna z zestawem wielodrożnym do przetoczeń. Objętość wypełnienia 2,5 ml. Końcówka luer lock z zastawką antyzwrotną. Przestrzeń martwa do 0,05 ml, szybkość przepływu 160-180 ml/min. Ilość aktywacji 600, nie dłużej niż 7 dni. Do stosowania z krwią i preparatami krwiopochodnymi oraz innymi płynami biologicznymi i lipidami a także chemioterapeutykami i ich rozpuszczalnikami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2, Poz. 2

W celu złożenia ważnej oferty i możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, prosimy o dopuszczenie równoważnego produktu:

Linia infuzyjna dwudrożna bursztynowa (długość systemu 186 cm) do podaży cytostatyków. Jedno dościcie boczne z portem bezigłowym. Kolec typu spike, wentylowany filtr hydrofobowy, komora kroplowa z filtrem cząsteczkowym 15um. Objętość wypełnienia 11,9 ml. Przestrzeń martwa do 0,05 ml, szybkość przepływu 150 ml/min. Ilość aktywacji 600, nie dłużej niż 7 dni. Do stosowania z krwią i preparatami krwiopochodnymi oraz innymi płynami biologicznymi i lipidami, a także

chemioterapeutykami i ich rozpuszczalnikami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3, Poz. 3

W celu złożenia ważnej oferty i możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, prosimy o dopuszczenie równoważnego produktu:

Linia infuzyjna (długość systemu 180 cm) do podaży cytostatyków, trzydrożny, dwa dojścia boczne z portami bezigłowymi. Kolec typu spaik, wentylowany z filtrem hydrofobowym. Komora kroplowa z filtrem 15um, zacisk rolkowy, zastawka jednokierunkowa, objętość wypełnienia 11,5 ml. Podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4, Poz. 4

W celu złożenia ważnej oferty i możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, prosimy o dopuszczenie równoważnego produktu:

Linia infuzyjna do podaży cytostatyków (długość systemu 188 cm) z 4 portami bezigłowymi o parametrach: komora kroplowa o objętości ok. 13 ml posiadająca filtr 15 um. Odpowietrzalne ostrze nakłuwające z filtrem hydrofobowym 1,2 um. Ilość aktywacji 600, nie dłużej niż 7 dni. Do stosowania z krwią i preparatami krwiopochodnymi oraz innymi płynami biologicznymi i lipidami a także chemioterapeutykami i ich rozpuszczalnikami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5, Poz. 5

W celu złożenia ważnej oferty i możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, prosimy o dopuszczenie równoważnego produktu:

Linia infuzyjna bursztynowa czterodrożna (długość systemu 184 cm) do podaży cytostatyków, trzy dojścia boczne z portami bezigłowymi, wentylowany filtr hydrofobowy, komora kroplowa z filtrem cząsteczkowym 15um. Objętość wypełnienia 12 ml. Przestrzeń martwa do 0,05 ml, szybkość przepływu 150 ml/min. Ilość aktywacji 600, nie dłużej niż 7 dni. Do stosowania z krwią i preparatami krwiopochodnymi oraz innymi płynami biologicznymi i lipidami a także chemioterapeutykami i ich rozpuszczalnikami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6, Poz. 6

W celu złożenia ważnej oferty i możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, prosimy o dopuszczenie równoważnego produktu:

Linia infuzyjna trzydrożna (długość systemu 180 cm) do podaży cytostatyków. Linia do podaży grawitacyjnej. Dwa dojścia boczne z portami bezigłowymi. Bursztynowy, kolec typu spike, wentylowany filtr hydrofobowy, komora kroplowa z filtrem cząsteczkowym 15um. Objętość wypełnienia 11,7 ml. Przestrzeń martwa do 0,05 ml, szybkość przepływu 150 ml/min. Ilość aktywacji 600, nie dłużej niż 7 dni. Do stosowania z krwią i preparatami krwiopochodnymi oraz innymi płynami biologicznymi i lipidami a także chemioterapeutykami i ich rozpuszczalnikami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7, Poz. 7

W celu złożenia ważnej oferty i możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, prosimy o dopuszczenie równoważnego produktu:

Linia infuzyjna bursztynowa do podawania cytostatyków z 4 bocznymi bezigłowymi portami + zbiornik wyrównawczy w systemie "Y". Linia do podaży grawitacyjnej. Całość systemu 188 cm. Podłączenie luer i luer-lock, przestrzeń martwa 0,05 ml, szybkość przepływu 180 ml/min, ilość aktywacji 600, nie dłużej niż 7 dni. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8, Poz. 8

W celu złożenia ważnej oferty i możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, prosimy o dopuszczenie równoważnego produktu:

System przedłużający do podaży cytostatyków (długość systemu 43 cm) z ostrzem nakłuwającym typu spike oraz łącznikiem MicroClave i regulatorem przepływu, objętość napełniania 2,8 ml. Ilość aktywacji 600, nie dłużej niż 7 dni. Do stosowania z krwią i preparatami krwiopochodnymi oraz innymi płynami biologicznymi i lipidami a także chemioterapeutykami i ich rozpuszczalnikami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9, Poz. 9

W celu złożenia ważnej oferty i możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, prosimy o dopuszczenie równoważnego produktu:

Linia infuzyjna (długość systemu 206 cm) do Taxolu ze zbiornikiem 20 kroplowym o parametrach: pojemność 15,5 ml, zacisk rolkowy na odcinku zbiornik-filtr do Taxolu, ilość aktywacji 600, do 7 dni stosowania. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10, Poz. 10

W celu złożenia ważnej oferty i możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, prosimy o dopuszczenie równoważnego produktu:

Linia do podaży cytostatyków (długość systemu 43 cm) o parametrach: filtrem 0,2 um, klemem zaciskowym typu Roberts koloru czerwonego, objętość napełniania ok. 5,3 ml, ilość aktywacji 600 nie dłużej niż do 7 dni stosowania. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.