



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181,

REGON 810733454, KRS 0000001757



Znak sprawy: WZAM.2354.25.1150.2024

Szczecin, dnia 18.11.2024 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320) pn.: „Dostawa materiałów, narzędzi i akcesoriów do zabiegów endoskopowych, materiałów jednorazowego użytku do angiografii i embolizacji oraz dostawa materiałów do zabiegów okulistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”.

Nr postępowania: 25/2024.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie przewodnika hydrofilnego nitinolowego bez krzywizny Bolia i kształtowanej końcówki? Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie przewodnika hydrofilnego nitinolowego bez krzywizny Bolia i kształtowanej końcówki z zachowaniem pozostałych parametrów wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 4.

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie inflatorów (strzykawek wysokociśnieniowych) stosowanych podczas umów u Zamawiającego o poniższych parametrach:

- 20ml pojemności
- wytrzymałość do 30ATM z dokładnością +/- 1ATM
- ze zbrojonym drenem wysokociśnieniowym & kranikiem trójdrożnym w komplecie
- tarcza fluorescencyjna ustawiona pod kątem
- rękojeść typu „T”
- przezroczysty korpus strzykawki w celu obserwacji pęcherzyków powietrza
- mechanizm spustowy w celu wykonania szybkiej deflacji
- zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem korpusu

Poniżej zdjęcie proponowanego inflatora:



Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza inflatory o parametrach wskazanych powyżej.

Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 4.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 4 Strzykawki ciśnieniowej z manometrem o pojemności 20 cc, zakres atmosfer 0 – 30 ATM.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza strzykawki ciśnieniowe z manometrem o pojemności 20 cc, zakres atmosfer 0 – 30 ATM.

Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści średnicę korpusu 2,4 mm? Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuszcza średnicę korpusu 2,4 mm z zachowaniem pozostałych parametrów wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 5, dotyczy Pakietu nr 17 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zestaw do wprowadzania o śr. 10,5 Fr? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza zestaw do wprowadzania o śr. 10,5 Fr z zachowaniem pozostałych parametrów wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 6, dotyczy Pakietu nr 17 poz.14

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zestaw do wprowadzania o śr. 20 Fr dla protezy o śr. 22 mm i zestaw o śr. 22 Fr dla protezy o średnicy 24 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza zestaw do wprowadzania o śr. 20 Fr z zachowaniem pozostałych parametrów wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 7, dotyczy Pakietu nr 17 poz.17 i poz. 18

Wnosimy o wydzielenie pozycji 17 i 18 do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie ofert większej ilości oferentów.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający rezygnuje w Pakiecie 17 z poz. 17 i 18, zmodyfikowany załącznik nr 2 Szczegółowa oferta cenowa został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 8, dotyczy Pakietu nr 17 poz. 20

Czy w opisie dla jakich rozmiarów endoskopów jest dedykowany zestaw nie zaistniała omyłka pisarska? Czy nie powinno być: „do endoskopów o rozmiarach 10,5 – 12,0 mm”?

Odpowiedź nr 8:

Tak, Zamawiający popełnił omyłkę pisarską zmodyfikowany załącznik nr 2 Szczegółowa oferta cenowa został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 9, dotyczy Pakietu 17 poz.20

Czy w opisie nie zaistniała omyłka pisarska? Zestaw składa się z kilku elementów: sondy do znakowania zmiany, szczypiec do usunięcia materiału, przewodnika, balonu do poszerzania oraz z samej nakładki z klipsem i nicią. Którego narzędzia dotyczy wymagany parametr - „długość robocza 180 cm?” Czy dotyczy on balonu do poszerzania? Nakładka z klipsem posiada nić o dł. roboczej 220 cm.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający informuje, że długość robocza 180 cm dotyczy balonu do poszerzania.

Zmodyfikowany w tym zakresie załącznik nr 2 Szczegółowa oferta cenowa został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 10, dotyczy Pakietu nr 17 poz.22

Czy w opisie dla jakich rozmiarów endoskopów jest dedykowany zestaw nie zaistniała omyłka pisarska?



Czy nie powinno być: „do endoskopów o rozmiarach 10,5 – 12,0 mm”?

Odpowiedź nr 10:

Tak, Zamawiający popełnił omyłkę pisarską zmodyfikowany załącznik nr 2 Szczegółowa oferta cenowa został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 11, dotyczy Pakietu nr 17 poz.23

Czy w opisie dla jakich rozmiarów endoskopów jest dedykowany zestaw nie zaistniała omyłka pisarska?

Czy nie powinno być: „do endoskopów o rozmiarach 11,5 – 14,0 mm”?

Odpowiedź nr 11:

Tak, Zamawiający popełnił omyłkę pisarską zmodyfikowany załącznik nr 2 Szczegółowa oferta cenowa został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 12, dotyczy Pakietu nr 17 poz.27

Czy w opisie rozmiarów protez w ostatniej pozycji nie zaistniała omyłka pisarska? Czy nie powinno być:

„rozmiary protez: śr.10mm”? Zamiast 8 mm jak w pozycji wyżej?

Odpowiedź nr 12:

Tak, Zamawiający popełnił omyłkę pisarską zmodyfikowany załącznik nr 2 Szczegółowa oferta cenowa został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 13, dotyczy zapisów wzoru umowy załącznik nr 3 a do SWZ.

Czy w opisie pakietów których dotyczy umowa nie zaistniała omyłka pisarska? Jest : (dotyczy Pakietów nr 11-3, 5-7, 9, 11-12, 14,18) . W Części IV. SWZ w punkcie 6 zapisane jest: Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają Wzory umów, stanowiące załącznik nr 3a

(w zakresie Pakietów nr 1-3, 5-7, 9, 11-12, 14-18) i 3b do SWZ (w zakresie Pakietu nr 4, 8, 10, 13)

Odpowiedź nr 13:

Tak, Zamawiający popełnił omyłkę pisarską jest:„(dotyczy Pakietów nr 11-3, 5-7, 9, 11-12, 14,18)”, powinno być: „(dotyczy Pakietów nr 1-3, 5-7, 9, 11-12, 14,18)”.

Pytanie nr 14, dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego

Pierwotne parametry

łyżeczki o długości 3,21 mm

Rozwarcie 5 mm

Parametry oferowane

łyżeczki o długości 3,27 mm

Rozwarcie 7 mm

Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający nie dopuszcza kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 15, dotyczy Pakietu nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści klipsownice

Pierwotne parametry

Długość ramion 9 lub 9,5 mm

Klipsownica pakowana w plastikowy pancerz transportowy

Parametry oferowane

Długość ramion 10 mm

Klisownica bez zewnętrznych osłonek i pancerzy, gotowa do użyciu od razu po wyjęciu z opakowania

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie dopuszcza klipsownicy o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 16, dotyczy Pakietu nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające

Pierwotne parametry

zab szczura o rozwarcu 17mm,



Parametry oferowane

Ząb szczura – rozwarcie 12 mm oraz
Ząb szczura z zębem aligatora - rozwarcie 10 mm
WSZYSTKIE KLESZCZE W WERSJI OBROTOWEJ
Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający nie dopuszcza kleszczy chwytających o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 17, dotyczy Pakietu 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające

Pierwotne parametry

aligator o rozwarciu 11mm.

Parametry oferowane

Ząb aligatora – rozwarcie 14 mm
DODATKOWO WSZYSTKIE KLESZCZE W WERSJI OBROTOWEJ
Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie dopuszcza kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 18, dotyczy Pakietu nr 8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii.

Pierwotne parametry

dрут o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm
oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm
Średnica osłonki 2. 4mm
Długość oczka pętli 38,5 mm

Parametry oferowane

dрут o średnicy 0,3 mm dla średnicy otwarcia 6,10,15 mm
oraz 0,47 mm dla średnic 20, 25, 30, 35, 40 mm
Średnica osłonki 2.3mm
Maksymalna długość oczka pętli 39 mm
DODATKOWO WSZYSTKIE PĘTLE W WERSJI OBROTOWEJ
Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający nie dopuszcza pętli do polipektomii o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 19, dotyczy Pakietu nr 8 poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii

Pierwotne parametry

Średnica osłonki 2. 4mm

Parametry oferowane

Średnica osłonki 2.3mm
DODATKOWO WSZYSTKIE PĘTLE W WERSJI OBROTOWEJ
Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający nie dopuszcza pętli do polipektomii o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 20, dotyczy Pakietu nr 8 poz. 9.

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii

Pierwotne parametry

dрут o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm
oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm
Średnica osłonki 2. 4mm
Długość oczka pętli 38,5 mm

Parametry oferowane

dрут o średnicy 0,3 mm dla średnicy otwarcia 6,10,15 mm



oraz 0,47 mm dla średnic 20, 25, 30, 35, 40 mm

Średnica osłonki 2.3mm

Maksymalna długość oczka pętli 39 mm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający nie dopuszcza pętli do peliektomii o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 21, dotyczy Pakietu 8 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści pętle do peliektomii do ZMIAN PŁASKICH

Pierwotne parametry

pleciona, drut o średnicy 0,43 mm

Średnica otwarcia 15mm lub 25mm

Średnica osłonki 2. 4mm

Parametry oferowane

MONOFILAMENTNA (niepleciona),zapewniająca bardziej precyzyjne i ostre cięcie, drut o średnicy 0,4 mm

Średnica otwarcia 13 mm i 25 mm

Średnica osłonki 2.3 mm

Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający nie dopuszcza pętli do peliektomii o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 22, dotyczy zapisów wzoru umowy załącznik nr 3 do SWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik numer 3a do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych:

„Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 23, dotyczy § 7 ust. 4 wzoru umowy załącznik nr 3 do SWZ.

Wnosimy o dokonanie zmiany do § 7 ust. 4 projektowanych postanowień umowy zał. 3a poprzez obniżenie określonej w nim maksymalnej wysokości kar umownych z 50% do 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 1 do SWZ, zmodyfikowany załącznik został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z UPOWAŻNIENIA
Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych
Luiza Reddig

