

SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 02.01.2024r.

DZPZ-530- Zp/94/TP/23

*Wykonawcy – wszyscy*

**Dotyczy: Relokacja urządzeń Magnetom Altea S/N 190273 oraz Somtom Go Top S/N 172564 marki Siemens na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/94/TP/23**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1 do załącznika nr 3 SWZ, Projekt umowy § 6, ust. 1, pkt 1 oraz pkt 2**

Prosimy o obniżenie do 0,1% tj. stawki przyjętej powszechne w umowach zawieranych zarówno na rynku publicznym jak i prywatnym.

Uzasadnienie

Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych. Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Pytanie nr 2 dot. SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia**

Prosimy o potwierdzenie, że terminy uruchomienia MRI oraz TK zostaną dotrzymane pod warunkiem przygotowania i dostosowania pomieszczeń odpowiednio wcześniej do wykonania przedmiotu zamówienia.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 3 dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia**

Czy zamawiający potwierdza, że w związku z obowiązującą gwarancją, którą objęte są aparaty, wymaga się od Wykonawcy spełnienia warunków utrzymania tej gwarancji, w szczególności zachowanie warunków środowiskowych również podczas transportu, co w przeciwnym razie może doprowadzić do bardzo kosztownego, nieodwracalnego uszkodzenia detektora w tomografie komputerowym?

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 4 dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia**

Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie i pomiary osłon radiologicznych są w gestii Zamawiającego?


**Odp. Zamawiający potwierdza.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dr. Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



**Pytanie nr 5 dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia**

Czy aparaty używane będą wyłącznie do diagnostyki czy również do innych zastosowań (planowanie terapii, zastosowania badawcze, itp.)?

**Odp. Aparaty używane będą do diagnostyki.**

**Pytanie nr 6 dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Rezonans magnetyczny Magnetom Altea S/N 190273 firmy SIEMENS**

Prosimy o modyfikację zapisu:

„uzupełnienie, wymiana helu do 750 litrów w przypadku przekroczenia ilości zostanie przedstawiona stosowna oferta”.

**Odp. Zamawiający potwierdza iż dokona modyfikacji zapisu.**

**Pytanie nr 7 dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Rezonans magnetyczny Magnetom Altea S/N 190273 firmy SIEMENS**

Prosimy o modyfikację zapisu:

„szkolenia aplikacyjne dla MR – 8 dni i stacji opisowej – 5 dni, szkolenie prowadzone przez specjalistów aplikacyjnych przeszkolonych przez producenta aparatu lub podmiot autoryzowany przez producenta”

**Odp. Zamawiający potwierdza iż dokona modyfikacji zapisu.**

**Pytanie nr 8 dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Tomograf Komputerowy Somatom go.Top s/n 172564**

Prosimy o modyfikację zapisu:

„szkolenia aplikacyjne dla CT i stacji opisowej – 5 dni, szkolenie prowadzone przez specjalistów aplikacyjnych przeszkolonych przez producenta aparatu lub podmiot autoryzowany przez producenta”.

**Odp. Zamawiający potwierdza iż dokona modyfikacji zapisu.**

**Pytanie nr 9 dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy**

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:


„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany SWZ.**

**Pytanie nr 10 dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy**

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający,



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany SWZ.**

**Pytanie nr 11 dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, iż w sytuacji zmiany danych adresowych Stron umowy nie będzie konieczności zawierania dodatkowego aneksu, a zmiana danych adresowych nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia Strony umowy?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 12 dot. opisu przedmiotu zamówienia**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy nie dotyczą poniższe czynności/usługi:

- zakup licencji niezbędnych do integracji systemu w sieci IT Zamawiającego oraz licencji niezbędnych do integracji aparatu z systemami PACS i RIS (jedynie konfiguracje aparatu po stronie urządzeń Siemens),

- wykonanie integracji z systemami informatycznymi Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający potwierdza, że zakup licencji jest po stronie Zamawiającego, natomiast wykonanie integracji z systemami informatycznymi jest po stronie Wykonawcy.**

**Zatwierdził:  
Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządziła: Małgorzata Kuczyńska  
nr telefonu: 74/6489941



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742