



Znak: AE/ZP-27-51/21

Tarnów, 2021-12-06

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawę łóżka porodowego 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 13** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko porodowe posiadające wysokość maksymalną mierzoną od podłoża do górnej krawędzi leża wynoszącą 85,7cm?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 22** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko porodowe posiadające regulację wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego i od strony wewnętrznej dla pacjentki (z wyłączeniem regulacji wysokości leża). Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający odpowiedzią Ad.1 i Ad.4 udzieloną na pytania Wykonawców w dniu 01.12.2021r., działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienił treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.13 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Wysokość maksymalna mierzona od podłoża do górnej krawędzi leża minimum 95 cm”

na zapis o treści:

„Wysokość maksymalna mierzona od podłoża do górnej krawędzi leża minimum 85 cm”

2/w pkt.21.1.2. ppkt.3) SWZ **zapis o treści:**

„3) w ocenianym w pozycji 13 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 20 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. wysokość maksymalna mierzona od podłoża do górnej krawędzi leża 95 cm uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. dla „t₃”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

na zapis o treści:

„3) w ocenianym w pozycji 13 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 20 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. wysokość maksymalna mierzona od podłoża do górnej krawędzi leża 85 cm uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. dla „t₃”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

załączając do w/w pisma Załącznik Nr 5 po dokonanej zmianie treści SWZ.

Ad.2.

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie łóżka porodowego posiadającego regulację wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego i od strony wewnętrznej dla pacjentki (z wyłączeniem regulacji wysokości leża). Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek