

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowanie: 06.12.2021 r.

Wysokie Mazowieckie, 06.12.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. **Oznaczenie sprawy 16/2021**

Nazwa zadania: **Usługa na przeglądy, konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego**

**Zapytanie nr 1.**

**Dotyczy pakietu nr 55**

Pytanie do pakietu 55 myjnie, czy można rozbić pakiet aby myjnia CYW była oddzielnie

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 2.**

Czy oprócz pakietów wymienionych 3, 14, 72, 80 są jeszcze jakieś pakiety (sprzęt endoskopowy - endoskopy i myjnie) do których wymagana jest autoryzacja i oryginalne części zamienne?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 3.**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w pak 55 zgrzewarki Dh650 DE i 500 De i utworzy nowy pakiet?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 4.**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w pak 30 zgrzewarki Elmasteam 3000 :D i utworzy nowy pakiet

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 5.**

**Dot. Pakiet 86 poz. 5-14**

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wyłączenie poz. nr 5-14 (urządzenia do ogrzewania) do oddzielnego pakietu. Takie rozwiązanie umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców, a tym samym przyczyni się do dokonania korzystniejszego wyboru przez Zamawiającego

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 6.**

**Dot. Pakiet 94 poz. 2,4,8,9**

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wyłączenie poz. nr 2, 4, 8, 9 (wirówki MPW) do oddzielnego pakietu. Takie rozwiązanie umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców, a tym samym przyczyni się do dokonania korzystniejszego wyboru przez Zamawiającego

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 7.**

**Dot. Umowa § 10**

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zawarty w Umowie wymóg dotyczący zatrudniania przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw aparatury medycznej oznacza, że

Zamawiający uznaje, iż wykonywanie ww. czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § Kodeksu Pracy (dalej k.p.)? W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie - wnosimy o usunięcie lub zmianę zapisu Umowy dotyczącego wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie prowadzonego postępowania, gdyż prace te mogą także realizować osoby, które są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej, jako zasób własny firmy.

Zmodyfikowany zapis może mieć następujące brzmienie: „Zamawiający informuje, że Wykonawca może przy realizacji zamówienia posługiwać się zarówno pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, rozumianych jak zasób własny firmy.”

Uzasadniając -z aktualnego brzmienia ww. zapisów Umowy wynika, że Wykonawca przy wykonywaniu czynności w zakresie prowadzonego postępowania musi posłużyć się wyłącznie osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umowy o pracę.

W naszej ocenie jest to wymóg nieuprawniony w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ charakter obowiązków osób, które mają wykonywać te usługi znacząco odbiega od rodzaju stosunku prawnego, jaki łączy pracodawcę i pracownika na podstawie Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy PZP „Zamawiający określa (...) wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.” (k.p.). Oznacza to, że zamieszczenie w Umowie tego wymogu jest obowiązkowe pod warunkiem, że czynności będą miały w istocie pracowniczy charakter.

W art. 22 § 1 k.p. określono, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika z wynagrodzeniem. Elementami decydującymi o tym, czy dane czynności można zakwalifikować jak wykonywane w ramach umowy o pracę są (występujące łącznie): osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie przełożonemu nadzorującemu wykonywane prace, wykonywanie pracy na stanowisku wskazanym przez pracodawcę i w czasie wskazanym przez pracodawcę. Zatem, w przypadku ustalenia, że w łączącym strony stosunku prawnym występowały elementy obce stosunkowi pracy (np. brak podporządkowania), nie jest możliwa jego kwalifikacja do stosunku pracy. Wykonywanie czynności z zakresu serwisu i przeglądów technicznych aparatury medycznej nie odpowiada definicji stosunku pracy ponieważ:

- serwisantów cechuje wysoki stopień samodzielności i niezależności (brak podporządkowania - podstawowego elementu stosunku pracy);
- od osób wykonujących te usługi oczekuje się osiągnięcia określonego rezultatu, a nie wyłącznie starannego działania przy wykonywaniu powierzonych czynności;
- czas wykonywania czynności wynika z okoliczności umowy z Zamawiającym oraz dyspozycyjności serwisanta (czas nie jest określany przez wykonawcę - brak podstawowej cechy stosunku pracy).

Z powyższego wynika, że wykonanie usług określonych w prowadzonym postępowaniu, będzie zawierało elementy obce stosunkowi pracy w rozumieniu art. 22 § 1 k.p.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

#### **Zapytanie nr 8.**

##### **Dot. Umowa § 4**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 9.****Dotyczy pakietu 54**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu numer 54 pozycji nr 3 MYJNIA STEELCO BP100 HSE oraz pozycji nr 5 MYJNIA DS500SC STEELCO lub czy zamawiający zgodzi się na przeniesienie z pakietu numer 54 pozycji nr 3 MYJNIA STEELCO BP100 HSE oraz pozycji nr 5 MYJNIA DS500SC do pakietu numer 63 (wszystkie powyższe urządzenia wyprodukowane zostały przez tego samego producenta)

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 10.****Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY § 1 pkt. 7**

Proszę o doprecyzowanie zamawiającego czy przez „części zamienne” zamawiający rozumie części używane podczas naprawy urządzenia, czy również materiały zużywalne używane podczas przeglądów (np. filtry, wężyki detergentów, uszczelki itp.)

**Wyjaśnienie: Zamawiający przez „części zamienne” rozumie części używane podczas naprawy urządzenia.**

**Zapytanie nr 11.****Dotyczy pakietu 54,63**

Czy zamawiający wymaga wymiany części zużywalnych podczas przeglądu urządzeń? Jeżeli tak to czy koszt materiałów zużywalnych ma być wliczony w koszt przeglądu czy wykonawca ma przygotować dodatkową wycenę przed podjęciem przeglądu.

**Wyjaśnienie: Nie**

**Zapytanie nr 12.****Dotyczy pakietu 54,63**

Czy zamawiający wymaga aby wykonawca miał dostęp do oryginalnych części zamiennych?

**Wyjaśnienie: Tak**

**Zapytanie nr 13.****Pytanie do pakietu 21,71**

Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach przeglądu mają być wymienione czujniki tlenu i akumulatory, czy będą ewentualnie wymieniane na podstawie odrębnych zleceń.

**Wyjaśnienie: Na podstawie odrębnych zleceń**

**Zapytanie nr 14.****Pytanie dot. SWZ, część V, pkt 4, pakiet 3 oraz Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz cenowy, pakiet 3**

Prosimy o potwierdzenie, że dla pakietu 3 Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia okresowych przeglądów i konserwacji z użyciem dedykowanego oprogramowania serwisowego, niezbędnego do przeprowadzenia pełnej procedury przeglądowej.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 15.****Pytanie dot. SWZ, część V, pkt 4, pakiet 3 oraz Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz cenowy, pakiet 3 oraz Załącznika nr 10 Wzór umowy, § 1, ust. 5**

Czy dla pakietu 3 Zamawiający dostarczy kody serwisowe niezbędne do wykonania pełnej procedury przeglądowej? Czy zapewnienie legalnych kodów serwisowych leży po stronie Wykonawcy? Powyższa informacja jest niezbędna do przeprowadzenia prawidłowej kalkulacji.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 16.**

**Pytanie dot. SWZ, część V, pkt 7, część XXI, pkt 4 lit. b, pakiet 3 oraz Załącznika nr 10 Wzór umowy, § 1, ust. 8, pakiet 3**

Mając na uwadze, zapis w par. 5 ust. 1 Umowy iż urządzenia służą do ratowania życia i zdrowia ludzkiego zwracamy uprzejmie uwagę, że na polskim rynku pojawiły się firmy posługujące się certyfikatami wystawionymi przez organizacje nie związane z branżą medyczną i nie posiadające umocowań producenta do prowadzenia takich szkoleń.

Ponadto nie można rzetelnie ocenić kompetencji jeżeli szkolenie nie obejmowało zakresu wskazanego przez producenta jako obowiązkowego, czyli zgodnego z minimum programowym.

Mając na uwadze przede wszystkim życie i zdrowie pacjentów oraz personelu medycznego oraz zgodnie z zaleceniami producenta uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że dla pakietu 3 Wykonawca musi posiadać certyfikaty ze szkoleń serwisowych prowadzonych przez producenta lub ośrodek szkoleniowy autoryzowany przez producenta.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 17.**

**Pytanie dot. SWZ, część XII, pkt II, ppkt 4, część XXI, pkt 4 lit. c oraz część XXII, pakiet 3**

Prosimy o odstąpienie od dopuszczenia równoważnego dokumentu do certyfikatu/autoryzacji producenta. Zwracamy uprzejmie uwagę, że ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów. Zatem nie jest to dokument równoważny ani zbliżony do autoryzacji producenta a tym samym nie potwierdza wymagań jakie producent stawia swoim autoryzowanym przedstawicielom.

Mając na uwadze powyższe prosimy o nadanie następującego brzmienia ustępowi:

*Dokument/ certyfikat autoryzowanego serwisu wytwórcy lub certyfikat lub dokument/certyfikat upoważnionego przedstawiciela producenta.*

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 18.**

**Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz cenowy, pakiet 3**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach pakietu 3 Wykonawca powinien uwzględnić stację roboczą Syngo XWP, w tym wykonać kalibrację opcji 3D, która została dostarczona razem z angiografem i razem z nim współpracuje.

**Wyjaśnienie: Tak**

**Zapytanie nr 19.**

**Pytanie dot. Załącznika nr 10 Wzór umowy, § 1, ust. 7, pakiet 3**

Prosimy o wyjaśnienie jak rozliczane będą usługi diagnostyki. Zwracamy uprzejmie uwagę, że przez przystąpieniem do naprawy Wykonawca musi wykonać diagnostykę awarii. Czy intencją Zamawiającego byłoby: Konieczność przeprowadzenia diagnostyki i napraw lub wymiany części zamiennych na nowe Wykonawca uzgadniał z Zamawiającym, z podaniem przewidzianych kosztów w formie kalkulacji cenowej/kosztorysu?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ – kosztorys naprawy**

**Zapytanie nr 20.**

**Pytanie dot. Załącznika nr 10 Wzór umowy, § 1, ust. 11, pakiet 3**

Czy podstawą rozliczenia tej usługi będzie stawka za roboczo godzinę podana w formularzu cenowym?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 21.**

**Pytanie dot. Załącznika nr 10 Wzór umowy, § 1, ust. 11, pakiet 3**

Czy dla skrócenia czasu reakcji do minimum Zamawiający będzie wymagał dla pakietu 3 wykorzystania systemu zdalnej diagnostyki spełniającej międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001/2013?

Zwracamy uprzejmie uwagę, że zdalna diagnostyka pozwala na znaczne skrócenie czasu ewentualnej niesprawności aparatu.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 22.**

**Pytanie dot. Załącznika nr 10 Wzór umowy, § 1, ust. 12, tiret drugi, pakiet 3**

Prosimy o dopisanie:

„dla czynności naprawy jeden dzień roboczy *od rozpoczęcia działań naprawczych.*”

Zwracamy uprzejmie uwagę, że w par. 1 ust 11. Wykonawca ma 24 godziny na przystąpienie do działań naprawczych.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 23.**

**Pytanie dot. Załącznika nr 10 Wzór umowy, § 1, ust. 12, tiret drugi, pakiet 3**

Prosimy o doprecyzowanie że czas naprawy wymagającej zastosowania części zamiennych będzie liczony od potwierdzenia oferty na zakup części.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 24.**

**Pytanie dot. Załącznika nr 10 Wzór umowy, § 1, ust. 15, pakiet 3**

Prosimy o wykreślenie dla pakietu 3 zapisu: „W przypadku braku możliwości zamontowania oryginalnych części wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on zobowiązany do poinformowania o zaistniałym fakcie Zamawiającego”. Zwracamy uprzejmie uwagę, że dla aparatu Artis Zee Ceiling są dostępne części nowe, oryginały części zamienne od producenta, przez cały okres trwania umowy.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 25.**

**Pytanie dot. Załącznika nr 10 Wzór umowy, § 3, ust. 4, pakiet 3**

Zwracamy uwagę, że angiograf Artis Zee Ceiling w pakiecie 3 jest wyrobem medycznym, który uzyskał Certyfikat CE w danej konfiguracji i jego konserwacja i naprawy wymagają zastosowania oryginalnych części dopuszczonych przez producenta aparatu, w związku z powyższym prosimy o zastąpienie zapisu „zastosowania korzystniejszych rozwiązań” zapisem „zastosowania rozwiązań które nie mogą prowadzić do utraty certyfikatu CE i mają być zgodne z zaleceniami producenta”.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 26.**

**Pytanie dot. Załącznika nr 10 Wzór umowy, § 4, ust. 1, pakiet 3**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawność techniczną obsługiwanego urządzenia w pakiecie 3 w zakresie określonym umową.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 27.**

**Pytanie dot. Załącznika nr 10 Wzór umowy, § 5, ust. 4, pakiet 3**

W trosce o środowisko naturalne i możliwość ograniczenia zużycia papieru, prosimy o dopuszczenie korzystania przez Zamawiającego z dedykowanego portalu, gdzie gromadzona jest cała dokumentacja dotycząca urządzeń i prowadzonych czynności serwisowych?

Zamawiający w każdym momencie 24 godziny/dobę ma możliwość wglądu/pobrania raportu serwisowego oraz certyfikatu.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 28.**

**Pytanie dot. Załącznika nr 10 Wzór umowy, § 5, ust. 6, pakiet 3**

Prosimy o dopisanie na końcu ustępu: „oraz pracy”.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 29.**

**Pytanie dot. Pakietu 17, 40, 78**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie niżej wymienionych urządzeń, produkcji firmy Trumpf Medical, do osobnego zadania. Jako autoryzowany serwis niżej wymienionych urządzeń jesteśmy w stanie zagwarantować najlepszą możliwą opiekę serwisową, wykonywaną w oparciu o nowe, oryginalne części producenta, przez certyfikowanych inżynierów serwisu posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze i naprawie tych urządzeń na terenie całego kraju. Jako jedyny podmiot w Polsce spełniamy zalecenia producenta niżej wymienionego sprzętu co do obsługi serwisowej, tym samym jedynie sprzęt obsługiwany serwisowo przez nas jest maksymalnie bezpieczny dla pacjenta i użytkownika. W związku z powyższym prosimy o wydzielenie niżej wymienionych urządzeń, by uniemożliwić naszej firmie w postępowaniu przetargowym na obsługę serwisową tych urządzeń. Dotyczy:

Pakiet nr 17 – poz. 20 Lampa Operacyjna Trulight 5500/5300 – szt. 1 (Blok Chirurgiczny)

Pakiet nr 17 – poz. 21 Lampa Operacyjna Trulight 5500 – szt. 2 (SOR)

Pakiet nr 17 – poz. 23 Lampa Operacyjna Trulight 5500 – szt. 1 (Blok Uraz.-Ortop.)

Pakiet nr 17 – poz. 24 Lampa Operacyjna Trulight 5500 – szt. 1 (Blok ginekologiczny)

Pakiet nr 40 – poz. 3 Kolumna Truport – szt. 2 (Blok Chirurgiczny)

Pakiet nr 78 – poz. 1 Stół operacyjny Saturn Select 3.02 – szt. 1 (Blok Chirurgiczny)

Pakiet nr 78 – poz. 8 Stół operacyjny Mars 2 – szt. 1 (Blok Uraz.-Ortop.)

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 30.**

**Dotyczy Pakietu nr 54 MYJNIE:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie myjek STEELCO poz. 3 i 4 oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 31.**

**Pakiet nr 27**

Prosimy o wydzielenie pozycji nr 2 z pakietu 27 umożliwi to złożenie oferty autoryzowanemu serwisowi.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 32.**

**Pakiet nr 27**

Prosimy o podanie numerów seryjnych urządzenia z poz. 2 pakietu 27.

**Wyjaśnienie: A01104, 2D102A004**

**Zapytanie nr 33.**

**Pakiet nr 39**

Prosimy o podanie numerów seryjnych urządzeń z pakietu 39.

**Wyjaśnienie: 1C653K284, 3C642K025, 3C642K027, 3C653A300**

**Zapytanie nr 34.**

**Pakiet nr 55**

Prosimy o wydzielenie pozycji nr 2 z pakietu 55 umożliwi to złożenie oferty autoryzowanemu serwisowi.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 35.**

**Pakiet nr 55**

Prosimy o podanie numerów seryjnych urządzenia z poz. 2 pakietu 55.

**Wyjaśnienie: BG-EW10-2-ADONR**

**Zapytanie nr 36.**

**Dotyczy zapisów umowy:**

**§ 1 pkt.11**

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji 5 dni roboczych wyłączając dni ustawowo wolne od pracy? Biorąc pod uwagę specyfikę urządzeń w pakietach powyżej czas reakcji ustalony przez Zamawiającego jest niewykonalny.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 37.**

**§ 1 pkt.12**

Czy Zamawiający zmieni zapis umowy na następujący?

„- dla czynności przeglądowo–konserwacyjnych 5 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

- dla czynności naprawy 5 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zaś w przypadku naprawy wymagającej zastosowania części zamiennych 14 dni roboczych,

- w przypadku łącznego wykonania naprawy razem z przeglądem zastosowanie mają terminy przewidziane jak dla naprawy”?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 38.**

**§ 1 pkt.17**

Czy Zamawiający zmieni zapis umowy na następujący: „W przypadku gdy czas przeglądu lub naprawy będzie przekraczał okres 10 dni Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas wykonywania przeglądu lub naprawy sprzętu zastępczego (dotyczy urządzeń określonych w SWZ) tożsamego z posiadany przez Zamawiającego. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 15% kwoty brutto od wartości umowy”?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 39.**

**§ 3 pkt.4**

Czy Zamawiający zmieni zapis umowy na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zlecenia naprawy sprzętu medycznego przez Wykonawcę w przypadku braku akceptacji przedstawionej kalkulacji cenowej (kosztorysu) przez Wykonawcę. W takim przypadku dla realizacji przedmiotowej usługi np. napraw wykraczających poza drobne naprawy uwzględnione w konserwacji sprzętu – skutkuje to rozwiązaniem umowy wraz z zastosowaniem kar umownych w wysokości 15 % na rzecz Wykonawcy.”?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 40.****§ 4 pkt.2 ppkt. 1) , 2), 3), 4), 5), 6)**

Czy Zamawiający zmieni zapis umowy na następujący: „1) z tytułu nie podjęcia reakcji w terminie określonym niniejszą umową w wysokości 0,5% brutto od wartości umowy za każde naruszenie, 2) z tytułu zwłoki w wykonaniu przeglądu, konserwacji lub naprawy w wysokości 1,5% brutto od wartości umowy za każdy dzień zwłoki,

3) z tytułu nienależytego wykonania przeglądu, konserwacji lub naprawy w wyniku, którego zwrócony sprzęt będzie niesprawny w wysokości 2% zł brutto od wartości umowy za każde naruszenie,

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1,

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.

6) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w § 10 ust. 1 umowy w wysokości 1% brutto od wartości umowy za każdy taki przypadek.”?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 41.****§ 4 pkt.3**

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu? Nie ma podstawy prawnej do zastosowania takiego zapisu.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 42.****§ 4 pkt.5**

Czy Zamawiający zmieni zapis umowy na następujący: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15% łącznej wartości umowy z czynności przeglądowo–konserwacyjne.”?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 43.****§ 5 pkt.1**

Czy Zamawiający dopuści termin płatności 30 dni?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 44.****§ 8 pkt.3**

Czy Zamawiający zmieni zapis umowy na następujący: „W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia wyżej wymienionych procentowych kar oraz należności z tytułu wykonania części umowy.”?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 45.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 47 pozycji z łózkami Hill Rom i utworzy z nich oddzielny pakiet? Jako autoryzowany serwis łóżek i materacy Hill Rom dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**



**Zapytanie nr 46.**

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni, aby umożliwić nam złożenie korzystnej oferty.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 47.**

Zwracamy się z prośbą o dodanie do paragrafów umowy następującego zapisu: „W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności przez Zamawiającego, przekraczających 30 dni kalendarzowych, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług serwisowych w zakresie tej umowy, aż do momentu całkowitego uregulowania przez Zamawiającego zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy.”

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 48.**

Prosimy o podanie jakie są wymagane terminy przeglądów łóżek Hill Rom z pakietu nr 47. Informacja ta niezbędna jest do właściwego obliczenia kosztu dojazdu, niezbędnego do przygotowania kalkulacji realizacji zadania.

**Wyjaśnienie: Wrzesień, Październik, Listopad**

**Zapytanie nr 49.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy łóżek Hill Rom z pakietu nr 47 w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta do 4-6 tygodni? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producenta Hill Rom wynosi 4-6 tygodni od momentu złożenia zamówienia, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 50.**

Prosimy o doprecyzowanie czy w zakresie pakietu nr 73 Zamawiający wymaga, aby usługi będące przedmiotem zamówienia wykonywane były przez autoryzowany serwis producenta, co Wykonawca potwierdzi stosownym oświadczeniem producenta posiadanych przez Zamawiającego urządzeń?

Uzasadnienie: Autoryzacja serwisowa gwarantuje wykonanie przeglądu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zaleceniami producenta urządzeń, a także z wykorzystaniem oryginalnych części gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu zgodnie z wymogami producenta urządzeń.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 51.**

Prosimy o potwierdzenie, że w skład sprzętu opisanego w pakiecie nr 73 opisanym jako Sprzęt do badań serologicznych wchodzi zgodnie z wykazem:

1. Pozycja 1 formularza cenowego: wirówka ID-Centrifuge 6S (sn: 1001553) – 1 szt.
2. Pozycja 2 formularza cenowego: Inkubator ID-Incubator 37SII (sn:1000556) – 1 szt.
3. Pozycja 3 formularza cenowego: Pipeta ID-Pipetor FP-6 (sn: A13X11181) – 1 szt.
4. Pozycja 4 formularza cenowego: Pipeta ID-Pipetor FP-6 (sn: E15712321) – 1 szt.?

**Wyjaśnienie: Tak, wchodzi.**

**Zapytanie nr 52.**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie pakietu nr 73 Zamawiający dopuszcza dostarczenie sprzętu zastępczego tej samej jakości i klasy, w przypadku gdy czas naprawy, przeglądu lub konserwacji

będzie przekraczał 7 dni, podobnie jak dla innych pakietów w rodz. V, pkt 8 SWZ?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 53.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK20e (z pakietu nr 21-DEFIBRYLATORY, pozycje 11-13 wg załącznika nr 1 do SIWZ) oraz urządzenie LUCAS2 (z pakietu nr 41 KOMORY CIEPŁA, KOMORA LAMINARNA, KOMPRESORY, pozycja 4 wg załącznika nr 1 do SIWZ) ? Pozwoli to na złożenie oferty przez autoryzowany serwis urządzeń produkcji Stryker.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 54.**

Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK oraz urządzeń LUCAS zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 55.**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych urządzeń LIFEPAK oraz LUCAS w jednym terminie? Jeżeli nie to jakich terminach (miesiąc) przewidziane są przeglądy? Informacja ta pozwoli oszacować ilość dojazdów, które mają istotny wpływ na cenę usług.

**Wyjaśnienie: Wrzesień**

**Zapytanie nr 56.**

Czy Zamawiający wymaga użycia dedykowanego przez Producenta smaru, który jest niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia przeglądu technicznego urządzenia LUCAS2? Nie nasmarowanie śruby poruszającej tłokiem może doprowadzić do zatarcia silnika.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 57.**

Czy Zamawiający wymaga używania dedykowanego oprogramowania dla urządzenia LUCAS2 służącego do przeprowadzenia prawidłowo procesu kalibracji położenia tłoka? Pozwala to na odczyt danych z urządzenia, takich jak liczba użyć akumulatora.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 58.**

Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych oraz zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania w defibrylatorach LIFEPAK20e oraz urządzeniu LUCAS2?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 59.**

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 14 pozycji 2 i 4 – RTG z ramieniem C Ziehm i utworzenie odrębnego zadania celem złożenia rzetelnej oferty oraz zwiększenia konkurencyjności.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 60.****Dotyczy SWZ pkt. V ppkt 5 i 7 Opis Przedmiotu Zamówienia****Dotyczy wzoru umowy w § 1 pkt 8 i 9**

Skoro Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia osobami przeszkolonymi, posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z wymogami producenta sprzętu medycznego oraz obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami w tym bhp, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy aby osoby wykonujące przeglądy były przeszkolone przez producenta oraz dysponowały aktualnym certyfikatem wystawionym przez producenta lub uprawniony podmiot posiadający autoryzację od producenta aparatu. W innym przypadku osoba wykonująca przegląd nie może poświadczyć, że przegląd został wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.

Jednocześnie wskazujemy, iż kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia publicznego jest kwestią kluczową, dlatego też wnosimy o rozważenie zmodyfikowania warunków udziału w postępowaniu poprzez nałożenie na Wykonawców obowiązku posiadania certyfikatów odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 61.****Dotyczy SWZ pkt. XXI ppkt 4 lit. c) Warunki Udziału w Postępowaniu**

*Zamawiający wymaga od wykonawcy wykazania się dokumentem /certyfikatem autoryzowanego serwisu wytwórcy lub certyfikatem, lub innym równoważnym dokumentem niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością w zakresie serwisu wyrobów medycznych zgodnie z normą ISO 13485 lub równoważną - Dotyczy Pakietu nr 3, 14, 72, 80.*

Wyjaśniamy, iż system zarządzania jakością podaje tylko ogólne wytyczne w zakresie serwisu sprzętu i aparatury medycznej i nie gwarantuje, że dana firma spełnia wszystkie aktualne wymogi producenta aparatu, które są znane tylko jemu oraz podmiotowi przez niego wskazanemu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie nr 14 będzie wymagał wyłącznie autoryzacji producenta aparatury medycznej do wykonywania przeglądów.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 62.****Dotyczy wzoru umowy w § 1 pkt 11**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia w formie telefonicznej, faksu lub pocztą elektroniczną do 48 godziny (dni robocze), przy czym przez podjęcie reakcji strony rozumiemy przystąpienie do czynności przeglądowo-konserwacyjnych lub naprawczych.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 63.****Dotyczy wzoru umowy w § 1 pkt 12**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy do 7 dni roboczych (dla naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych) oraz do 3 dni roboczych (bez wymiany części). Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy od typu sprzętu i rodzaju uszkodzenia.

Gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennej od producenta, czas naprawy przedłuża się o czas sprowadzenia danej części z zagranicy (transport), co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni robocze.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 64.****Dotyczy wzoru umowy w § 4 pkt 2 ppkt 1**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary z tytułu nie podjęcia reakcji w terminie określonym niniejszą umową do wysokości 500,00 zł brutto za każde naruszenie. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 65.****Dotyczy wzoru umowy w § 4 pkt 2 ppkt 1**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary z tytułu zwłoki w wykonaniu przeglądu, konserwacji lub naprawy do wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 66.****Dotyczy wzoru umowy w § 4 pkt 4 i 5**

Mając na uwadze równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 20% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 67.****Dot. pakietu nr 1**

Dotyczy Formularza cenowego pakiet nr 1 - Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie z pakietu nr 1 pozycji 2 i 3 ze względu na brak możliwości przeprowadzenia przeglądu, konserwacji bądź napraw na te pozycje przez Wykonawcę?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 68.****Pytania do Umowy:**

§1 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przekazywane będą w formie telefonicznej, faksu lub pocztą elektroniczną przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej reakcji od przyjęcia zgłoszenia w celu podjęcia działań naprawczych. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia w formie telefonicznej, faksu lub pocztą elektroniczną wynosi 48 godzin (dni robocze), przy czym przez podjęcie reakcji strony rozumieją przystąpienie do czynności przeglądowo–konserwacyjnych lub naprawczych.”?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 69.**

§1 ust. 17 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 70.**

§4 ust. 2 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „z tytułu nie podjęcia reakcji w terminie określonym niniejszą umową w wysokości 400,00 zł brutto za każde naruszenie,”?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 71.**

§4 ust. 2 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary do 2.000 zł?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 72.**

§4 ust. 2 pkt 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary do 250 zł?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 73.****Dot. Pakiet 24**

wnoskujemy o wyłączenie z pakietu nr 24 urządzeń wyprodukowanych przez firmę ERBE (tj. poz. 4 i 5), tworząc dla nich oddzielny pakiet. Zmiana umożliwi złożenie oferty autoryzowanemu serwisowi.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 74.****Dot. SWZ pkt V.5 i 7 oraz Umowa par.1 ust. 8 i 9 – pakiet z wyłączonymi diatermiami Erbe**

Wnoskujemy o potwierdzenie, że wymagając od Wykonawców aby przedmiot zamówienia realizowany był osobami przeszkolonymi w zakresie przeglądów sprzętu medycznego, Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące usługi dla diatermii Erbe posiadały imienne certyfikaty ze szkoleń serwisowych (przeglądy / naprawy) dla diatermii Erbe jak w pakiecie (tj. diatermii serii VIO).

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 75.****Dot. SWZ pkt V.5 i 7 oraz Umowa par.1 ust. 8 i 9 – pakiet z wyłączonymi diatermiami Erbe**

Wnoskujemy o potwierdzenie, że wymagając od Wykonawców aby przedmiot zamówienia realizowany był osobami przeszkolonymi w zakresie przeglądów sprzętu medycznego, Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące usługi dla diatermii Erbe odbyły szkolenie serwisowe zorganizowane przez producenta diatermii Erbe tj. firmę Erbe Elektromedizin GmbH Niemcy lub inny podmiot upoważniony przez tego producenta.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 76.****Dot. SWZ pkt XXI.1.4.c – pakiet z wyłączonymi diatermiami Erbe**

Z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego Wnoskujemy o objęcie pakietu z wyłączonymi diatermiami Erbe wymogiem dla Wykonawcy wykazania się dokumentem (certyfikatem) autoryzowanego serwisu wytwórcy lub dokumentem (certyfikatem) wdrożonego systemu zarządzania jakością w z zakresie serwisu wyrobów medycznych ISO 13485. (analogicznie jak dla pakietów 3, 14, 72, 80)

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 77.****Dot. Par 1 pkt 6,7,8,9 umowy**

Czy Zamawiający oczekuje by w odniesieniu do pakietu 83 Wykonawca posiadał i załączył imienne ważne certyfikaty wystawione przez Producenta sprzętu lub autoryzowany przez niego podmiot?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 78.****Dot. Par 1 pkt 6,7,8,9 umowy**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu 3 dni roboczych na naprawę z użyciem części zamiennych – aparaty składające się na wieże laparoskopowe są sprzętem wysoko specjalistycznym i ich naprawa wymaga więcej czasu – w przypadku gdy Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 79.****Dor. Par 1 pkt 17 umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby kara umowna za niedostarczenie sprzętu zastępczego wynosiła 5% wartości odpowiednio naprawy lub przeglądu?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 80.****Dot. Par 4**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne: z tytułu nie podjęcia reakcji w terminie określonym niniejszą umową w wysokości 500,00 zł brutto za każde naruszenie, z tytułu zwłoki w wykonaniu przeglądu, konserwacji lub naprawy w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, z tytułu nienależytego wykonania przeglądu, konserwacji lub naprawy w wyniku, którego zwrócony sprzęt będzie niesprawny w wysokości 2 500,00 zł brutto za każde naruszenie z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1. za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w § 10 ust. 1 umowy w wysokości 300,00 zł brutto za każdy taki przypadek, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% łącznej wartości umowy z czynności przeglądowo–konserwacyjne.?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 81.****Dot. Pakiet nr 83:**

Czy Zamawiający mógłby podać z jakich dokładnie aparatów wraz z numerami seryjnymi składają się tory laparoskopowe w pakiecie 83?

**Wyjaśnienie: Monitor 26 Veh263C0455, konsola kamery 15B051664, głowica kamery 15E014724, obiektyw kamery, źródło światła, insuflator, pompa histero, pompa laparoskopowa. Olympus –nóż ultradźwiękowy SonoSorg, trzy optyki.**

**Zapytanie nr 82.****Dot. par 1 pkt 11**

Czy Zamawiający zgodzi się na maksymalny czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia w formie telefonicznej, faksu lub pocztą elektroniczną wynosi 48 godziny (dni robocze), przy czym przez podjęcie reakcji strony rozumieją przystąpienie do czynności przeglądowo–konserwacyjnych lub naprawczych.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

### Zapytanie nr 83.

#### Dotyczy pakietu nr 85 (Urządzenie do chirurgii tarczycy)

Czy Zamawiający ma na myśli urządzenie C2 Nerve Monitor służące do neuromonitoringu śródoperacyjnego podczas operacji tarczycy?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

### Zapytanie nr 84.

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy zawarty w SWZ wymóg dotyczący zatrudniania przez wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oznacza, że Zamawiający uznaje, iż wykonywanie ww. czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (dalej k.p.)

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie:

1) wnosimy o usunięcie lub zmianę zapisu SWZ dotyczącego wymogu zatrudniania przez wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami.

Zmodyfikowany zapis może mieć następujące brzmienie: *„Zamawiający informuje, że wykonawca może przy realizacji zamówienia posługiwać się zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych.”*

Wnioskujemy o wprowadzenie zmiany SWZ polegającej na dopuszczeniu możliwości posłużenia się przez wykonawcę zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych przy wykonywaniu czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami.

**UZASADNIENIE :** Z aktualnego brzmienia ww. zapisów SWZ wynika, że wykonawca przy wykonywaniu czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami musi posłużyć się wyłącznie osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umowy o pracę. W naszej ocenie jest to wymóg nieuprawniony w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ charakter obowiązków osób, które mają wykonywać te usługi znacząco odbiega od rodzaju stosunku prawnego, jaki łączy pracodawcę i pracownika na podstawie Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP zamawiający określa wymóg zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p. Oznacza to, że zamieszczenie w SWZ tego wymogu jest obowiązkowe pod warunkiem, że czynności będą miały w istocie pracowniczy charakter.

W art. 22 § 1 k.p. określono, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Elementami decydującymi o tym, czy dane czynności można zakwalifikować jako wykonywane w ramach umowy o pracę są (występujące łącznie): osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie przełożonemu nadzorującemu wykonywane pracy, wykonywanie pracy na stanowisku wskazanym przez pracodawcę i w czasie wskazanym przez pracodawcę. W przypadku ustalenia zatem, że w łączącym strony stosunku prawnym występowały elementy obce stosunkowi pracy (np. brak podporządkowania), nie jest możliwa jego kwalifikacja do stosunku pracy.

Wykonywanie czynności z zakresu serwisu i przeglądów technicznych aparatury medycznej nie odpowiada definicji stosunku pracy ponieważ:

- 1) serwisantów cechuje wysoki stopień samodzielności i niezależności (brak podporządkowania – podstawowego elementu stosunku pracy);
- 2) od osób wykonujących te usługi oczekuje się osiągnięcia określonego rezultatu, a nie wyłącznie starannego działania przy wykonywaniu powierzonych czynności;

3) czas wykonywania czynności wynika z okoliczności, umowy z Zamawiającym oraz dyspozycyjności serwisanta (czas nie jest określany przez wykonawcę - brak podstawowej cechy stosunku pracy).

Z powyższego wynika, że wykonanie usług przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami będzie zatem zawierało elementy obce stosunkowi pracy w rozumieniu art. 22 § 1 k.p.

W opinii Urzędu Zamówień Publicznych<sup>1</sup> dotyczącej art. 29 ust. 3a PZP wyrażono pogląd, że świadczenie usług informatycznych przez osoby o wysokim poziomie kompetencji, posiadających rzadkie specjalizacje (np.: przez programistów, integratorów systemów) nie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Wskazać należy, że czynności obejmujące przeprowadzanie przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej będą mieć zbliżony charakter do usług informatycznych, zatem stosując analogię, można uznać, że również nie polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 k.p.

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę postanowień ww. zapisów SWZ i ich usunięcie, jak również dopuszczenie możliwości posłużenia się przez wykonawcę zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych przy wykonywaniu czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

#### **Zapytanie nr 85.**

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakietach 24, 31, 71 wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

#### **Zapytanie nr 86.**

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakietach 24, 31, 71 wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

#### **Zapytanie nr 87.**

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakietach 24, 31, 71 wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

#### **Zapytanie nr 88.**

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett, urządzenia po każdorazowym przepracowaniu 10 tys. godzin podlegają poszerzonemu przeglądowi obejmującemu remont układu pneumatyki. Czy zamawiający wymaga aby w ramach przeglądu wykonać także poszerzone przeglądy i tym samym wliczyć koszty niezbędnych części do ceny pakietu? Jeżeli Zamawiający wymaga poszerzonego przeglądu, to zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń wymagających poszerzonej procedury.

**Wyjaśnienie: Nie, oddzielne zlecenie naprawy.**



**Zapytanie nr 89.**

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett co 12 miesięcy należy wymienić w nich czujnik tlenu, a akumulator co 24 m-ce (w Bennett 840) oraz co 36 m-cy (w Bennett 980). Czy Zamawiający wymaga aby ceny powyższych akcesoriów zostały uwzględnione w wycenie?

**Wyjaśnienie: Nie, oddzielne zlecenie naprawy.**

**Zapytanie nr 90.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na połączenie pozycji 1 z Pakietu 31 wraz z pozycją 6 z Pakietu 24, co umożliwi udział w postępowaniu autoryzowanemu serwisowi?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 91.**

Prosimy wyodrębnienie wszystkich respiratorów marki Puritan Bennett z pakietu 71, co umożliwi udział w postępowaniu autoryzowanemu serwisowi.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie nr 92.****§ 1 ust. 12 Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

12. Ustala się następujące terminy wykonania zlecenia:-- dla czynności naprawy ~~jeden~~ trzy dzień roboczy tj . od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ustawowo wolnych od pracy , zaś w przypadku naprawy wymagającej zastosowania części zamiennych ~~trzy~~ siedem dni robocze

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 93.****§ 1 ust. 17 Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

17. ....W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości ~~3 000,00~~ 1 500,00zł brutto za każde naruszenie obowiązku

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 94.****§ 4 ust. 2 ppkt. 1), 2), 3) Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający się na zmniejszenie kar umownych wg poniższego ?

1. Z tytułu nie podjęcia reakcji w terminie określonym niniejszą umową w wysokości ~~4 000,00~~ 500,00zł. brutto za każde naruszenie
2. Z tytułu zwłoki w wykonaniu przeglądu , konserwacji lub naprawy w wysokości ~~200,00~~ 100,00zł. brutto za każdy dzień zwłoki
3. Z tytułu nienależytego wykonania przeglądu , konserwacji lub naprawy w wyniku , którego zwrócony sprzęt będzie niesprawny w wysokości ~~5 000,00~~ 3 000,00zł. za każde naruszenie

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 95.****§ 4 ust. 5 Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych , których mogą dochodzić strony wynosi ~~30~~20% łącznej wartości umowy z czynności przeglądowo-konserwacyjnych

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 96.**

**§ 4 Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu o następującej treści ? Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość stosowania kary umownej.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 97.**

**§ 5 Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu wg poniższego? W przypadku zwłoki w płatności ponad 21 dni od terminu wskazanego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację zobowiązań umownych do momentu uregulowania zaległości bądź realizować usługę w formie : „ za pobraniem”

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy**

**Zapytanie nr 98.**

**Dotyczy pakietu nr 27 Formularz cenowy Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie urządzenia z pakietu nr 27 -pozycja 1 do odrębnego zadania ? Uzasadnienie: Chciałabym podkreślić, że jako jedyny autoryzowany przedstawiciel Pentax mamy wyłączność na dostęp do wszystkich aktualizacji instrukcji serwisowych, procedur oraz oryginalnych części zamiennych producenta oraz wyspecjalizowany zespół serwisantów przeszkolonych u producenta itp.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ**

Kierownik Zamawiającego  
Bożena Grotowicz