

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1- Fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych– 8szt.:

ad. 2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje fotela z leżem wypełnionym pianką wiskoelastyczną?

Odp. TAK

ad. 4 Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 550 do 740 mm? Nadmieniamy, że jest to parametr minimalnie różniący się od wymaganego.

Odp. TAK

ad. 8 Czy Zamawiający pod pojęciem elektryczna regulacja nachylenia segmentu siedziska za pomocą pilota przewodowego w zakresie: od 0 do 13° /25 o rozumie regulację nachylenia siedziska podczas zmiany pozycji Trendelenburga?

Odp. TAK

ad. 14 Czy Zamawiający dopuści długość całkowita leża (w pozycji leżącej): 2200 mm? Nadmieniamy, że jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp. NIE

ad. 17 Czy Zamawiający dopuści długość oparcia pleców (bez segmentu głowy): 680 mm? Nadmieniamy, że jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp. TAK

ad. 18 Czy Zamawiający dopuści szerokość oparcia pleców w zakresie: 570-660 mm?(kształt oparcia trapezowy). Nadmieniamy, że jest to parametr lepszy od wymaganego, proponujemy ergonomiczny kształt oparcia sekcji pleców, dopasowany do kształtu ciała pacjenta, co ma na celu zwiększenie komfortu użytkowania.

Odp. TAK

ad. 19 Czy Zamawiający dopuści długość segmentu nóg: 630 mm? Nadmieniamy, że jest to parametr minimalnie różniący się i lepszy od wymaganego.

Odp. TAK

ad. 26 Czy Zamawiający dopuści podłokietniki o długości 500 mm i szerokości 170 mm? Nadmieniamy, że podana długość i szerokość pozwala w pełni na wygodne podparcie ręki.

Odp. TAK

ad. 28 Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji położenia oparcia stóp: 0-200 mm? Nadmieniamy, że jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, regulacja w takim zakresie w pełni zapewnia wygodne podparcie nóg Pacjenta.

Odp. **TAK**

ad. 32 Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w koła jezdne o średnicy 100 mm, z centralną blokadą jazdy i obrotu? Nadmieniamy, że jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, wystarczający do swobodnego manewrowania fotelem.

Odp. **TAK**

ad. 33 Czy Zamawiający dopuści obciążenie fotela: do 260 kg? Nadmieniamy, że jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp. **TAK**