

Dotyczy: część 1 – fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych – 8 szt.

1. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego segmenty wypełnione pianką poliuretanową?
Odp. TAK
2. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji wysokości za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 560 do 880 mm?
Odp. TAK
4. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela składającego się z trzech części: segmentu nóg, siedziska, oparcia pleców z segmentem głowy?
Odp. TAK
5. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela bez regulacji pozycji anty-Trendelenburga?
Odp. NIE
6. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej leża (w pozycji leżącej) 2150 mm?
Odp. NIE
7. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siedziska o szerokości 590 mm?
Odp. TAK
8. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siedziska o długości 500 mm?
Odp. TAK
9. Czy (w pkt. 17 i 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości segmentu oparcia pleców wraz z segmentem głowy 900 mm?
Odp. TAK
10. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie segmentu nóg o długości 670 mm?
Odp. TAK
11. Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłokietników bez możliwości demontażu?
Odp. NIE
12. Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłokietników regulowanych w poziomie w zakresie mniejszym niż 0° - 180°?
Odp. TAK
13. Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłokietników o wymiarach: długości 600 mm, szerokości 170 mm?
Odp. TAK
14. Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zakresu regulacji położenia oparcia stóp 0 – 150 mm?
Odp. NIE

15. Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela, w którym segment pleców, siedziska oraz podłokietniki osłonięte od tyłu obudową z tworzywa ABS ułatwiające utrzymanie standardu higienicznego?

Odp. TAK

16. Czy (w pkt. 30 i 35) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela bez blatu do posiłków?

Odp. NIE

17. Czy (w pkt. 33) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dopuszczalnego obciążenia fotela 200 kg?

Odp. NIE

18. Czy (w pkt. 35) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego wyprofilowane wypiętrzenie lędźwiowe, bez konieczności stosowania dodatkowej poduszki?

Odp. TAK

19. Czy (w pkt. 35) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela wyposażonego w wieszak kroplówek z możliwością zamocowania go w dwóch narożnikach podstawy, posiadającego 2 haki na kroplówki?

Odp. NIE



(Zdjęcie poglądowe oferowanego fotela)