

### Pytania i odpowiedzi cz. 3

1 Prosimy o dopuszczenie w części nr 1 pod. 7. Elektryczna regulacja segmentu nóg za pomocą pilota przewodowego w zakresie: od 0 do 30°

Odp. **TAK**

2 . Prosimy o dopuszczenie w części nr 1 pod. 14. Długość całkowita leża (w pozycji leżącej): max 2100mm

Odp. **NIE**

3. Prosimy o dopuszczenie w części nr 1 pod. 19. Długość segmentu nóg: 660mm

Odp. **TAK**

4. Prosimy o dopuszczenie w części nr 1 pod. 28. Zakres regulacji położenia oparcia stóp: 0-200mm

Odp. **TAK**

5. Prosimy o dopuszczenie w części nr 1 pod. 29 . Segmenty nóg, pleców, oparcie stóp bez osłony z tworzywa ABS gdyż takie rozwiązanie utrudnia zachowanie standardu higienicznego, powoduje zbieranie się wilgoci oraz powoduje szybszą korozję.

Odp. **NIE**

6. Prosimy o dopuszczenie w części nr 1 pod. 31. Fotel oparty na siłownikach bez osłon z tworzywa ABS co ułatwia utrzymanie standardu higienicznego gdyż wszystkie elementy są odsłonięte. (Stosowanie plastikowych nakładek na podstawę powoduje zbieranie się wilgoci podczas czyszczenia fotela oraz pary z czyszczonej podłogi co w dalszym etapie powoduje szybszą korozję elementów metalowych.)

Odp. **NIE**