



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław, dnia 28.05.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: **PN 39/24 Dostawa materiałów szewnych.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zadanie 22

Poz. 2

Prosimy o określenie rozmiaru ładunku: 30, 45 czy 60 mm?

Odpowiedź nr 1

Nie mniejszy niż 60 mm.

Pytanie nr 2:

Zadanie 23

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zamykająco-tnący z prostą główką, długość linii cięcia 40mm. Stapler ładowalny – umożliwi 8-krotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu. Zawiera: ładunek do tkanki grubej /o wysokości zamkniętej zszywki 2mm/?

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera opisanego w pytaniu do pozycji 1?

Odpowiedź nr 2

Nie, Zamawiający nie dopuszcza – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Sporządziła: Agnieszka Bolewska

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl

