

**DOSTAWA WÓZKÓW DO PRZEWOŻENIA CHORYCH , TABORETÓW MEDYCZNYCH,
SZAF STALOWYCH**

Pytania i odpowiedzi dla części 1 – wózki do przewożenia chorych

Pytanie:

1. Ad. 5 - Czy Zamawiający dopuści 810 mm całkowitej szerokości wózka wraz z barierkami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

2. Ad. 6 - Czy Zamawiający dopuści 2040 mm całkowitej długości wózka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

3. Ad. 8 - Czy Zamawiający dopuści hydrauliczną regulację wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 590-900 mm z dokładnością do 10mm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

4. Ad. 10 - Czy Zamawiający dopuści materac o długość 1890 mm przy zachowaniu wymaganego parametru szerokości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

5. Ad. 17 - Czy Zamawiający dopuści regulację przechyłów wzdłużnych regulowaną hydraulicznie w zakresie przy użyciu pedałów nożnych umieszczonych z obu dłuższych stron wózka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

6. Ad. 20 - Czy Zamawiający dopuści barierki boczne składające się z poziomych elementów metalowych zintegrowanych z pionowymi elementami z tworzywa o wysokiej wytrzymałości, składane na ramę wózka przez co nie poszerzają jego gabarytów (wyróżnione kolorystycznie elementy aktywujące) z gładką, wyprofilowaną szczytową powierzchnią metalową, ułatwiającą prowadzenie wózka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

7. Ad. 21 - Czy Zamawiający przyjmie zabezpieczenie pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości leża jako możliwą do zaoferowania wartość minimum?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

8. Ad. 22 - Czy Zamawiający dopuści szczyty wózka wyposażone zarówno od strony głowy jak i nóg w uchwyty do prowadzenia wózka wyprofilowane w sposób gwarantujący pewny i bezpieczny chwyt przez prowadzącego wózek.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

9. Ad. 24 - Czy Zamawiający dopuści szynę do mocowania wyposażenia dodatkowego o długości min. 380 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

10. Ad. 25 - Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający opcję dodania wyposażenia dodatkowego jak np. półka na monitor w miejsce dodatkowych listw od strony szczytów wózka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

11. Ad. 34 - Czy Zamawiający dopuści wózek nie wymagający kolejnych krążków odbojowych aby odpowiednio zabezpieczyć urządzenie przed skutkami ewentualnego ryzyka kontaktu z elementami wyposażenia szpitala?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

12. Ad. 37 - Czy Zamawiający dopuści Wyposażenie wózka jak niżej?

- barierki boczne
- prowadnica na kasetę RTG
- stojak na kroplówki zintegrowany z konstrukcją wózka, regulowany, z wieszakiem na kroplówki (2 haczyki)
- materac w pokrowcu
- uchwyt na rolkę prześcieradła papierowego

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych, który posiada regulację wysokości leża za pomocą nożnej pompy hydraulicznej umieszczonej od strony nóg pacjenta w zakresie 560 – 890 mm, zakres wielkości regulacji wynosi 33 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych, który posiada regulację wysokości leża za pomocą nożnego pedału umieszczonego od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych, który posiada wymiary materaca 725x1925 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych, który posiada dźwignie regulacji przechyłów wzdłużnych dostępne tylko od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych, który posiada barierki boczne o wysokości 275 mm nad powierzchnią materaca, barierki boczne składające się z czterech poziomych belek oraz dwóch pionowych połączonych tworzywowymi nakładkami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych, który nie jest wyposażony po obu stronach pod leżem (na kierunku wzdłużnym pod barierkami) w szynę do mocowania wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych, który posiada szczyty nie wyposażone w szyny ze stali nierdzewnej przystosowane do zamontowania dodatkowej aparatury?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych, który posiada materac leża i oparcia pleców o grubości 6 cm z możliwością zdejmowania, obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi, nadającego się do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych, który posiada 4 pojedyncze nieantystatyczne koła jezdne o średnicy 200 mm blokowane centralnie, w tym jedno z blokadą kierunkową?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych, który nie jest wyposażony w dwa dodatkowe krążki odbojowe w umieszczone na jego dłuższych bokach (po jednym na każdą stronę) oraz nie wyposażony w listwy odbojowe umieszczone na całej długości boku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych, który posiada wybór koloru pokrowca materaca w tym kolor pomarańczowy, czarny, szary, natomiast rama leża w kolorze RAL 9002 tzw. „złamana biel” bez możliwości wyboru koloru ramy wózka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych, który posiada nie teleskopowy chromowany wieszak infuzyjny z regulacją wysokości, wyjmowany, posiadający 4 haczyki chromowane, maksymalne obciążenie 2 kg na jeden haczyk?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych, który nie posiada tacy na posiłki z możliwością montażu na barierkach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

Pytanie nr 1 Pkt.7 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka do przewożenia chorych z leżem 2 segmentowym, wypełnionym płytą HPL, przezierną dla promieni RTG.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

Pytanie nr 2 Pkt.8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka do przewożenia chorych z leżem o minimalnej wysokości od posadzki 560 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

Pytanie nr 3 Pkt.10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka do przewożenia chorych z materacem o wymiarach 650x1980 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

Pytanie nr 4 Pkt.16 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka do przewożenia chorych z nieruchomym segmentem części udowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

Pytanie nr 5 Pkt.17 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka do przewożenia chorych z dźwigniami regulacji przechyłów wzdłużnych usytuowanymi po obu stronach wózka.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

Pytanie nr 6 Pkt.20 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka do przewożenia chorych z barierkami składającymi się z 6 pionowych poprzeczek. Barierki zabezpieczające pacjenta na wysokość 39 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

Pytanie nr 7 Pkt.22 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka do przewożenia chorych z uchwytami do prowadzenia w postaci ergonomicznych, wygiętych pałaków.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

Pytanie nr 8 Pkt.24 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka do przewożenia chorych wyposażonego po obu stronach w metalowe uchwyty na dodatkowe wyposażenie o innej długości od podanej, nie mającej wpływu na funkcjonalność.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

Pytanie nr 9 Pkt.25 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka do przewożenia chorych bez dodatkowych szyn na szczytach wózka. Szczyty w proponowanym modelu z możliwością powieszenia na nich dodatkowej aparatury medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

Pytanie nr 10 Pkt.34 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka do przewożenia chorych z krążkami odbojowymi w każdym z czterech naroży wózka, stanowiącymi wystarczającą ochronę przed uszkodzeniem wózka i ścian, bez konieczności zastosowania dodatkowych odbojów, czy listew odbojowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.

Pytanie:

Pytanie nr 11 Pkt.37 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka do przewożenia chorych bez wyposażenia w tacę na posiłki z możliwością montażu na barierkach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania.