



Gliwice 2021-05-21

Wyjaśnienia treści SWZ do postępowania na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użycia (nr sprawy: 68-PN-21)

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 32 poz. 3 - Cewnik dotętniczny w rozmiarze 18 GA x 15 cm
 - **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
2. W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacji załącznika w zakresie pakietu nr 31, prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający dopuści możliwość dostarczania elektrod po min. 50szt. gdyż elektrody są pakowane w opakowania zbiorcze które aby zachować jałowość oraz długą datę przydatności nie mogą być rozpakowywane i sprzedawane na sztuki.
 - **Zamawiający dopuszcza powyższe.**
3. **Dotyczy: 68-PN-21, Pakiet 4, Pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?

 - **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**
4. **Dotyczy: 68-PN-21, Pakiet 4, Pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści prowadnicę 0,35x75cm wykonaną ze stali nierdzewnej – pozostałe parametry zgodne z SWZ?
 - **Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?
 - **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**
6. **Dotyczy: 68-PN-21, Pakiet 4, Pozycja 3-4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3-4 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?
 - **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**
7. **Dotyczy: 68-PN-21, Pakiet 4, Pozycja 5** Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 4Fr o długości 8cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
 - **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?

9. **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

10. Dotyczy: 68-PN-21, Pakiet 4, Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatricznych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 3-5Fr o długościach 8 i 13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu 'J' oraz rozszerzacz naczyńskiowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

• **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?

• **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

12. Dotyczy: 68-PN-21, Pakiet 4, Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści cewnik do przezskórnej nefrotomii o przekroju 8-14Fr i długości 30cm, wykonany z poliuretanu przez co zapewnia wygodę pacjenta. Boczne otwory zapewniają maksymalny odpływ. Zestaw dostarczany jest z elementami niezbędnymi, dostosowanymi do siebie i ułatwiającymi bezpieczne stosowanie produktu. W skład zestawu wchodzi między innymi: cewnik typu Pigtail, przewodnik typu Lunderquista o długości 100cm z rdzeniem nitinolowym z PTFE z zakończeniem typu 'J', który zapewnia elastyczność i zabezpiecza przed pęknięciem, dren łączący, trokar do nakłuwania (kaniula), igła punkcyjna 18G o długości 25cm oraz igła Chiba 22G o długości 20cm, rozszerzacz powięzi w rozmiarach 6Fr- 10Fr o długości 20cm każdy, skalpel #11 oraz skrzydełka mocujące cewnik.

• **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?

• **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

14. Dotyczy: 68-PN-21, Pakiet 7 , Pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu nr 7 i stworzy osobny pakiet?

• **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

15. Dotyczy: 68-PN-21, Pakiet 7 , Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 6Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 1,5ml
- cewnik 8Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 10Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml

• **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 z Pakietu nr 7 i stworzy osobny pakiet?

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

17. **Dotyczy: 68-PN-21, Pakiet 7 , Pozycja 8** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z Pakietu nr 7 i stworzy osobny pakiet?

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

18. **Dotyczy: 68-PN-21, Pakiet 27 , Pozycja 38** Czy Zamawiający dopuści cewnik do przezskórnej nefrotomii o przekroju 12-18Fr i długości 30cm, wykonany z poliuretanu przez co zapewnia wygodę pacjenta. Boczne otwory zapewniają maksymalny odpływ. Zestaw dostarczany jest z elementami niezbędnymi, dostosowanymi do siebie i ułatwiającymi bezpieczne stosowanie produktu. W skład zestawu wchodzi między innymi: cewnik typu Pigtail, przewodnik o długości 100cm z rdzeniem nitinolowym z PTFE z zakończeniem typu 'J' , który zapewnia elastyczność i zabezpiecza przed pęknięciem, dren łączący, trokar do nakłuwania (kaniula), igła punkcyjna 18G o długości 25cm oraz igła Chiba 22G o długości 20cm, rozszerzacz powięzi w rozmiarach 6Fr- 10Fr o długości 20cm każdy, skalpel #11 oraz skrzydełka mocujące cewnik.

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 38 z Pakietu nr 27 i stworzy osobny pakiet?

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

20. **Dotyczy: 68-PN-21, Pakiet 27 , Pozycja 39** Czy Zamawiający dopuści cewnik do przezskórnej nefrotomii o przekroju 14-16Fr i długości 30cm, wykonany z poliuretanu przez co zapewnia wygodę pacjenta. Boczne otwory zapewniają maksymalny odpływ. Zestaw dostarczany jest z elementami niezbędnymi, dostosowanymi do siebie i ułatwiającymi bezpieczne stosowanie produktu. W skład zestawu wchodzi między innymi: cewnik typu Pigtail, przewodnik o długości 100cm z rdzeniem nitinolowym z PTFE z zakończeniem typu 'J' , który zapewnia elastyczność i zabezpiecza przed pęknięciem, dren łączący, trokar do nakłuwania (kaniula), igła punkcyjna 18G o długości 25cm oraz igła Chiba 22G o długości 20cm, rozszerzacz powięzi w rozmiarach 6Fr- 10Fr o długości 20cm każdy, skalpel #11 oraz skrzydełka mocujące cewnik.

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 39 z Pakietu nr 27 i stworzy osobny pakiet?

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

22. **Dotyczy: 68-PN-21, Pakiet 27 , Pozycja 40** Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonane z 100% z silikonu dwudrożny, z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 6Fr o długości 33cm i balon o pojemności: 1ml - 1,5ml
- cewnik 8Fr o długości 33cm i balon o pojemności: 2ml - 3ml
- cewnik 10Fr o długości 33cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 12Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 5ml - 10ml
- cewnik 14Fr - 26Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 20ml - 30ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 40 z Pakietu nr 27 i stworzy osobny pakiet?

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

24. Dotyczy: 68-PN-21, Pakiet 27 , Pozycja 41 Czy Zamawiający dopuści Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z jedną klemą oraz prostym popychaczem o długości 40cm – pozostałe parametry zgodne z SWZ.

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 41 z Pakietu nr 27 i stworzy osobny pakiet?

25. Dotyczy: 68-PN-21, Pakiet 27 , Pozycja 42 Czy Zamawiający dopuści Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z jedną klemą oraz prostym popychaczem o długości 40cm – pozostałe parametry zgodne z SWZ.

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 42 z Pakietu nr 27 i stworzy osobny pakiet?

26. Dotyczy: 68-PN-21, Pakiet 32 , Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

27. Dotyczy: 68-PN-21, Pakiet 32 , Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-2 z Pakietu nr 32 i stworzy osobny pakiet?

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

29. Dotyczy: 68-PN-21, Pakiet 37, Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści koszyczek do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych w rozmiarze 2,7 Fr, o długości 120cm wykonany z nitinolu. Koszyczek zawiera 3 przewody bez końcówki. Średnica koszyczka 10mm a długość 25mm. Duża siła otwarcia koszyczka umożliwia bezproblemowe otwarcie koszyczka w świetle moczowodu. Łatwa w obsłudze rękojeść z możliwością zdejmowania ułatwia litotrypsję wewnątrzustrojową.

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu nr 37 i stworzy osobny pakiet?

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

31. Pakiet 31 Pozycja 1- prosimy o dopuszczenie elektrody o parametrach równoważnych – owalnej, na podłożu z pianki, z hydrożelem, o wymiarach 164x117 mm i powierzchni przewodzącej 107 cm², dzielonej, REM

- **Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.