

Lubań, dnia 19 listopada 2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 22

do treści SWZ na „Dostawy asortymentu jednorazowego użytku dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/15/2024

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1 - dot. pakiet nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 5l z pokrywką na wcisk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 - dot. pakiet nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a'90 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że ilość sztuk przeliczona z zaferowanych opakowań będzie równa ilości sztuk określonej przez Zamawiającego w kolumnie 4 Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 3 do SWZ). W kolumnie 13 Formularza asortymentowo-cenowego należy dokonać adnotacji o ilości sztuk w oferowanym opakowaniu.

Pytanie 3 - dot. pakiet nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kieliszki z dokładną łątką do odczytania skalą linearną co 1m, cyfrową co 5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4 - dot. pakiet nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 - dot. pakiet nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści majtki bez otworu do kolonoskopii?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 - dot. pakiet nr 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'10 z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 - dot. pakiet nr 5 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści fartuch z trokami o szerokości 71 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 - dot. pakiet nr 5 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=300 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że ilość sztuk przeliczona z zaferowanych opakowań będzie równa ilości sztuk określonej przez Zamawiającego w kolumnie 4 Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 3 do SWZ). W kolumnie 13 Formularza asortymentowo-cenowego należy dokonać adnotacji o ilości sztuk w oferowanym opakowaniu.

Pytanie 9 - dot. pakiet nr 5 poz. 15,16,25,27,28

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że ilość sztuk przeliczona z zaferowanych opakowań będzie równa ilości sztuk określonej przez Zamawiającego w kolumnie 4 Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 3 do SWZ). W kolumnie 13 Formularza asortymentowo-cenowego należy dokonać adnotacji o ilości sztuk w oferowanym opakowaniu.

Pytanie 10 - dot. pakiet nr 5 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'50 z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że ilość sztuk przeliczona z zaferowanych opakowań będzie równa ilości sztuk określonej przez Zamawiającego w kolumnie 4 Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 3 do SWZ). W kolumnie 13 Formularza asortymentowo-cenowego należy dokonać adnotacji o ilości sztuk w oferowanym opakowaniu.

Pytanie 11 - dot. pakiet nr 5 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że ilość sztuk przeliczona z zaferowanych opakowań będzie równa ilości sztuk określonej przez Zamawiającego w kolumnie 4 Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 3 do SWZ). W kolumnie 13 Formularza asortymentowo-cenowego należy dokonać adnotacji o ilości sztuk w oferowanym opakowaniu.

Pytanie 12 - dot. pakiet nr 5 poz. 34,35

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz 150ml w całości wykonany z polipropylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13 - dot. pakiet nr 5 poz. 34,35

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na mocz o pojemności 100 ml, wykonane z polipropylenu, posiadające podziałkę, bez matowego pola do opisu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 - dot. pakiet nr 5 poz. 54

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał wykonany z polistyrenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 - dot. pakiet nr 5 poz. 54

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał bez podziałki i matowego pola do opisu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 - dot. pakiet nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rampę 5 kranikową z męskim portem luer-lock z nakrętką ruchomą osiowo?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17 - dot. pakiet nr 7 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści sondę sengstakena 4 światłową wykonaną z silikonu, dostępną w rozmiarach 16F, 18F oraz 20F?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 18 - dot. pakiet nr 9 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania wyposażone w 2 otwory boczne naprzeciwległe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 19 - dot. pakiet nr 9 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania Yankauer o długości 26cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 20 - dot. pakiet nr 11 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu wykonany w całości z medycznego PCV w tym końcówka donosowa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 - dot. pakiet nr 11 poz. 9-20

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem zawierające śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 - dot. pakiet nr 11 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z mankietem zawierające śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23 - dot. pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z drenem o długości 120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 24 - dot. pakiet nr 12 poz. 2-6

Czy Zamawiający dopuści cewniki foleya z balonem 5-10ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25 - dot. pakiet nr 12 poz. 7-9

Czy Zamawiający dopuści cewniki foleya 100% silikon z balonem 5-10ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 - dot. pakiet nr 12 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści cewnik foleya CH 10 z balonem 3-5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 - dot. pakiet nr 12 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści cewnik foleya CH 10 z balonem 5-10ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 - dot. pakiet nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw bezpieczny do niskociśnieniowego drenażu z pojemnikiem ssącym typu płaski mieszek 250ml skalowany co 40ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 29 - dot. pakiet nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu klatki piersiowej Ch18 z trokarem ze stali nierdzewnej, Ch20, 22, 24, 28, 32 i 36 z trokarem wykonanym z aluminium?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 30 - dot. pakiet nr 13 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne dostępne w następujących rozmiarach CH 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 36 i 39?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 31 - dot. pakiet nr 14 poz. 1-4, 8

Czy Zamawiający dopuści kolorystyczne oznaczenie rozmiaru tylko na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 32 - dot. pakiet nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3 częściowe luer o pojemności 10ml, skalowane co 0,2ml, z cyfrą co 1ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 33 - dot. pakiet nr 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3 częściowe luer o pojemności 20ml, skalowane co 0,5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 34 - dot. pakiet nr 14 poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą czarną skalą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 35 - dot. pakiet nr 14 poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez ftalanów oraz lateksu oznaczone w postaci piktogramu wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 36 - dot. pakiet nr 14 poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że ilość sztuk przeliczona z zaofferowanych opakowań będzie równa ilości sztuk określonej przez Zamawiającego w kolumnie 4 Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 3 do SWZ). W kolumnie 13 Formularza asortymentowo-cenowego należy dokonać adnotacji o ilości sztuk w oferowanym opakowaniu.

Pytanie 37 - dot. pakiet nr 14 poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=60szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że ilość sztuk przeliczona z zaofferowanych opakowań będzie równa ilości sztuk określonej przez Zamawiającego w kolumnie 4 Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 3 do SWZ). W kolumnie 13 Formularza asortymentowo-cenowego należy dokonać adnotacji o ilości sztuk w oferowanym opakowaniu.

Pytanie 38 - dot. pakiet nr 14 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 39 - dot. pakiet nr 16 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania i rozpuszczania leków, tępe, polerowane elektronicznie, ścięte pod kątem 40°, co pozwala ograniczyć ryzyko wycięcia fragmentu korka?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 40 - dot. pakiet nr 17 poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Quinke 22G bez przewodnicy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 41 - dot. pakiet nr 17 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil-Point 22G bez przewodnicy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 42 - dot. pakiet nr 17 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści igłę 27G o długości 120mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 43 - dot. pakiet nr 19 poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści kaniule z samodomykającym się koreczkiem portu górnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 44 - dot. pakiet nr 18 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

1	Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm
1	Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową
1	Serweta chirurgiczna 80cm x 90cm (niebieski SMS) (owinięcie)
1	Pojemnik okrągły poj. 250ml
10	Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm
2	Strzykawką 3-częściową 5ml luer
1	Strzykawką 3-częściową 10ml luer
1	Igła iniekcyjna (0,6 x 40)
2	Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
1	Pęseta plastikowa niebieska 13cm
1	Ostrze chirurgiczne nr 11
1	Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm
1	Nożyczki metalowe ostre/ostre 15cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 45 - dot. pakiet nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m².

- 1 x Serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300 cm z otworem w kształcie trapezu o podstawach 22,5cm i 32cm i wysokości 22,5cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm, włóknina typu spunlace, gramatura 80g/m²
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na penetrację płynów 197 cm H₂O. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 46 - dot. pakiet nr 30 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym)
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wraz ze wzmocnieniem 478%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 47 - dot. pakiet nr 30 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m²:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H₂O.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 48 - dot. pakiet nr 30 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m².

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 49 - dot. pakiet nr 30 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na penetrację płynów 197 cm H₂O.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 50 - dot. pakiet nr 30 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 51 - dot. pakiet nr 30 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².

- 2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm
- 6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm

Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 52 - dot. pakiet nr 30 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści następujący komplet wykonany z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychający.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 53 - dot. pakiet nr 30 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści komplety tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 54 - dot. pakiet nr 30 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści komplety z rękawami i nogawkami obciętymi, niestrzępiącymi się bez podwinięcia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 55 - dot. pakiet nr 30 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami o kroju prostym, zapewniającym swobodę ruchów oraz szwem trójścieżkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 56 - dot. pakiet nr 30 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści ręczniki o wymiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 57 - dot. pakiet nr 31 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Mediana siły zrywu: min 13N potwierdzona badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Zgodne

z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6.0-9.0?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 58 - dot. pakiet nr 31 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana ułatwiająca zakładanie, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor naturalnego lateksu, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu $0,18 \pm 0,02$, na dłoni $0,16 \pm 0,02$, mankiecie $0,14 \pm 0,02$, długość min 280 mm. Rękawice o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn <1 EU/parę, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej. Poziom protein białek lateksu ≤ 30 $\mu\text{g/g}$, siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na działanie leków cytostatycznych, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5. Dyspenser ze znacznikiem sterylizacji w kolorze czerwonym oraz możliwością otwierania w pionie i poziomie, co pozwala zredukować przestrzeń, z dodatkowym otworem zwrotnym, umożliwiającym zwrot nadmiernie pobranej, nieotwartej pary rękawic, co minimalizuje straty i podnosi efektywność pracy. 5 lat ważności od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, podwójna bariera pakowania: opakowanie wewnętrzne papier z kodem EAN13 oraz informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika, zewnętrzne foliowe z kodem GS-128.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 59 - dot. pakiet nr 31 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu $0,17 \pm 0,02\text{mm}$, na dłoni $0,15 \pm 0,02\text{mm}$, na mankiecie $0,13 \pm 0,02\text{mm}$, długość min 278mm, poziom protein lateksowych poniżej $35\mu\text{g/g}$, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 15N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455, nie starszymi niż 2016 r. AQL 0,65 - potwierdzone badaniami wg EN 455-1 z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN ISO 374-1,2,4,5. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy

oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6.0-8.5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 60 - dot. pakiet nr 33 poz. 1-15

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² ± 2g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 61 - dot. pakiet nr 33 poz. 1-17

Czy Zamawiający dopuści 4 samoprzylepne naklejki transferowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 62 - dot. pakiet nr 33 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50cm x 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 63 - dot. pakiet nr 33 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50cm x 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 64 - dot. pakiet nr 33 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50cm x 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 65 - dot. pakiet nr 33 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50cm x 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 66 - dot. pakiet nr 33 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75cm x 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 67 - dot. pakiet nr 33 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90cm x 120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 68 - dot. pakiet nr 33 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m², w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 69 - dot. pakiet nr 33 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x250cm wzmocnioną z wycięciem "U" o wymiarach 7cm x 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 70 - dot. pakiet nr 33 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200cm z wycięciem "U" o wymiarach 6cm x 65 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 71 - dot. pakiet nr 33 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 72 - dot. pakiet nr 33 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m²:

- 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm, wyposażona w dwa sztywniki do formowania serwety na głowie
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 73 - dot. pakiet nr 46 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'200sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że ilość sztuk przeliczona z zaferowanych opakowań będzie równa ilości sztuk określonej przez Zamawiającego w kolumnie 4 Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 3 do SWZ). W kolumnie 13 Formularza asortymentowo-cenowego należy dokonać adnotacji o ilości sztuk w oferowanym opakowaniu.

MAŁGORZATA KOZAK

ANNA USYK – KRZESZOWIEC

PROKURENT

PROKURENT