



LAS-20/1-PN/8-2020

Rybnik, dnia 09.03.2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy wyrobów medycznych

(zamówienie nr LAS-20-PN/8-2020)

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 11.02.2020 r., nr 2020/S 029-066656

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „**Pakiet 21** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 21 w poz 2 tamponady balonowej METRASTOP o parametrach jak poniżej: - Podwójny balon: jeden na sól fizjologiczną, drugi na powietrze - Możliwość upuszczenia powietrza, dzięki temu możemy zmienić położenie balonu a także kontrolować czy krew nadal spływa -Lekki balon 70 g– nie ma ciężaru przez który może wysunąć się z szyjki -Woreczek drenażowy – pozwala kontrolować ilość upływającej krwi - Aplikacja bez konieczności asysty przy zakładaniu - Szybkość stosowania – szybkie pompowanie,- 1 strzykawka płynu i 7 powietrza (w zależności od wielkości macicy) ?”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 21 pozycji 1 co umożliwiłoby złożenie korzystniejszej oferty?”

Odpowiedź 2: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 3: „**Pakiet 27** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 27 w poz.1 żelu do cewnikowania, do zabiegów endoskopowych oraz do intubacji zawierający Lidocaine, Chlorhexidine Gluconate, konserwanty w postaci ampułkostrzykawki o gramaturze 6,18 g ? W przypadku zgody prosimy podać sposób przeliczenia ilości W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienie merytorycznych i użytkowych powodów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Odpowiedź 3: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu. Zamawiający wymaga zaoferowania żelu na bazie wodnej bez aktywnych składników, przeznaczonego do intubacji pacjentów już znieczulonych.

Pytanie 4: „Pytanie dot. pakietu nr 29 Zamawiający użył opisów wskazujących na konkretnego wykonawcę i określił wylot cewnika jako „rozdwojona końcówka” „wskazując patent konkretnego wykonawcy (jest to rozwiązanie patentowe) Zgodnie z postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający powinien być świadom że zamówienie jako całość może wykonać jeden wykonawca i pozostawienie pakietu bez podział na części W takim trybie przetargu jest fikcją dlatego zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty tylko w części 2 w ten sposób dalszy podział zamówienia będzie katalogiem otwartym i zabezpieczy interes Zamawiającego i (art 29.& 1)”

Odpowiedź 4: Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 29 w poz. nr 1 cewników z końcówką rozdwojoną lub symetryczną.

uwaga: pytania od nr 5 do nr 8 dotyczą pakietu nr 22

Pytanie 5: „Czy Zamawiający wymaga złącza niskiego ciśnienia do strzykawki automatycznej z łącznikiem Y (rys. 1), czy bez łącznika Y (rys. 2)?”

Odpowiedź 5: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zaoferowania złącza bez łącznika.

Pytanie 6: „Czy Zamawiający wymaga złącza niskiego ciśnienia prostego (rys. 2), czy spiralnego (rys. 3)?”

Odpowiedź 6: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zaoferowania złącza prostego.

Pytanie 7: „Czy Zamawiający wymaga złącza niskiego ciśnienia z zastawką bezzwrotną, czy bez zastawki?”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ, dopuszcza oba rozwiązania.

Pytanie 8: „Jaka jest wymagana długość złącza niskiego ciśnienia, 150 cm?”


Odpowiedź 8: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zaoferowania złącza o długości 150 cm.



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3

Pytanie 9: „Czy w **pakiecie 29** Zamawiający dopuści: w pozycji 1 cewnik permanentny o długościach 19, 23, 28, 33, 44, symetryczna końcówka zapobiegająca recyrkulacji, szczeliny boczne zapobiegające przyssaniu się cewnika do ścian naczyńia”

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 10: „Czy w **pakiecie 29** Zamawiający dopuści: w pozycji 2 cewnik permanentny o długościach 19, 23, 28, 33 – pozostałe parametry bez zmian .”

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 11: „Czy Zamawiający w pozycji 2 pakiet 29 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika: 19/40, 23/44, 28/49, 33/54? Charakterystyka zestawu: - radiocieniujący cewnik - zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki - silikonowe przedłużki - złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne - zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia przewodnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - adapter wypełniający - zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr - nasadki iniekcyjne Luer Lock - kleszczyki – 2 szt.”

Odpowiedź 11: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 12: „Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 29 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?”

Odpowiedź 12: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 13: „Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 29 poz.1 cewnika permanentnego poliuretanowego typu SPLIT o średnicy 14 Fr i długościach: 19 cm,23cm,27cm,31cm,50cm od mufki do zakończenia cewnika ?”

Odpowiedź 13: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 14: „Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 29 poz.2 cewnika permanentnego poliuretanowego schodkowego o średnicy 14,5 Fr i długości: 19cm,23cm,27cm,31cm,35cm, od mufki do zakończenia cewnika ?”

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 15: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 29 następujących parametrów: pozycja 1: Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min. Cewnik 16 Fr - długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500 ml/min nawet przy 15% okluzji. Końcówka cewnika rozdwojona. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm. Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia. Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr. Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu. poz. 2 - Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min. Cewnik 16 Fr - długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500 ml/min nawet przy 15% okluzji. Końcówka cewnika schodkowa 3cm. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm. Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia. Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr. Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.”

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 16: „**Pakiet 16 poz.3** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody o średnicy 42mm z jęczyczkiem (średnica elektrody 42mm , z jęczyczkiem 45mm)”

Odpowiedź 16: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 17: „**Pakiet 16 poz.1-4** Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaferowania korzystniejszej ceny łącznej. Elektrody EKG są zwyczajowo pakowane po 50 sztuk.”

Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – elektrod w opakowaniu a 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. w tym przypadku zwiększenie ilości opakowań x 2. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Jednostka miary” oraz „Szacunkowa ilość jedn.miary nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 18: „**Projekt umowy- §1 pkt. 4** Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie

wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź 18: Zamawiający informuje, że przewiduje wykorzystanie umowy w zakresie określonym w formularzu cenowym, tym samym nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 19: „Projekt umowy- §1 pkt. 8 Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem dostaw do pomieszczeń magazynowych wskazanych przez Zamawiającego? Czy Zamawiający oczekuje rozkładania towaru czy też roznoszenia? Czy istnieją kilka miejsc dostaw?”

Odpowiedź 19: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga dostawy do pomieszczeń magazynowych (Apteka szpitala) wraz z rozładunkiem w magazynie.

uwaga: pytania od nr 20 do nr 21 dotyczą pakietu nr 35, poz. 1

Pytanie 20: „Czy Zamawiający dopuści pompę elastomerową o objętości nominalnej 250 ml, a maksymalnej 300 ml oraz nominalnej prędkości przepływu 5,2 ml/h, nominalnym czasie pracy 48 h? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź 20: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 21: „Czy Zamawiający dopuści pompę elastomerową wyposażoną w filtr cząstek stałych wbudowany na przebiegu linii? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź 21: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

uwaga: pytania od nr 22 do nr 23 dotyczą pakietu nr 35, poz. 2

Pytanie 22: „Czy Zamawiający dopuści pompę elastomerową o objętości nominalnej 250 ml, a maksymalnej 300 ml oraz nominalnej prędkości przepływu 10,4 ml/h, nominalnym czasie pracy 24 h? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź 22: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 23: „Czy Zamawiający dopuści pompę elastomerową wyposażoną w filtr cząstek stałych wbudowany na przebiegu linii? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź 23: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

uwaga: pytania od nr 24 do nr 25 dotyczą pakietu nr 35, poz. 3

Pytanie 24: „Czy Zamawiający dopuści pompę elastomerową o objętości nominalnej 250 ml, a maksymalnej 300 ml oraz nominalnej prędkości przepływu 2,1 ml/h, nominalnym czasie pracy 120 h? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź 24: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 25: „Czy Zamawiający dopuści pompę elastomerową wyposażoną w filtr cząstek stałych wbudowany na przebiegu linii? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź 25: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

uwaga: pytania od nr 26 do nr 27 dotyczą pakietu nr 35, poz. 4

Pytanie 26: „Czy Zamawiający dopuści pompę elastomerową o objętości nominalnej 250 ml, a maksymalnej 300 ml oraz nominalnej prędkości przepływu 5,2 ml/h, nominalnym czasie pracy 48 h? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź 26: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 27: „Czy Zamawiający dopuści pompę elastomerową wyposażoną w filtr cząstek stałych wbudowany na przebiegu linii? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź 27: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 28: „Dotyczy Pakietu 30 Poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego o średnicy wewnętrznej 10mm”

Odpowiedź 28: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 29: „Dotyczy Pakietu 30 Poz. 2 i 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego zawierającego poz. 2 i 3 w jednym opakowaniu.”

Odpowiedź 29: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu oddechowego zawierającego poz. 2 i 3 w jednym opakowaniu. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania wykonawca wypełnia tylko poz. 2 wpisując cenę za opakowanie, w którym znajduje się asortyment wymieniony w poz. 2 i 3. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 30: „Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 29 pozycję nr 2 i umożliwi złożenie oferty na cewnik permanentny do dializy o następujących parametrach: rozmiar 14,5F, długości 19,23,27,31,35, cewnik o schodkowej końcówce, otwory boczne zapobiegające przyssaniu się cewnika do ścian naczynia?”

Odpowiedź 30: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 31: „Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 2, 3 Prosimy o odstąpienie od wymogu silikonowych zastawek na łączniku oraz otworach wentylacyjnych, przy spełnieniu pozostałych wymagań? Powyższe pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert przetargowych, tak, jak miało to miejsce w poprzednim postępowaniu prowadzonym przez Państwa jednostkę (sprawa LAS-59-pn/15-2018 – jedna, niepodlegająca odrzuceniu oferta przetargowa).”

Odpowiedź 31: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 32: „Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści maskę krtańową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta, z

luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wkliniowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg? Powyższe pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert przetargowych, tak, jak miało to miejsce w poprzednim postępowaniu prowadzonym przez Państwa jednostkę (sprawa LAS-59-pn/15-2018 – jedna, niepodlegająca odrzuceniu oferta przetargowa).”

Odpowiedź 32: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 33: „Czy Zamawiający może doprecyzować w Pakiecie 8 poz 1 czy wymaga zestawu osobistego, który składa się z lejka, konektora, do którego montuje się lejek w rozmiarze 24mm , 27mm lub 30mm oraz drenu ze zintegrowaną membraną.”

Odpowiedź 33: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ-dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 34: „Czy zamawiający może doprecyzować który rozmiar oczekuje tzn 24 mm(M) czy 27 mm(L) czy 30mm (XL)”

Odpowiedź 34: Zamawiający wymaga dostępności wszystkich rozmiarów do wyboru.

uwaga: pytania od nr 35 do nr 41 dotyczą pakietu nr 19, poz. 1-5,7

Pytanie 35: „Czy Zamawiający wymaga narzędzi wykonanych ze stali polerowanej, nierdzewnej AISI 410-420?”

Odpowiedź 35: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ-dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 36: „Czy Zamawiający wymaga, żeby na ostre narzędzia była nałożona plastikowa osłonka, co eliminuje ryzyko utraty sterylności?”

Odpowiedź 36: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ-dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 37: „Czy Zamawiający wymaga narzędzi zgodnych z normą PN-EN 7153-1?”

Odpowiedź 37: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 38: „Czy Zamawiający wymaga narzędzi sterylizowanych tlenkiem etylenu w procesie zwalidowanym zgodnie z normą 11135-1?”

Odpowiedź 38: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 39: „Czy Zamawiający wymaga opakowań torebek papierowo-foliowych z minimum 1 samoprzylepną etykietą TAG i znacznikiem sterylizacji, co daje pewność sterylności narzędzia?”

Odpowiedź 39: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ

Pytanie 40: „Czy Zamawiający wymaga narzędzi pakowanych w dispenser w celu łatwego wyciągnięcia narzędzi?”

Odpowiedź 40: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 41: „Czy Zamawiający wymaga, żeby na narzędziach był naniesiony trwale znak CE i symbol jednorazowości?”

Odpowiedź 41: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

uwaga: pytania od nr 42 do nr 48 dotyczą projektu umowy

Pytanie 42: „Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Odpowiedź 42: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43: „Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?”

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź 43: Zamawiający informuje, że przewiduje wykorzystanie umowy w zakresie określonym w formularzu cenowym, tym samym nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 44: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?”

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje nieustusne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

Odpowiedź 44: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie 45: „Jak należy rozumieć wyrażenie w § 5 ust. 1 wzoru umowy: „wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu” zostało zastąpione wyrażeniem „wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka”?”

Treść § 5 ust. 1 wzoru umowy jest niejasna i budzi wątpliwości (od jakiej wartości będzie naliczana kara umowna?). Dlatego konieczne jest doprecyzowanie § 5 ust. 1 wzoru umowy."

Odpowiedź 45: Zapis dotyczy wartości niezrealizowanego zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie 46: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „po dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron."

Odpowiedź 46: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie 47: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 1 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych."

Odpowiedź 47: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie 48: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 lit. a, b lub c Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron."

Odpowiedź 48: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie 49: „dot. Załącznik nr 1.1– formularz cenowy – PAKIET NR 22

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 będzie wymagał złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem „Y” czy bez trójnika?”

Odpowiedź 49: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zaoferowania złącza bez łącznika.

Pytanie 50: „dot. Załącznik nr 2 – wzór umowy - § 1 ust. 12 Wnosimy o modyfikację w/w ustępu w następujący sposób: „12. Wykonawca ponosi ~~wyłączną~~ odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe, które mogą powstać wskutek użytkowania przez Zamawiającego urządzeń z towarem zaoferowanym jako kompatybilny z urządzeniem Zamawiającego." **UZASADNIENIE:** Wnosimy o modyfikację jak powyżej, ponieważ zapis jest nieprecyzyjny i nie uwzględnia wielu czynników mogących mieć wpływ na powstałe szkody."

Odpowiedź 50: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie 51: „dot. zadania nr Pakiet 19-Narzędzia sterylne jednorazowego użytku: 19.2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Pęseta anatomiczna dł. 14, 5 cm jednorazowego użytku sterylna?”

Odpowiedź 51: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 52: „dot. zadania nr Pakiet 19-Narzędzia sterylne jednorazowego użytku: 19.5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Imadło metalowe do trzymania igły 15 cm narzędzie sterylne jednorazowego użytku?”

Odpowiedź 52: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 53: „Pakiet 28 poz.1,2 Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki posiadały dwustronną skalę pomiarową?”

Odpowiedź 53: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ -dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 54: „Pakiet 28 poz. 1,2 Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?”

Odpowiedź 54: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ -dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 55: „Pakiet 28 poz. 1,2 Czy Zamawiający wymaga aby na tłoku w/w strzykawki była umieszczona nazwa producenta i nazwa handlowa?”

Odpowiedź 55: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ -dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 56: „Pakiet 28 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki cewnikowej z rozszerzoną skalą 50/60ml.”

Odpowiedź 56: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ -dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 57: „Pakiet 28 poz.1,2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.”

Odpowiedź 57: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań w tej pozycji oraz naniesieniem stosownej korekty w kolumnie „Jednostka miary” oraz „Szacunkowa ilość jedn. miary”.

Pytanie 58: „Pakiet 31 poz.1-3 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.”

Odpowiedź 58: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 59: „*Pakiet 31 poz.1-3 Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrządy posiadały dodatkowy element konstrukcyjny z miejscem na dren i igłę po użyciu (nie miejsce do wciskania)?*”

Odpowiedź 59: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 60: „*Pakiet 31 poz.5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy transparentnych o długościach 150cm i 200cm.*”

Pytanie 61: „*Pakiet 31 poz.6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy bursztynowych o długościach 150cm i 200cm.*”

Odpowiedź 60-61: Zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 62: „*Pakiet 31 poz.5-7 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na pozostały asortyment w pakiecie.*”

Odpowiedź 62: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 63: „*Pakiet 32 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igłę do pobierania leków z fiolek 18G 1,2X50mm.*”

Odpowiedź 63: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 64: „*Pakiet 32 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji igły w rozmiarze 18G x30mm.*”

Odpowiedź 64: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 65: „*Pakiet 34 poz.1 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.*”

Odpowiedź 65: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 66: „*Pakiet 34 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetoczeń płynów inf. z filtrem hydrofobowym na końcu drenu, z filtrem Air Stop, przyrząd posiada zaciskacz rękowy wyposażony w dodatkowy zaczepek na dren (180cm dł. drenu) ,posiada zabezpieczenie na kolec, elastyczna komora kroplowa wolna od PVC, przyrząd wolny od ftalanów.*”

Odpowiedź 66: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 67: „*Pakiet 34 poz.1 Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrząd posiadał dodatkowy element konstrukcyjny (nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu?*”

Odpowiedź 67: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 68: „Pakiet 36 poz.1 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na uzyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.”

Odpowiedź 68: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 69: „Pakiet 36 poz.1 Czy Zamawiający wymaga worka do osłony przed światłem z dodatkowym paskiem klejącym pozwalającym na zamknięcie worka ?”

Odpowiedź 69: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 70: „Pakiet 36 poz.1 Czy Zamawiający wymaga aby przepuszczalność światła folii z której wykonane są osłonki do leków światłoczułych była potwierdzona badaniami z wynikiem nie większym niż 10 % przy 200 – 450 nm. zgodnie z metodą badawczą dla opakowań wyrobów światłoczułych USP 37 „Light transmission test” ? Przy braku wymagań w tym zakresie Zamawiający może dostać ofertę na worki foliowe na odpady.”

Odpowiedź 70: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 71: „Pakiet 36 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w worka o pojemności 500ml , rozmiar : 16x30cm.”

Odpowiedź 71: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 72: „Pakiet 36 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w worka o pojemności 1000ml, rozmiar: 21x30cm.”

Odpowiedź 72: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 73: „Dot. Pakietu nr 19, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 14,5cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź 73: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 74: „Pakiet 21, poz.1 Czy zamawiający wymaga wzierników pakowanych papier –folia?”

Odpowiedź 74: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 75: „Pakiet 26, poz. 2-5,8-9 Czy zamawiający dopuści dren o przekroju standardowym, z 6 – cioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, dren o długości 200 cm?”

Odpowiedź 75: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 76: „Pakiet 28, poz. 2 Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?”

Odpowiedź 76: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ -dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 77: „Pakiet 31, poz. 1-3 Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?”

Odpowiedź 77: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 78: „Pakiet 31, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?”

Odpowiedź 78: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 79: „Pakiet 31, poz. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.”

Odpowiedź 79: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 80: „Pakiet 31, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?”

Odpowiedź 80: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 81: „Pakiet 31, poz. 1 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?”

Odpowiedź 81: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 82: „Pakiet 31, poz. 3 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójplaszczynowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną kłapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³), sterylizacja EO?”

Odpowiedź 82: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 83: „Pakiet 31, poz. 3 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.”

Odpowiedź 83: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 84: „Pakiet 31, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?”

Odpowiedź 84: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 85: „Pakiet 31, poz. 3 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?”

Odpowiedź 85: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 86: „Pakiet 31, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?”

Odpowiedź 86: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 87: „Pakiet 31, poz. 2 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów bursztyn. z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.”

Odpowiedź 87 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 88: „Pakiet 31, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztyn. bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?”

Odpowiedź 88: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 89: „Pakiet 31, poz. 2 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztyn. bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?”

Odpowiedź 89: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

uwaga: pytania od nr 90 do nr 98 dotyczą pakietu nr 19

Pytanie 90: „Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nożyczek w rozmiarze 11,5cm?”

Odpowiedź 90: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 91: „Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nożyczek w rozmiarze 14,5cm?”

Odpowiedź 91: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 92: „Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania imadła w rozmiarze 12cm lub 14cm?”

Odpowiedź 92: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – imadła w rozmiarze 14 cm - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 93: „Poz. nr 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kleszczyków anatomicznych prostych typu Pean w rozmiarze 14cm?”

Odpowiedź 93: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 94: „Poz. nr 1-7 – Czy wyspecyfikowane produkty będą służyły Zamawiającemu do zabiegów, podczas których będzie następował kontakt narzędzia z ciałem pacjenta również przez otwory zarówno te naturalne jak i powstałe przez przerwanie ciągłości skóry? Zatem zgodnie z powyższym konieczny jest wymóg aby wyspecyfikowane narzędzia posiadały klasyfikację jako wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 876 t.j. z późn. zm).”

Odpowiedź 94: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 95: „Poz. nr 1-7 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi sterylnych, jednorazowego użytku, metalowych wykonanych ze stali nierdzewnej martenzytycznej wytwarzanej zgodnie z normą EN ISO 13485?”

Odpowiedź 95: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 96: „Poz. nr 1-7 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi jednorazowego użytku posiadających oznaczenie jednorazowości (symbolem oraz kolorystycznie) jednoznacznie odróżniające ją od narzędzi wielorazowych, naniesione w sposób trwały i nieusuwalny?”

Odpowiedź 96: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 97: „Poz. nr 1-7 – W przypadku pozytywnej odpowiedzi dotyczącej wymogu kolorystycznego oznakowania jednorazowości narzędzi, ze względu na bezpieczeństwo stosowania i

ochronę pacjenta, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu o nietoksyczności zastosowanej farby?”

Odpowiedź 97: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 98: „*Poz. nr 1-7 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi jednorazowego użytku których opakowanie papierowo-foliowe wyposażone jest w samo-przylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej?”*”

Odpowiedź 98: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 99: „*dotyczy pakietu nr 16, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o wymiarach 56x42mm ze specjalnym przecięciem na kabel?”*”

Odpowiedź 99: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 100: „*dotyczy pakietu nr 16, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o wymiarach 48x36mm?”*”

Odpowiedź 100: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 101: „*dotyczy pakietu nr 16, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o średnicy 43mm?”*”

Odpowiedź 101: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 102: „*dotyczy pakietu nr 16, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody okrągłej o średnicy 43mm?”*”

Odpowiedź 102: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 103: „*dotyczy pakietu nr 16, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o wymiarach 48x36mm?”*”

Odpowiedź 103: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 104: „dotyczy pakietu nr 21, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.”

Odpowiedź 104: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 105: „dotyczy pakietu nr 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktów sterylnych?”

Odpowiedź 105: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 106: „dotyczy pakietu nr 26, poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie masek znanego polskiego producenta w rozm. 3 wypełnienie balonu 20ml, roz. 4 wypełnienie balonu 30ml, roz. 5 wypełnienie balonu 40 ml ?”

Odpowiedź 106: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 107: „dotyczy pakietu nr 28, poz. 1,2 Czy Zamawiający wymaga zaferowania strzykawek z podwójnym uszczelnieniem tłoka oraz dwustronną skalą pomiarową?”

Odpowiedź 107: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 108: „dotyczy pakietu nr 31, poz. 1,2,3 Czy Zamawiający wymaga zaferowania przyrządów posiadających gumkę lub opaskę stabilizującą dren wewnątrz opakowania?”

Odpowiedź 108: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 109: „dotyczy pakietu nr 31, poz. 1,2,3 Czy Zamawiający oczekuje zaferowania przyrządów z nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie w celu identyfikacji bez opakowania?”

Odpowiedź 109: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 110: „dotyczy pakietu nr 31, poz. 1,2,3 Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta lub karty katalogowej z informacją z jakiego materiału wykonana jest komora kropłowa? Producenci przyrządów pochodzących z Chin często twierdzą że ich przyrządy posiadają komorę kropłową wolną od PVC ale jednocześnie nie są w stanie stwierdzić z jakiego materiału jest wykonana co rodzi uzasadnione wątpliwości.”

Odpowiedź 110: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 111: „dotyczy pakietu nr 31, poz. 2 Czy Zamawiający wymaga zaferowania przyrządu pakowanego fabrycznie razem z workiem do osłony podawanego leku przed światłem? Tylko takie rozwiązanie gwarantuje pełną osłonę podawanego leku na całej długości linii.”

Odpowiedź 111: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 112: „dotyczy pakietu nr 31, poz. 1,2 Czy Zmawiający wymaga zaoferowania przyrządu z igłą biorcą ściętą dwupłaszczyznowo, co pozwala na pewne wklucie do każdego rodzaju pojemnika?”

Odpowiedź 112: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 113: „dotyczy pakietu nr 31, poz. 5 Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużacza wyłącznie w kolorze przezroczystym? Przedłużacze bursztynowe znajdują się w poz. nr 6.”

Odpowiedź 113: Zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 114: „dotyczy pakietu nr 32, poz. 2 Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji igły z otworem bocznym w rozmiarze 1,2x30mm?”

Odpowiedź 114: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 115: „dotyczy pakietu nr 34, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.”

Odpowiedź 115: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 116: „Pakiet 16, poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści elektrody w op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź 116: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – elektrod w opakowaniu a 50 szt. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Jednostka miary” oraz „Szacunkowa ilość jedn.miary” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 117: „Pakiet 16, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści elektrod 55x41mm?”

Odpowiedź 117: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 118: „Pakiet 16, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści elektrod 51x36mm?”

Odpowiedź 118: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją

należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 119: „*Pakiet 16, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści elektrod o średnicy 40mm lub 43mm?*”

Odpowiedź 119: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – elektrod o średnicy 43mm - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 120: „*Pakiet 16, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści elektrod 45x43mm?*”

Odpowiedź 120: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 121: „*Pakiet 21, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 21 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.*”

Odpowiedź 121: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 122: „*Pakiet 25, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu z podwójnym znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierzści?*”

Odpowiedź 122: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 123: „*Pakiet 25, poz. 2, 3 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem posiadające łącznik w kolorze mlecznym?*”

Odpowiedź 123: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 124: „*Pakiet 25, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach CH6-CH24?*”

Odpowiedź 124: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 125: „*Pakiet 25, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści przedłużacze mikrobiologicznie czyste?*”

Odpowiedź 125: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 126: „Pakiet 25, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści przedłużacze o długości 15cm?”

Odpowiedź 126: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 127: „Pakiet 25, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści prowadnice CH 15/80cm?”

Odpowiedź 127: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 128: „Pakiet 25, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach: 6 Fr dla rurki od 2-4 10 Fr dla rurki od 4,5-6,5 14 Fr dla rurki od 7-10”

Odpowiedź 128: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 129: „Pakiet 26, poz. 2-4, 8-9 Czy Zamawiający dopuści maski sterylne?”

Odpowiedź 129: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 130: *Pakiet 26, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe o parametrach: • Produkt umożliwia m.in. udrożnienie dróg oddechowych w przypadku urazu kręgosłupa bez konieczności odginania głowy*

- Mniejsze ryzyko powikłań
- Maski jednorazowego użytku
- Wykonane z elastycznego PVC
- Korpus maski elastyczny z dokładnym opisem (waga pacjenta, rozmiar, objętość mankietu)
- Uniwersalny, przezroczysty łącznik 15 mm
- Eliptyczny kształt oraz elastyczny mankiet uszczelniający pozwala na prostą i atraumatyczną intubację
- Znacznik RTG na całej długości maski
- Nie zawiera lateksu
- Pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu tyvec
- Rozm. 3 wypełnienie balonu 20ml, rozm. 4 wypełnienie balonu 30ml, rozm. 5 wypełnienie balonu 40ml?”

Odpowiedź 130: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 131: „Pakiet 32, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści igłę 1,2x40mm?”

Odpowiedź 131: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 132: „*Pakiet 32, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści igłę 18Gx30mm?*”

Odpowiedź 132: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 133: „*Czy Zamawiający w pak 24 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt znanego amerykańskiego producenta: Sterylny, jednorazowy laparoskopowy worek o pojemności 200 ml do wyjmowania usuniętych narządów, śr. trzonu pozwalająca na wprowadzenie przez trokar o śr.10 mm?*”

Pytanie 134: „*Czy Zamawiający w pak 24 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt znanego amerykańskiego producenta: Sterylny, jednorazowy laparoskopowy worek o pojemności 1200 ml do wyjmowania usuniętych narządów, śr. trzonu pozwalająca na wprowadzenie przez trokar o śr.12/15mm?*”

Pytanie 135: „*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 24 poz. 2 Worki laparoskopowe o pojemności 1350ml o śr. trzonu pozwalający na wprowadzenie przez trokar o śr. 12mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?*”

Pytanie 136: „*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 24 poz.1-2 Worki laparoskopowe w poz.1 poj.200ml w poz.2 poj. 1500ml składające się z elastycznego woreczka wyposażonego w drucik z pamięcią kształtu - ułatwiający otwieranie oraz zachowanie pozycji otwartej po umieszczeniu w jamie ciała. o śr. trzonu pozwalający na wprowadzenie przez trokar o śr. 10mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?*”

Odpowiedź133-136: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 137: „*Dotyczy SIWZ : Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?*”

Odpowiedź 137: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 138: „*Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.*”

Odpowiedź 138: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 139: „*Do projektu umowy §2 ust.4 (zał. 2 do SIWZ)*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie sprzętu na adres Zamawiającego wraz z dokumentem WZ na którym znajduje się adres Zamawiającego, numer katalogowy i nazwa produktu, ilość, jednostka miary, numer seryjny towaru i data ważności a dostawa faktury odbywać się będzie drogą mailową na adres wskazany przez Zamawiającego. Taki system umożliwi szybsze dostarczenie sprzętu Wykonawcom, którzy posiadają magazyny centralne poza granicami Polski.”

Odpowiedź 139: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 140: „*Dotyczy projektu umowy §4 ust.1 (zał. 2 do SIWZ)*

Bardzo prosimy o wykreślenie zdania „Zamawiający wymaga, aby do całości każdorazowego zamówienia wystawiona była jedna faktura VAT”. Wystawienie jednej faktury do zamówienia wiąże się z wysyłką całości zamówionego sprzętu w jednej paczce. W sytuacji pojawienia się braku nawet jednego produktu na magazynie powoduje to

wstrzymanie dostawy do całości złożonego zamówienia a co za tym idzie naraża Wykonawcę na naliczenie kar umownych za nieterminowe dostawy.”

Odpowiedź 140: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie 141: „Dotyczy projektu umowy §5 ust.1 (zał. 2 do SIWZ) Bardzo prosimy o modyfikację §5 ust. 1 na następujący „Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust.1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego lub wadliwego sprzętu objętego zamówieniem”

Odpowiedź 141: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie 142: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 wymaga aby protezy głosowe miały średnice minimum 22Fr?”

Odpowiedź 142: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 143: „Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 13 protezy do wszczepów pierwotnych i wtórnych były dostępne w trzech rozmiarach tj. 8mm, 10mm, 12,5mm?”

Odpowiedź 143: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

uwaga: pytania od nr 144 do nr 148 dotyczą pakietu nr 25 - Rurki wraz z akcesoriami

Pytanie 144: „Poz. 2 i 3 - Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na rurkę bez „Kolorystycznego oznakowanie łącznika 15mm odpowiadające zalecanemu rozmiarowi cewnika do odsysania minimalizujące straty gazów podczas odsysania” pozostałe parametry zgodnie z SIWZ”

Odpowiedź 144: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 145: „Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na rurkę z „technologią spiralnego owalnego splotu” pozostałe parametry wg SIWZ.”

Odpowiedź 145: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 146: „Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści złożeni oferty na cewnik „z dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi” pozostałe parametry wg SIWZ.”

Odpowiedź 146: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 147: „Poz. 8 – Czy Zamawiający miał na myśli prowadnicę z powłoką z włókien żywicznych w sztywnym futerale czy standardową powlekaną prowadnicę?”

Odpowiedź 147: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 148: „Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści rozmiary w mm odpowiednio: 1,6mm, 2,0mm, 3,3mm, 5,0mm ze standardową końcówką?”

Odpowiedź 148: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 149: „Pakiet 17, poz. 2. Czy Zamawiający wymaga zaworków wielorazowych?”

Odpowiedź 149: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zaworków jednorazowego użytku.

Pytanie 150: „Pakiet 17, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaworki jednorazowe? Jeśli Zamawiający dopuszcza - uprzejmie prosimy o określenie wymaganej ilości.”

Odpowiedź 150: Zamawiający wymaga zaworków jednorazowego użytku w ilości 200 szt.

Pytanie 151: „Pakiet nr 25 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z wyraźnym znacznikiem głębokości w postaci jednego półpierścienia?”

Odpowiedź 151: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 152: „Pakiet nr 25 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar rurki umieszczony na opakowaniu?”

Odpowiedź 152: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 153: „Pakiet nr 25 poz. 2 Czy Zamawiający odstąpi od „kolorystycznego oznakowania łącznika 15mm”?”

Odpowiedź 153: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 154: „Pakiet nr 25 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z wyraźnym znacznikiem głębokości w postaci jednego półpierścienia?”

Odpowiedź 154: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 155: „Pakiet nr 25 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rozmiar rurki umieszczony na opakowaniu?”

Odpowiedź 155: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 156: „Pakiet nr 25 poz. 3 Czy Zamawiający odstąpi od „kolorystycznego oznakowania łącznika 15mm”?”

Odpowiedź 156: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 157: „Pakiet nr 25 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik z dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi?”

Odpowiedź 157: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 158: „**Pakiet nr 25 poz. 6** Czy Zamawiający dopuści wewnętrzną powierzchnię karbowaną, długość 15 cm?”

Odpowiedź 158: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 159: „**Pakiet nr 25 poz. 7** Czy Zamawiający dopuści wewnętrzną powierzchnię karbowaną, długość 15 cm?”

Odpowiedź 159: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 160: „**Pakiet nr 25 poz. 9** Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach: 6, 10, 15?”

Odpowiedź 160: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 161: „**Pakiet nr 26 poz. 6** Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wygiętą pod kątem ok. 70°, z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu oraz zakresie wagowym pacjenta na masce oraz opakowaniu, opakowanie papier folia, rozmiar 3 wypełnienie balonu 20ml, rozmiar 4 wypełnienie balonu 30ml, rozmiar 5 wypełnienie balonu 40ml?”

Odpowiedź 161: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 162: „**Pakiet nr 33 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu o następującym opisie:

- zawiera dodatkowy, niezależny regulator przepływu z końcówką luer-lock z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250ml/h przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów
- Regulator z wyraźnie zaznaczoną pozycją OPEN/OFF (dla wartości 0 ml)
- komora kroplowa wykonana z materiałów wolnych od DEHP
- ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką
- elastyczna komora kroplowa
- kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm
- uniwersalne zakończenie drenu luer-lock

- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy
- miękki elastyczny dren wykonany z materiałów wolnych od DEHP
- długość drenu 150 cm
- pozbawiony w całości DEHP oraz lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze 360 sztuk
- opakowanie papier/folia?"

Odpowiedź 162: Zamawiający wymaga zaferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 163: „*Pakiet nr 33 poz. 1 Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Pakietu nr 33 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to złożenie ofert większej ilości wykonawców, specjalizujących się w tym asortymencie.*”

Odpowiedź 163: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 164: „*Pakiet nr 37 poz. 1 Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Pakietu nr 37 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to złożenie ofert większej ilości wykonawców, specjalizujących się w tym asortymencie.*”

Odpowiedź 164: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 165: „*Pakiet 24, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego, jednorazowego laparoskopowego worka o pojemności 1500 ml do wyjmowania usuniętych narządów umieszczony w automatycznej prowadnicy, średnica trzonu pozwalająca na wprowadzenie przez trokar o średnicy 12/15mm?*”

Odpowiedź 165: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 166: „*Dotyczy Pakiet nr 30 Poz. 1 Czapeczka/mocowanie układu pacjenta Czy Zamawiający wymaga mocowania układu pacjenta w postaci czepca o konstrukcji opaski owijanej wokół głowy pacjenta stosowanego zamiennie z czapczką? Proponowany czepiec jest uniwersalnym rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania w nieinwazyjnym wspomagananiu oddechu do założenia generatora i rur w mocowaniu kołyskowym oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiającym zamocowanie kaniuli nosowej, dodatkowo dzięki konstrukcji w postaci opaski można regulować czepiec do aktualnego obwodu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź u pacjenta poddawanego długoterminowej terapii w miarę wzrostu dziecka bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki. Czepiec jest dostępny w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL. Ponadto proponowane mocowanie gwarantuje możliwość dostępu do naczyń w dowolnym miejscu na głowie pacjenta, sterowanie szczelnością poprzez tworzenie tzw. garbu lub niecki i zmianę kąta nachylenia generatora innego przy stosowaniu końcówki nosowej i innego z użyciem maski nosowej, zmniejszenie ilości urazów tkanek nosa i powikłań terapii oraz obniżenie kosztów ich leczenia, uzyskania takiej stabilności połączeń, która wpływa na ograniczenie ilości niepowodzeń terapii.*”

Odpowiedź 166: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 167: „*Dotyczy Pakiet nr 30 Poz. 2 Jednorazowy układ oddechowy Zamawiający nie określił szczegółowych parametrów układu oddechowego w zakresie: - długości odcinka wdechowego, długości odcinka niepodgrzewanego do inkubatora, długości linii pomiaru ciśnienia. W związku z powyższym prosimy o ustosunkowanie się czy Zamawiający*

wymaga aby długość podgrzewanego odcinka wdechowego wynosiła 1,2 m,? Długość podgrzewanego odcinka wdechowego, a w szczególności rodzaj i długość umieszczonej w nim grzałki, przekładają się bezpośrednio na takie parametry jak wydajność ogrzewania gazów oddechowych oraz powstawanie i gromadzenie kondensatu w obwodzie oddechowym. Proponowany przez nas układ oddechowy o dł. 1,2m z grzałką daje doskonałe rezultaty w tym zakresie, gdyż nie powoduje skraplania lub powstające skraplanie jest minimalne i nie zakłóca prowadzonej terapii.”

Odpowiedź 167: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 168: „Dotyczy Pakiet nr 30 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby nieodgrzewany odcinek do inkubatora posiadał długość 30 cm, a także czy wymagane jest aby dren do pomiaru ciśnienia wynosił 2,1m?”

Odpowiedź 168: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 169: „Dotyczy Pakiet nr 30 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania układu z generatorem czy samego układu skoro w poz. 3 wyspecyfikowano osobno generator?”

Odpowiedź 169: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu oddechowego zawierającego poz. 2 i 3 w jednym opakowaniu. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania wykonawca wypełnia tylko poz. 2 wpisując cenę za opakowanie, w którym znajduje się asortyment wymieniony w poz. 2 i 3. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 170: „Dotyczy Pakiet nr 30 Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pacjentów przedwcześnie urodzonych, których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra?”

Odpowiedź 170: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 171: „Dotyczy Pakiet nr 30 Poz. 3 Generator Prosimy o doprecyzowanie czy generator ma umożliwić umocowanie systemu na czepcu do terapii wymiennych oraz czapeczce w związku z tym zestaw generatora powinien posiadać w składzie: • generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, • kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym, stanowiąca jednocześnie bufor przed przegrzewaniem i deformacjami głowy pacjenta, • końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.), Taki zestaw generatora umożliwi mocowanie i stabilizację na czepcu do terapii wymiennych oraz uzyskanie maksymalnej szczelności poprzez tworzenie garbu lub niecki, co wpływa na efektywność terapii.”

Odpowiedź 171: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 172: „pakiet nr 32, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści igłę tępą w rozmiarze 1,2x50mm i 1,2x40mm?”

Odpowiedź 172: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

uwaga: pytania od nr 173 do nr 175 dotyczą pakietu nr 25

Pytanie 173: „Poz.2 Prosimy o dopuszczenie rurki intubacyjnej ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci szerokiego, jednego pierścienia, z mlecznymi łącznikami 15mm bez kodowania kolorystycznego, marka Rusch, rozmiary rurki podane na rurce i łączniku 15mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź 173: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 174: „Poz.3 Prosimy o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci szerokiego, jednego pierścienia, zbrojenie spiralne, cieniujące w rtg aż do otworu Murphy’ego, z mlecznymi łącznikami 15mm bez kodowania kolorystycznego, marka Rusch, rozm. 3,5-10,0.”

Odpowiedź 174: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 175: „Poz. 4. Cewniki prosimy wydzielić do innego pakietu, nie ma konieczności stosowania tych opisanych z rurkami intubacyjnymi z pozycji 1-3.”

Odpowiedź 175: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 176: „Pakiet 26 Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie maski z workiem 750ml .”

Odpowiedź 176: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

uwaga: pytania od nr 177 do nr 178 dotyczą pakietu nr 25 poz. 1

Pytanie 177: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana rurka intubacyjna ma być wolna od DEHP oraz wygięta i wyprofilowana w sposób zapobiegający odstawianiu końcówki rurki od wprowadzanej prowadnicy lub fiberoskopu a tym sam minimalizująca ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych podczas intubacji?”

Odpowiedź 177: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 178: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej o parametrach wskazanych w SIWZ w rozmiarach od 2,0 do 6,0 co pół, a w rozmiarach 6,5 oraz 7,0 rurki intubacyjnej z PVC, bez mankietu, skalowanej jednostronnie co 1 cm, z ciągłą linią znacznika RTG, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylnej.”

Odpowiedź 178: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 179: „Pakiet 25 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z dwoma widocznymi w trakcie intubacji znacznikami głębokości, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.”

Odpowiedź 179: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 180: „*Pakiet 25 poz. 4 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania?*”

Odpowiedź 180: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 181: „*Pakiet 25 poz. 6, 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego przedłużacza do rurek tracheostomijnych o dł. 15 cm*”

Odpowiedź 181: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 182: „*Pakiet 25 poz. 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnic sterylnych do rurek intubacyjnych w rozm.:*

- 6 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2.0 mm
- 10 o długości całkowitej 384 cm i średnicy 3.3 mm
- 12 o długości całkowitej 384 cm i średnicy 4.0 mm
- 14 o długości całkowitej 384 cm i średnicy 4.7 mm”

Odpowiedź 182: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

uwaga: pytania od nr 183 do nr 184 dotyczą pakietu nr 26 poz. 1

Pytanie 183: „*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych w odpowiednich rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały / dorosły średni / dorosły duży.*”

Odpowiedź 183: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 184: „*Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy silikonowy zawór do regulacji ciśnienia ma być skierowany pionowo ku górze w nosowej części maski dla prawidłowej i optymalnej pracy podczas regulacji ciśnienia w masce oraz czy maska ma mieć możliwość pracy w środowisku MRI?*”

Odpowiedź 184: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

uwaga: pytania od nr 185 do nr 186 dotyczą pakietu nr 26 poz. 2-5, 8-9

Pytanie 185: „*Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy akcesoria do tlenoterapii mają posiadać uniwersalny łącznik do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego i/ oraz do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?*”

Odpowiedź 185: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 186: „*Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wszystkie produkty zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci mają nie zawierać lateksu, ftalanów, DEHP oraz bisfenolu?*”

Odpowiedź 186: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 187: „**Pakiet 26 poz. 6** *Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, bez uźebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankieta co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankieta. Dren do napełniania mankieta wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm. Maską bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankieta i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia. Maską w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10-20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (>70kg).*”

Odpowiedź 187: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „**Opis przedmiotu zamówienia**” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 188: „**Pakiet 27 poz. 1** *Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby żel był w aplikatorze typu harmonijka ułatwiający otwarcie i aplikacje przy użyciu jednej ręki, a żel z aplikatora wypływał w niskim ciśnieniu zapewniając idealną aplikacje dla bezbolesnej procedury cewnikowania?*”

Odpowiedź 188: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 189-190 dotyczy Pakietu nr 28 poz. 3,4

uwaga: pytania od nr 189 do nr 190 dotyczą pakietu nr 28 poz. 3, 4

Pytanie 189: „*Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają być pakowane w opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne)?*”

Odpowiedź 189: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ - dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 190: „*Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek bezpiecznych z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki?*”

Odpowiedź 190: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 191: „**Pakiet 33 poz. 3** *Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu o poniższych parametrach :*

Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem

standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Konstrukcja pozwalająca na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania do 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.”

Odpowiedź 191: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

uwaga: pytania od nr 192 do nr 193 dotyczą pakietu nr 33 poz. 4

Pytanie 192: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu o poniższych parametrach :

Przyrząd dostępowy do fiolki z kolcem mikro tj. wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości umożliwiający maksymalne pobranie leku z fiolki, z zaworem bezigłowym z płaską powierzchnią do dezynfekcji, filtr odpowietrzeniowy 0,2 mikrona, z dwoma bocznymi stabilizatorami.”

Odpowiedź 192: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 193: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu o poniższych parametrach :

Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Konstrukcja pozwalająca na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Objętość wypełnienia całego systemu 0,28ml. Kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.”

Odpowiedź 193: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 194: „**Pakiet 33 poz. 5** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do przygotowania cytostatyków, bursztynowego, wolnego od PCV z drenem wykonanym z poliuretanu, na końcu zatyczka z filtrem hydrofobowym, możliwość dodania cytostatyku przez zintegrowaną zastawkę w postaci zaworu bezigłowego z płaską powierzchnią do dezynfekcji, bez systemu sygnalizacji akustycznej.”

Odpowiedź 194: Zamawiający wymaga zaferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 195: „**Pakiet 33 poz. 6** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do przygotowania cytostatyków, , wolnego od PCV z drenem wykonanym z poliuretanu, w linii filtr 0,2 mikrona, na końcu zatyczka z filtrem hydrofobowym, możliwość dodania cytostatyku przez zintegrowaną zastawkę w postaci zaworu bezigłowego z płaską powierzchnią do dezynfekcji, bez systemu sygnalizacji akustycznej.”

Odpowiedź 195: Zamawiający wymaga zaferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 196: „**Pakiet 33 poz. 7** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii do podaży grawitacyjnej bursztynowej o długości 180 cm do podawania cytostatyków z 2 bocznymi portami bezigłowymi do podłączenia pojemnika z lekiem, ułożonymi naprzemiennie. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatraskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi do drenu. Dren z poliuretanu. . Objętość wypełnienia 11,5 ml.”

Odpowiedź 196: Zamawiający wymaga zaferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 197: „**Pakiet 33 poz. 8** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii do podaży grawitacyjnej bursztynowej o długości 180 cm do podawania cytostatyków z 2 bocznymi portami bezigłowymi do podłączenia pojemnika z lekiem, ułożonymi naprzemiennie. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatraskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi do drenu. Dren z poliuretanu. Objętość wypełnienia 11,5 ml.”

Odpowiedź 197: Zamawiający wymaga zaferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 198: „**Pakiet 33 poz. 9** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii do podaży grawitacyjnej bursztynowej o długości maksymalnie 190 cm do podawania cytostatyków z 4 bocznymi portami bezigłowymi do podłączenia pojemnika z lekiem, ułożonymi naprzemiennie. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatraskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi do drenu. Dren z poliuretanu. Objętość wypełnienia 12,2 ml.”

Odpowiedź 198: Zamawiający wymaga zaferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 199: „**Pakiet 33 poz. 11** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z filtrem 0,2 mikrona w linii, kołec biały z odpowietrznikiem zabezpieczonym klapką, komora kroplowa jednoczęściowa elastyczna, zacisk rolkowy z miejscem na podczepienie drenu.”

Odpowiedź 199: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 200: „**Pakiet 33 poz. 15** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika międzyszyrkawkowego, do połączenia dwóch strzykawk w systemie zamkniętym. Łącznik złożony z połączonych ze sobą dwóch łączników bezigłowych, zespolonych podstawami korpusów. Łączniki posiadają jednoelementową, silikonową membranę z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wewnątrz pozbawione części mechanicznych i metalowych, umożliwiają przepływ 150 – 160 ml/min. Łączniki działające w systemie podzielnej membrany z wewnętrzną tępą kaniulą.”

Odpowiedź 200: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

uwaga: pytania od nr 201 do nr 202 dotyczą pakietu nr 35 poz. 1-4

Pytanie 201: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pompa ma posiadać obudowę w kształcie płaskiego dysku, który umożliwia wygodne położenie jej na powierzchni i ergonomiczne napełnienie.”

Odpowiedź 201: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 202: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na drenie powinien znajdować się filtr cząstek stałych i powietrza ?”

Odpowiedź 202: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii).

Pytanie 203: „**Pakiet 35 poz. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnego systemu infuzyjnego, wykorzystującego zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość. Pompa pracuje w systemie zamkniętym, tj. nie dopuszcza do wymiany nieprzefiltrowanego powietrza z otoczeniem. Dren łączący długość min. 125 cm z kłami i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Urządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Centralnie umieszczony port wyposażony w: przykręcaną pokrywę z wygodnym uchwytem, zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki. Nominalny czas infuzji: 5 ml/godz. Nominalna objętość: 275 ml, objętość minimalna: 215 ml i objętość maksymalna 335 ml. Obudowa i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV.”

Odpowiedź 203: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 204: „**Pakiet 35 poz. 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnego systemu infuzyjnego, wykorzystującego zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość. Pompa pracuje w systemie zamkniętym, tj. nie dopuszcza do wymiany nieprzefiltrowanego powietrza z otoczeniem. Dren łączący długość min. 125 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Urządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Centralnie umieszczony port wyposażony w: przykręcaną pokrywę z wygodnym uchwytem, zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki. Nominalny czas infuzji: 10 ml/godz. Nominalna objętość: 275 ml, objętość minimalna: 215 ml i objętość maksymalna 335 ml. Obudowa i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV.”

Odpowiedź 204: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 205: „**Pakiet 35 poz. 3** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnego systemu infuzyjnego, wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający ciągły przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie gwarantuje dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10-15% nominalnego czasu wlewu. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość. Dren łączący długość min. 125 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Urządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Napełnianie systemu odbywa się przez centralnie umieszczony port wyposażony w: połączenie Luer Lock, przykręcaną pokrywę z wygodnym uchwytem, zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki. Nominalny czas infuzji: 2 ml/godz. Nominalna objętość: 100ml ml, objętość minimalna: 75 ml i objętość maksymalna 125 ml. Obudowa i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV.”

Odpowiedź 205: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

uwaga: pytania od nr 206 do nr 207 dotyczą pakietu nr 35 poz. 4

Pytanie 206: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnego systemu infuzyjnego, wykorzystującego zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość. Pompa pracuje w systemie zamkniętym, tj. nie dopuszcza do wymiany nieprzefiltrowanego powietrza z otoczeniem. Dren łączący długość min. 125 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Urządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Centralnie umieszczony port wyposażony w: przykręcaną pokrywę z wygodnym uchwytem, zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki. Nominalny czas infuzji: 5 ml/godz. Nominalna objętość: 275 ml, objętość minimalna: 215 ml i objętość maksymalna 335 ml. Obudowa i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV.”

Odpowiedź 206: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 207: *„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnego systemu infuzyjnego, wykorzystującego zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość. Pompa pracuje w systemie zamkniętym, tj. nie dopuszcza do wymiany nieprzefiltrowanego powietrza z otoczeniem. Dren łączący długość min. 125 cm z kłamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Urządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Centralnie umieszczony port wyposażony w: przykręcaną pokrywę z wygodnym uchwytem, zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki. Nominalny czas infuzji: 10 ml/godz. Nominalna objętość: 275 ml, objętość minimalna: 215 ml i objętość maksymalna 335 ml. Obudowa i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV.”*

Odpowiedź 207: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uwaga: zamawiający zmodyfikował zapisy formularza cenowego w zakresie pakietu nr 31. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.1 w zakresie pakietu nr 31 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony **do dnia 16.03.2020 r. do godziny 10.00** oraz termin otwarcia ofert: **w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

Załącznik:

1. Formularz cenowy dla pakietu nr 31 – zmodyfikowana wersja.