



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nr: RPWP.09.01.01-30-0001/19.

Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

L. dz. DZP-273/22

Poznań, dnia 23.05.2022r.

**Wszyscy Wykonawcy  
- platforma zakupowa**

**Dotyczy: TPM-36/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. dostawa z transportem, podłączeniem i instalacją dygestoriów metalowych i dygestoriów laminowanych dla Jednostek UMP z podziałem na 2 części wraz z przeszkoleniem pracowników.**

W związku z wpływem zapytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

**Zapytanie:**

1) Zamawiający w specyfikacji powołuje się – sugeruje że na budynku zostanie zamontowany system Smaylab\*, prosimy o doprecyzowanie że zainstalowany będzie kompletny system VAV (zdefiniowane w PN-EN 14175-6) służący do regulacji prędkości przepływu powietrza w dygestorium. Prosimy potwierdzić że elementy systemu sterowania VAV nie dotyczą postępowania na zakup dygestoriów.

2) Zamawiający wskazał, że na budynku instalowany będzie system Smaylab – system sterujący i nadzorujący układ wentylacji w tym wentylacji dygestorium. Jednocześnie Zamawiający zgłosił wymóg potwierdzenia z PN-EN 14175 część 6 określającym „wymagania i rodzaje prób dla systemów VAV (Variable Air Volume - zn. zmienna objętość powietrza) wraz z wymaganiami dodatkowymi i metodami badań dla określenia typu i badaniu zainstalowanych w laboratorium wyciągów typu VAV”.

W związku z powyższym prosimy o wskazanie, które z elementów systemu VAV mają być dostarczone z dygestorium lub jeśli elementy systemu wentylacji VAV nie mają być dostarczane z zamawianymi dygestoriami o rezygnację z wymogu gdyż jest to bezzasadne.

\*Załącznik nr 3.1 pkt. 6 i 3.2 pkt. 8 do SIWZ

**Odpowiedź:** Zamawiający zrezygnował z wymogu potwierdzenia zgodności dygestoriów z normą PN-EN14175 -6 Wyciągi laboratoryjne - Część 6: Wyciągi laboratoryjne o zmiennej objętości przepływu powietrza (pismo DZP-271/22 z dn. 20.05.2022r.) Ponadto Zamawiający informuje, że dysponuje kompletnym systemem Smaylab i po stronie Wykonawcy pozostaje wyłącznie pozostawienie otworów montażowych w dygestorium oraz umożliwienie montażu systemu przez Zamawiającego.

**Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je, jako ważne i wiążące.**

Z poważaniem,