



Słupsk, dnia 08.03.2023r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych”- nr postępowania 21/TP/2023

Na podstawie **art. 284 ust. 6** – tryb podstawowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

1. Czy Zamawiający w części 11 w pozycji 1 dopuści zestaw bez kontroli dodatkowo o czułości testu 98%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 2:

2. Czy Zamawiający w części 11 w pozycji 2 dopuści test o czułości 99,7%, swoistości >99,9% i konfekcji 40 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 3:

3. Czy Zamawiający w części 11 w pozycji 3 dopuści test o następującej czułości: 97,3% dla Rotawirusa, 95,2% dla Adenowirusa, >99,9% dla Norowirusa oraz specyficzności 97,1% dla Rotawirusa, 97,7% dla Adenowirusa oraz 98,1% dla Norowirusa?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

4. Czy Zamawiający w części 11 w pozycji 4 dopuści zestaw bez kontroli dodatkowo o czułości 92,7% i swoistości 98% dla RSV oraz czułości 95,8% i swoistości 99,1% dla Adenowirusa?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

5. Czy Zamawiający w części 11 w pozycji 5 dopuści opakowanie 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 6:

6. Czy Zamawiający w części 15 w pozycji 3 oraz 5 dopuści konfekcję 50x0,75ml?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 7:

7. Czy Zamawiający w części 15 w pozycji 4 dopuści test na indol w postaci ampułek w konfekcji 50x0,75 ml i zaferowanie 1 takiego opakowania?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 8:

1. Dotyczy FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4, Pozycja 3, 7, 15, 17, 19:
Czy Zamawiający dopuści, aby wyceniana ilość była zaokrąglona w górę ze względu na konfekcjonowanie podłoży po 20 sztuk w opakowaniu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 9:

2. Dotyczy FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4, Pozycja 2:
Czy Zamawiający dopuści podłoże mające 9 ml objętości?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 10:

3. Dotyczy FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4, Pozycja 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego podłoża z pakietu? Uzasadnienie:
Zwiększy to możliwość przystąpienia ilości wykonawców do udziału w części nr 4.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11:

4. Dotyczy FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4, Pozycja 14:
Czy Zamawiający dopuści podłoże posiadające w składzie witaminę K3? Uzasadnienie:
Podłoże te pełni tę samą funkcję jakiej wymaga Zamawiający.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 12:

5. Dotyczy FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4, Pozycja 15:
Czy Zamawiający dopuści podłoże posiadające w składzie cykloheksymid i gentamycynę na płytkach Petriego zamiast chlorotetracykliny? Uzasadnienie: Cykloheksymid i gentamycyna hamują rozwój bakterii, drożdżaków saprofitycznych i pleśni.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 13:

6. Dotyczy FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4, Pozycja 17:
Czy Zamawiający dopuści podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji drożdżaków i bezpośredniej identyfikacji Candida albicans? Uzasadnienie: Jest to podłoże do: wybiórczej izolacji drożdżaków, identyfikacji gatunku C. albicans, i wstępnego różnicowania grupy gatunków obejmującej C. tropicalis, C. lusitaniae i C. kefyr.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14:

7. Dotyczy FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4, Pozycja 25:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie systemu do identyfikacji drożdżaków od systemu do oznaczania wrażliwości na leki na dwie odrębne pozycje po 100 oznaczeń?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15:

8. Dotyczy Części nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 40 dniowy termin dostawy dwóch wyspecyfikowanych Densytometrów?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16:

9. Dotyczy formularza cenowego, pakiet nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w formularzu cenowym kolumny z ceną jednostkową netto za opakowanie gdyż taka cena widnieje na wystawianej fakturze VAT?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 17:

10. Dotyczy SWZ rozdz. 14, punkt 5, Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia materiałów firmowych – np. folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, dokumentacji technicznej, oświadczeń producenta wraz z ofertą i wyrazi zgodę na udostępnienie strony Wykonawcy, na której będą dostępne wszystkie w/w materiały w języku polskim do samodzielnego pobrania według podanych numerów katalogowych? Wykonawca złoży z ofertą oświadczenie o posiadaniu wymaganych dokumentów. Strona Wykonawcy została stworzona po to, by ułatwić klientom dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18:

11. Dotyczy formularza cenowego, pakiet nr 4 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia certyfikatu jakości do każdej serii zamówionego podłoża i wyrazi zgodę na udostępnienie strony Wykonawcy, na której będą dostępne wszystkie w/w materiały do samodzielnego pobrania ? Wykonawca złoży z ofertą oświadczenie o posiadaniu wymaganych dokumentów. Strona Wykonawcy została stworzona po to, by ułatwić klientom dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19:

12. Dotyczy pakiet nr 4, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktów z terminem ważności wynoszącym dla podłoży z krwią min 4 tyg, podłoża bez krwi 4-8 tyg, inne 4-6 mcy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 20:

13. §3 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 2 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zaoferowanie testu o czułości 98,0% i swoistości 98,7%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zaoferowanie testu o czułości 92,6%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 w przedmiotowym postępowaniu:

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zaoferowanie testu kasetkowego?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 24:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 w przedmiotowym postępowaniu:

3.Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zaoferowanie testu o czułości wynoszącej 99,9% i swoistości 99,7%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 w przedmiotowym postępowaniu:

4.Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 zaoferowanie testu o czułości i swoistości dla Adenowirusów wynoszących 99%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 26:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 w przedmiotowym postępowaniu:

5.Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 zaoferowanie testu o czułości dla Rotawirusów wynoszącej 99,4% i swoistości 99%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 27:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 w przedmiotowym postępowaniu:

6.Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 zaoferowanie testu o czułości dla Norowirusów wynoszącej 95,7% i swoistości 100%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 28:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 w przedmiotowym postępowaniu:

7.Czy zamawiający dopuści w poz. 4 zaoferowanie testu o czułości dla RSV wynoszącej 92,7% i swoistości 98%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 w przedmiotowym postępowaniu:

8.Czy zamawiający dopuści w poz. 4 zaoferowanie testu i czułości dla Adenowirusa wynoszącej 98,% i swoistości 99,1% ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 w przedmiotowym postępowaniu:

9.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 testów konfekcjonowanych 10 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 31:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 w przedmiotowym postępowaniu:

10.Prosimy o wyłączenie pozycji 5 i 6 pakietu 11 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych w Zadaniu 11 uniemożliwiających składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie, lecz nie

posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:

1) art. 16 pkt. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

2) art. 99 ust. 4, 5 w zw. z art. 16 pkt. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

3) art. 99 ust. 4, 5 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odp. Zamawiającego: zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 20 w przedmiotowym postępowaniu:

1.Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zaoferowanie testu o czułości dla RSV wynoszącej 92,6%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33:

1.Dotyczy części 17, pkt. 1 parametrów granicznych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie używanego aparatu z 2020 roku po pełnym przeglądzie i gwarancją producenta?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 34:

2.Dotyczy pkt. 2.3) Formularza ofertowego oraz §5 ust. 1 wzoru umowy dostawy dla części 17 i 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowane odczynniki miały termin ważności nie krótszy niż 6 m-cy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 35:

3. Dotyczy Części 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie wszystkich dostępnych nr katalogowych dla paneli do identyfikacji i lekowrażliwości, combo jak i oddzielnych do lekowrażliwości?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 36:

4. Dotyczy Części 17, poz. 3 Formularza asortymentowo – ilościowego:

Czy Zamawiający wymaga utrzymania istniejącej konfiguracji systemu LIS oraz zachowania istniejącego wyposażenia Laboratorium, przy jednoczesnym przedłużeniu gwarancji, serwisu i wsparcia, na okres trwania umowy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że tak.

Pytanie nr 37:

5. Dotyczy Formularza cenowego dla Części 17:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozbudowanie formularza cenowego o kolejne wiersze niezbędne do wyceny materiałów zużywalnych.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 38:

6. Dotyczy §3 ust. 11 wzoru umowy dzierżawy dla Części 17:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu przystąpienia do naprawy do 48 godzin w dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 39:

7. Dotyczy §3 ust. 12 wzoru umowy dzierżawy dla Części 17:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów na: „Wydzierżawiający zobowiązuje się do usunięcia awarii w terminie 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy w terminie 14 dni roboczych”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 40:

8. Dotyczy §3 ust. 1 oraz ust. 8 wzoru umowy dostawy:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw do 5 dni roboczych.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku lub za op. handlowe w Pakiecie nr 12 poz.1-5? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych tj. np. kasetki, szkiełka, gąbki, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 42:

Dotyczy wzoru umowy:

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 43:

Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 44:

Dotyczy wzoru umowy:

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 45:

Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 46:

Część 10:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie formaliny buforowanej 10% - produkt posiadający IVD, bezbarwna, klarowna ciecz, pH w temperaturze pokojowej wynosi 7,2-7,4; zawartość formaldehydu 3-5%, pojemność opakowania 1 litr.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 47:

Część 12, poz.1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek histopatologicznych do przeprowadzania materiału, dostępnych w kilkunastu kolorach; do stosowania z przykrywkami metalowymi. Wymiary kasetki 40x27mmx6mm, 35 okrągłych otworów o średnicy 2 mm, otwór mocujący przykrywkę o wymiarach 12,5mm, kompatybilny z posiadanymi przykrywkami. Skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż obecny opis przedmiotu zamówienia JEDNOZNACZNIE wskazuje na kasetki, których producentem jest firma ANGA, co stoi w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji i naraża Zamawiającego na otrzymanie w ww. części jednej oferty po zawyżonych cenach.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 48:

Część 12, poz.1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek histopatologicznych do przeprowadzania materiału, dostępnych w 10 kolorach; do stosowania z przykrywkami metalowymi. Wymiary kasetki 40x27mmx6mm, 62 kwadratowe otwory o średnicy 2 mm, otwór mocujący przykrywkę o wymiarach 12,5mm, kompatybilny z posiadanymi przykrywkami. Skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż obecny opis przedmiotu zamówienia JEDNOZNACZNIE wskazuje na kasetki, których producentem jest firma ANGA, co stoi w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji i naraża Zamawiającego na otrzymanie w ww. części jednej oferty po zawyżonych cenach.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 49:

Część 12, poz.2:

Prosimy o dopuszczenie kasetek posiadających otwory o wymiarach 2x2mm (po 120 otworów w podstawie i przykrywce). Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Są to parametry lepsze od wymaganych w opisie, ponieważ większa liczba otworów zwiększa przepływ odczynników reakcyjnych przez kasetkę, co ułatwia pracę w pracowni. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż obecny opis przedmiotu zamówienia JEDNOZNACZNIE wskazuje na kasetki, których producentem jest firma ANGA, co stoi w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji i naraża Zamawiającego na otrzymanie w ww. części jednej oferty po zawyżonych cenach.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 50:

Część 12, poz.3:

Prosimy o dopuszczenie kasetek do bardzo drobnych materiałów z plastikową pokrywką na zawiasie. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 51:

Część 12, poz.5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torebek w rozmiarach 31x43mm lub 45x65mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 52:

Część 12, poz.6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie metalowych przykrywek do kasetek histopatologicznych: 34 okrągłe otwory o średnicy 2mm do przepływu parafiny i innych odczynników. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 53:

Część 12, poz.7:

Prosimy o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Jest to produkt charakterystyczny dla portfolio firmy ANGA. Umieszczenie go w pakiecie z kasetkami histopatologicznymi stoi zatem w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji i naraża Zamawiającego na otrzymanie w ww. części jednej oferty po zawyżonych cenach.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 54:

1. Dotyczy Część nr 2 Pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści test o parametrach: Czułość 98.0%, swoistość 98.7%, cut-off 10 ng/ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 55:

2. Dotyczy Część nr 2 Czy opis zawarty pod tabelą dotyczy Części nr 2 ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie. Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy w Części nr 2 poprzez wykreślenie opisu.

Pytanie nr 56:

3. Dotyczy Część nr 20: Czy Zamawiający dopuści test o parametrach dla RSV czułość 92,7% swoistość 98% - pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 57:

4. Dotyczy Część nr 11 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści test do jakościowego oznaczania wirusa RSV czułość 92,7% swoistość 98% ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 58:

5. Dotyczy Część nr 11 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach zbiorczych 25 sztuk?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 59:

6. Dotyczy Część nr 11 Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści testy o parametrach czułość: Rotawirusów 97,3 %, dla Adenowirusów 95,2%, dla Norowirusów 99,9 %. Specyficzność: dla Rotawirusów 97,1 %, dla Adenowirusów 97,7%, dla Norowirusów 98,1%.?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 60:

7. Dotyczy Część nr 11 Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści testy o parametrach Dla RSV czułość 92,7%, swoistość 98%. Dla Adenowirusa czułość 95,8%, swoistość 98%.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 61:

Pytanie nr 1. - ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ ,część nr 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego, o wyrażenie zgody na zaproponowanie 10% buforowanego i stabilizowanego roztworu formaliny o pH 7.0

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 62:

Pytanie nr 2. - ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ ,część nr 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego, o wyrażenie zgody na zaproponowanie 4% roztworu formaldehydu buforowanego do użytku histopatologicznego w opakowaniach o pojemności 5l, ze stosownym przeliczeniem ilościowym (168 x 5l)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 63:

1.Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, 5 i 6 do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 64:

Dotyczy paragrafu 3 ust. 1

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 65:

Dotyczy paragrafu 3 ust. 2

3. Prosimy o zmianę zapisu na: „Zamawiający zastrzega, że minimalny poziom zamówienia wyniesie 70% wartości zamówienia”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 66:

Dotyczy paragrafu 7 ust. 7

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „Wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1-6 powyżej oblicza się od wartości netto”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 67:

Dotyczy części nr 5, pozycja 8 i 9

5. Czy Zamawiający dopuści szkiełka o standardowej grubości 0,15mm +/- 0,02mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 68:

Dotyczy części nr 5, pozycja 24

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek w kl. IIa?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 69:

Dotyczy części nr 6, pozycja 6

7. Określenie „superior” jest nazwą własną szkiełek produkowanych przez firmę Marienfeld, które są szkiełkami o doskonałej jakości i o gładkiej powierzchni charakteryzującymi się tym, że są:

- zgodne z normą DIN ISO 8037/1
- posiadają wymiary 76 x 26 mm, grubość 1 mm – szkiełka cięte
- autoklawowalne
- gotowe do użycia
- wykonane ze szkła sodowo-wapniowego

czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia sformułowaniem „superior” miał na myśli szkiełka posiadające ww. cechy i wymaga zaoferowania szkiełek spełniających te wymogi jakościowe?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że tak.

Pytanie nr 70:

Dotyczy części nr 6, pozycja 7

8. Ponieważ określenie „superior” jest nazwą własną szkiełek produkowanych przez firmę Marienfeld, które są szkiełkami o doskonałej jakości, wykonane ze szkła boro krzemowego, w pierwszej klasie odporności hydrolitycznej, całkowicie bezbarwne, zupełnie jasne, z białego szkła, o grubości nr 1.

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia sformułowaniem „superior” miał na myśli szkiełka posiadające ww. cechy i wymaga zaoferowania szkiełek spełniających te wymogi jakościowe?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że tak.

Pytanie nr 71:

pakiet 11, poz 2

Czy Zamawiający dopuści test w formie kasetki o czułości: 99,6% i swoistości: 99,1%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 72:

część 11 poz 3

Czy Zamawiający dopuści test w opakowaniu a 20 szt. spełniający wymagania dot. czułości i swoistości?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 73:

część 2 poz 2

Czy Zamawiający dopuści test o zakresie pomiarowym 50ng/ml-1 mg/ml?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 74:

część 2 poz 2

Czy Zamawiający dopuści test o cut-off: 50 ng/ml?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 75:

część 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści test o czułości 97,3%, swoistości 98,5% i zakresie pomiarowym: 40 ng/ml – 1 mg/ml?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Ponadto:

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1 Ustawy** dokonuje zmiany w treści SWZ – Zamawiający wykreśla omyłkowo dodany w Załączniku nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy w **Części nr 2** opis pod tabelą oraz dokonuje zmiany w Załączniku nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy w **Części nr 12 poz. 2, 4 i 5**. Zgodnie z **art. 286 ust. 7 Ustawy** Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

W związku z powyższym, zgodnie z **art. 286 ust. 3 Ustawy** Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **15.03.2023 roku do godz. 09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **15.03.2023 roku o godz. 10:00**. Zmianie ulega **pkt 18 i 19** Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega **pkt 13.1** Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą. **Było** 08.04.2023 r., **jest** 13.04.2023 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak