



Znak: AE/ZP-27-08/21


Tarnów, 2021-05-24

Dotyczy: : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 214.000 EURO) na dostawy: lateksów do identyfikacji bakterii, szybkich testów lateksowych i innych testów diagnostycznych do wykrywania antygenów i przeciwciał, szybkich testów kasetkowych do wykrywania antygenów bakterii Legionella pneumophila, szybkich testów immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania antygeny rotawirusa, adenowirusa i norowirusa dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 2, 4, 5, 6.** Jako producent asortymentu z poz. 2,4,5,6, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o możliwość zaproponowania produktów wymienionych w tych pozycjach jako osobne produkty, ponieważ nie mamy ich dostępnych w zestawie.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 3 wymaga testu identyfikującego gronkowca na podstawie 3 cech: białka A, koagulazy oraz otoczki polisacharydowej?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 5 dopuści opakowanie zawierające 30 testów z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane przez Zamawiającego?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 1 wymaga zestawu złożonego z 3 pasków testowych umieszczonych w opakowaniu w kształcie fiolki oraz aby procedura testu polegała na wprowadzeniu tejże fiolki do opakowania testowego i rozprowadzeniu się próbki poprzez przebicie membranowego dna fiolki przez iglicę umieszczoną na dnie opakowania testowego?
5. **Dotyczy Umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
6. **Dotyczy pkt 22 SWZ Projektowane postanowienia umowy.** Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kar umownych naliczana była od wartości netto a nie brutto.
7. **Dotyczy pkt 22 SWZ Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary, w przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania/wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy, do max. 5% wartości netto niezrealizowanej umowy?
8. **Dotyczy pkt 22 SWZ Projektowane postanowienia umowy.** Prosimy o modyfikację wzoru umowy poprzez dopisanie, iż wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł netto.
9. **Dotyczy pkt 22 SWZ Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy postanowienia, iż dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

10. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z czułością i swoistością jak poniżej: Rotawirus: czułość >99,9%, specyficzność 98,8%; Adenowirus: czułość >99,9%, specyficzność 97,6 %.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-2.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo-cenowej o dodatkowe dwie pozycje, w celu wyceny jednorazowych kartoników testowych oraz enzymu do ekstrakcji do pozycji 1 i 2.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonania oznaczenia z surowicy krwi, pozostając jednocześnie przy wymogu możliwości wykonania oznaczenia z płynu mózgowodzeniowego oraz hodowli bakteryjnych?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych po 10 oznaczeń w opakowaniu z opcją zaokrąglenia „w dół” do 120 testów lub zaokrąglenia „w górę” do 130 testów?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Pakiet 5 pozycja 1 wymagania wobec przedmiotu zamówienia punkt 2: Czy Zamawiający dopuści test ze strefami testowymi A, B, C odpowiednio Noro, Rota, Adenowirus?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Pakiet 5 pozycja 1 wymagania wobec przedmiotu zamówienia punkt 4 Czy Zamawiający dopuści test, gdzie niebieska linia w strefie wynikowej jest potwierdzeniem właściwej pracy testu i poprawne przeprowadzonego badania?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Pakiet 5 pozycja 1 wymagania wobec przedmiotu zamówienia punkt 8 Czy Zamawiający dopuści test o czułości dla rotawirusów 96,3%?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego możliwość uzyskania wyniku wynosi 15 minut od naniesienia próbki?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o parametrach: czułość- dla Rota: 97,3%; Adeno: 95,2%?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści kasetkowy test immunochromatograficzny do jednoczesnego jakościowego wykrywania rota, adeno i norowirusów w próbkach ludzkiego kału , gdzie test zawiera dwa wewnętrzne paski testowe jeden z rozdziałem na testy Rota i Adeno, oraz drugi z rozdziałem na testy Noro GI i Noro GII. Reakcja dodatnia dla testów Noro GI/GII oraz dla testu Rota w postaci linii czerwonej oraz reakcja dodatnia dla testu Adeno w postaci linii w kolorze niebieskim (jak na poniższej ilustracji)?



20. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści testy z zalecaną temperaturą przechowywania od + 2°C do + 30°C?



21. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści testy z możliwością uzyskania wyniku do 15 minut od naniesienia próbki?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści test w którym czułość testu: dla Rota wznosi >99.9%, dla Adeno >99.9% ?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści test w którym swoistość testu: dla Rota wznosi 98.8% dla Adeno 97.6% ?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 zaoferowanie testu do jednoczesnego wykrywania antygeny rota wirusa, adenowirusa, i noro wirusa w próbkach kału o czułości dla rota wirusa wynoszącej >99% oraz czułości dla adenowirusa wynoszącej >99% oraz swoistości dla rota wirusa wynoszącej 98% oraz adenowirusa wynoszącej >99%.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz.: 2, 4, 5, 6** przedmiotu zamówienia jako osobnych produktów, a nie w zestawach, pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje w danej pozycji wszystkie produkty wymienione w zestawie, a ponadto spełni pozostałe wymagania SWZ.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 3 poz. 3** testu opisanego w pytaniu. Zamawiający wymaga zaoferowania testu spełniającego wymagania SWZ.

Ad 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** testy w opakowaniach zawierających 30 testów, przy czym jeżeli Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań to winien zaoferować 2 pełne opakowania testów.

Ad 4 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** testów spełniających wymagania SWZ.

Ad 5 Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę.

Ad 6-9 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do projektowanych postanowień umowy.

Ad 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** testów o parametrach opisanych w pytaniu.

Ad 11 Zamawiający dopuszcza dodanie w Formularzu Cenowym w **Pakiecie Nr 3 poz.: 1-2** dodatkowych pozycji w celu wyceny produktów niezbędnych do wykonania oznaczenia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagania SWZ.

Ad 12 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** określone w SWZ.

Ad 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** testów konfekcjonowanych po 10 oznaczeń w opakowaniu, pod warunkiem zaoferowania 13 takich opakowań i spełniania wymagań SWZ.

Ad 14 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** określone w SWZ.

Ad 15 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** określone w SWZ.

Ad 16 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** określone w SWZ.

Ad 17 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** określone w SWZ.

Ad 18 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** określone w SWZ.

Ad 19 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** określone w SWZ.



Ad 20 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 5** poz. 1 określone w SWZ.

Ad 21 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 5** poz. 1 określone w SWZ.

Ad 22 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 5** poz. 1 określone w SWZ.

Ad 23 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 5** poz. 1 określone w SWZ.

Ad 24 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 5** poz. 1 określone w SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a



Z up. DYREKTORA

mgr piel. Marla Bawól
Zastępca Dyrektora

