



Warszawa, 26.11.2025 r.

Informacja o pytaniach do postępowania

- Zamawiający:** Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141
- Nr postępowania:** WIM.ZP.119.2025
- Nazwa postępowania:** „Dostawa mikroskopów optycznych w podziale na części dla Wydziału Inżynierii Materiałowej:
Część 1) świetlne mikroskopy metalograficzne do pracy w trybie hybrydowym
Część 2) świetlne mikroskopy metalograficzne do laboratoriów dydaktycznych.”
- Tryb udzielenia zamówienia:** Zamówienie publiczne zostanie udzielone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 (wariant 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej działając w imieniu Zamawiającego informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem dot. postępowania przetargowego, a Zamawiający udzielił wyjaśnień:

Pytania z dnia 26.11.2025

Pytanie nr 1:

Po ich analizie zwracamy się z prośbą o dodatkowe doprecyzowanie dotyczące łącznej liczby wymaganych obiektywów, ponieważ udzielone wyjaśnienia pozostają ze sobą niezgodne.

W odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający wskazał, że:

„intencją zapisu jest głowica z miejscami na 5 obiektywów i jednoczesne zamontowanie minimum 4 obiektywów ze wzmiankowanego zakresu”.

Natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 2 Zamawiający wskazał, że:

„obiektywy ciemnopolowe mają wchodzić w skład zestawu obiektywów z pkt 7, tzn. dwa z pięciu obiektywów wskazanych w pkt 7 mają być jednocześnie obiektywami do obserwacji w ciemnym polu”.

Z powyższego wynika, że raz mowa o zestawie obejmującym 4 obiektywy, a w innym miejscu o zestawie obejmującym 5 obiektywów — z czego dodatkowo dwa mają być typu ciemnopolnego.

Z uwagi na to, że warunek ten wpływa bezpośrednio na konstrukcję i wartość zestawu, uprzejmie prosimy o jednoznaczne wskazanie:

Ile obiektywów Zamawiający wymaga w ramach zestawu określonego w pkt 7 Załącznika nr 2 — 4 czy 5?

Doprecyzowanie tej kwestii jest konieczne, aby możliwe było przygotowanie oferty zgodnej z Państwa wymaganiami.

Odpowiedź na pytanie 1

Dotyczy części 1: ŚWIETLNE MIKROSKOPY METALOGRAFICZNE DO PRACY W TRYBIE HYBRYDOWYM, pkt 6 i 7

Nastąpiła pomyłka - powinno być: obiektywy ciemnopolowe mają wchodzić w skład zestawu obiektywów z pkt 7, tzn. dwa z pięciu obiektywów wskazanych w pkt 7 mają być jednocześnie obiektywami do obserwacji w ciemnym polu.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że w naszej opinii wybór 4 lub 5 obiektywów (z czego 2 ciemnopolowe) nie wpływa istotnie na konstrukcję zestawu.

W związku z pomyłką załączamy poprawiony załącznik nr 2.

Zatwierdzam

/-/

Dziekan

Wydziału Inżynierii Materiałowej
Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska