	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup mammografu cyfrowego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/16/2021</p>
--	--	---

Elbląg, dnia 06.07.2021r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup mammografu cyfrowego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.. Nr sprawy **ZP/16/2021**,

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SWZ

Pytanie 1

Punkt 24: Uznanie za równoważne:

„Aparat dobiera optymalny kąt kompresji na podstawie podatności piersi na dalszy ucisk – gdy pierś przestaje zmieniać swoją grubość ucisk ustawia się pod kątem oferując optymalną jakość obrazu przy jak najmniejszym dyskomforcie dla pacjentki, możliwość aplikacji większego ucisku przez technika jeśli uzna on to za stosowne”

Dodatkowo takie rozwiązanie, oprócz zmniejszenia dolegliwości bólowych, poprawia ucisk piersi w obrębie brodawki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Punkt 29: Dopuszczenie mammografu, którego statyw wynosi 70-141 cm. Jest to zakres umożliwiający wykonanie badań zarówno pacjentkom na wózku inwalidzkim oraz pacjentek wysokich. Obecny wymóg nie pozwoli na złożenie nam ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mammograf, którego statyw wynosi min. 70-140 cm. Zmieniono terśc pkt. 29 zał. 1.1 – bez punktacji

Pytanie 3

Punkt 33: Wprowadzenie punktacji dla największej wartości SID, która wpływa na wygodę przy pozycjonowaniu pacjentki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Punkt 35: Uznanie za równoważne rozwiązania, które również wpływa na zmniejszenie możliwości pomyłek, a mianowicie na możliwość zmiany stron i projekcji oraz przenoszeniu zdjęć między pacjentkami.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5

Punkt 36: Wprowadzenie punktacji dla systemu, który oprócz powiększenia 1,5x posiada drugie powiększenie np. 1,8x. Pozwoli to Zamawiającemu na większe spektrum badań z powiększeniem oraz uzyskanie większej rozdzielczości.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 6

Punkt 42: Wprowadzenie punktacji dla mammografu, którego płytka uciskowa 18x24 (±1cm) automatycznie przesuwa się do kolejnych projekcji w zależności od wybranej procedury na stacji technika (centralnie dla CC, prawo/lewo dla MLO)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 7

Punkt 56: Dopuszczenie monitora 21”

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie 8

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup mammografu cyfrowego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/16/2021</p>
--	--	----------------------------------

Punkt 58: Dopuszczenie 16GB RAM. Komponenty stacji technika dobierane są przez producenta w celu zapewnienia sprawnego działania całego systemu. 16GB RAM w zupełności wystarczy to sprawniej obsługi oprogramowania i mammografu.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie 9

Kategoria STACJA OPISOWA: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie parametru opisującego funkcjonalność stacji opisowej polegającej na możliwości oznaczenia obszaru zainteresowania i wysłania go na stację technika np. gdzie ma zrobić zdjęcie powiększone. Takie rozwiązanie ułatwia prace w sytuacjach kiedy stacja opisowa nie znajduje się obok mammografu oraz wtedy kiedy lekarz opisujący pracuje w innych godzinach niż technik.

Odpowiedź: Dopuszczamy zaproponowane rozwiązanie lecz nie wymagamy

Pytanie 10

Punkt 81: Wyjaśnienie kto jest dostawcą PACS/RIS oraz czy Zamawiający posiada wolne licencje na podłączenie mammografu i stacji opisowej?

Odpowiedź: Dostawcą systemu PACS/RIS jest ALTERIS. Zamawiający nie posiada wolnych licencji.

Pytanie 11

Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany mammograf posiadał możliwość rozbudowy o funkcję tomosyntezy na dzień składania ofert. Taki zapis zapewni Zamawiającemu, że nie otrzyma najtańszej opcji bez możliwości przyszłej rozbudowy. Dodatkowo tomosynteza jest funkcjonalnością coraz bardziej popularną i rozwijającą się, która w przyszłości może się stać częścią badań skryningowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby oferowany mammograf miał możliwość rozbudowy (bez wymiany detektora) o funkcję tomosyntezy i biopsji. Warunek punktowany TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt. Zamawiający dodaje punkt 3.1 w zał. 1.1.

Pytanie 12

Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SWZ – punkt 44 i 79

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu chodzi o jeden zestaw fantomów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeden zestaw spełniający wymagania pkt. 44 i 79

Pytanie 13

Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SWZ – punkt 74 i 78

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch czy jednego monitora? Jeśli jednego to jaka ma być minimalna przekątna 19" czy 22"?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla punkt 78

Pytanie 14

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu od pn - pt (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w wymaganym czasie reakcji serwisu i naprawy gwarancyjnej.

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odpowiedź: Termin dostawy liczony w dniach kalendarzowych, pozostałe terminy w dniach roboczych.

Pytanie 15

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz rozprzestrzeniającym się zagrożeniem związanym z chorobą COVID-19, która zmusiła do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy aparatu do 7 tygodni od daty podpisania umowy.

Należy wziąć pod uwagę, że aparat mammograficzny jest specjalistycznym sprzętem rentgenodiagnostycznym, produkowanym przez producenta zagranicznego, zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy, a więc termin ten jest niewystarczający. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawcy grożą kary umowne.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu[®] ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup mammografu cyfrowego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.</p>	Nr sprawy: ZP/16/2021
--	---	--------------------------

W związku z powyższym, bardzo prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy mammografu przynajmniej do 7 tygodni od dnia podpisania umowy

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 16

Dotyczy ust. 4 i 5 § 5 projektu umowy

Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

Jednocześnie informujemy, że przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego i nie jest możliwa jego wymiana w tak krótkim czasie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.

Pytanie 17

Dotyczy ust. 3 § 6 projektu Umowy i pkt.89 załącznika nr 1.1

Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny lub zdalny jako przystąpienie do naprawy?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 18

Dotyczy pkt.89 załącznika nr 1.1

Prosimy o wydłużenie terminu do 48 godzin zgodnie z zapisem w ust. 3 § 6 projektu Umowy ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.

Pytanie 19

Dotyczy ust 4 § 6 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie czasu na usunięcie wad i usterek w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych i w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy).

Proponujemy termin do 4 dni roboczych (w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych) i do 8 dni roboczych w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy).

Wyjaśniamy, że w przypadku aparatu rentgenodiagnostycznego, jakim jest mammograf, czas naprawy, zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobniejszych uszkodzeń, nie wymagających wymiany sprowadzanych od producenta części zamiennych, naprawa może trwać kilka godzin. Natomiast w przypadku uszkodzenia, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennej od producenta z USA, czas takiej naprawy wydłuża się o czas sprowadzenia (transportu) danej części do kraju i wtedy taka napraw może trwać do 10 dni roboczych.

W związku z tym prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez uwzględnienie ww. propozycji.

Odpowiedź: Zamawiaczy modyfikuje zapis ust. 4 § 6 projektu umowy na: „4. Czas na usunięcie wad i usterek do 4 dni roboczych (w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych) i do 8 dni roboczych w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) od chwili zgłoszenia awarii”, oraz zapis ust. 1 pkt. 4) § 7 projektu umowy na: „4) w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek w stosunku do czasu określonego w § 6 ust. 4 umowy, w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.”

Pytanie 20

Dotyczy ust. 4 § 6 projektu umowy

W nawiązaniu do w/w punktu, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, zapewnienia sprzętu zastępczego, gdyż w przypadku mammografu - urządzenia rentgenodiagnostycznego, montowanego na stałe do podłoża, jest niemożliwe.

Wyjaśniamy, iż dostarczenie aparatu mammograficznego na czas przedłużającej się naprawy, zaledwie ponad 3 dni, w przypadku tak specjalistycznego aparatu jakim jest mammograf, jest niezasadne w krótkim czasie, ze względu na szereg czynności związanych z tym procesem. Najpierw należy zdemontować uszkodzony mammograf, przygotować ponownie pomieszczenie pod instalację zastępczego aparatu, zainstalować go, przeprowadzić kalibrację, ale najważniejsze uruchomić aparat. Uruchomienie aparatu zastępczego jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatację tego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, które wynosi do 30 dni, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

Dlatego też, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu zapewnienia sprzętu zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu, zapewnienia sprzętu zastępczego

Pytanie 21

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu[®] ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup mammografu cyfrowego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/16/2021</p>
--	---	----------------------------------

W nawiązaniu do ust.1.1) § 7 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j.w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 22

W nawiązaniu do ust.1.2) § 7 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia sprzętu niekompletnego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 23

W nawiązaniu do ust.1.5) § 7 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 24

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, prosimy o umieszczenie zapisu obciążającego również Zamawiającego karą umowną (w wysokości, jak przewidziana dla Wykonawcy), w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn leżących pod stronę Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje w § 7 w ust. 1 pkt. 8) o treści: „ za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z winy Zamawiającego, Wykonawca będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 10% przedmiotu zamówienia.”

Pytanie 25

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie: projektu budowlanego pracowni, starego projektu ochrony radiologicznej pracowni jeśli istnieje.

Odpowiedź: Zamawiający dołącza do nn. wyjaśnień projekt ochrony radiologicznej z 07.05.2009r.

Pytanie 26

Zwracamy się z prośbą o określenie przeznaczenia sąsiadujących pomieszczeń pracowni.

Odpowiedź: W sąsiadujących pomieszczeniach umiejscowione są gabinety lekarskie

Pytanie 27

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji, tj.:

- a. Liczby ekspozycji wykonywanych w ciągu jednego dnia roboczego
- b. Czasu jednej ekspozycji

Odpowiedź:

Liczby ekspozycji wykonywanych w ciągu jednego dnia roboczego – obecnie max. 40

Czasu jednej ekspozycji – brak danych

Pytanie 28

Prosimy o wskazanie osoby (e-mail, nr telefonu), która będzie kompetentna do określenia geometrii prowadzonych badań (gdzie będzie znajdować się lampa RTG?, gdzie będzie przebywał operator aparatu? W którą stronę będzie skierowana wiązka pierwotna promieniowania?)

Odpowiedź: Adres e-mail: rtg@szpitalmiejski.elblag.pl

Pytanie 29

Czy pomieszczenie pracowni spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi?

Odpowiedź: Pracownia spełnia wymagania dla obecnie użytkowanego sprzętu

Pytanie 30

Czy pomieszczenie pracowni spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą?

Odpowiedź: Pracownia spełnia wymagania dla obecnie użytkowanego sprzętu

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup mammografu cyfrowego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/16/2021</p>
--	--	---

Pytanie 31

Dotyczy Załącznika nr 1.1, Zestawienie parametrów technicznych, p. 56.

Czy Zamawiający dopuści monitor obsługowy technika LCD o przekątnej min. 19”?

Wielkość ta jest powszechnie stosowana przy mammografach cyfrowych do badań przesiewowych i nie stanowi ograniczenia w obsłudze i użytkowaniu aparatu. Na monitorze w sposób czytelny i jasny wyświetlane są wszystkie przyciski do obsługi aparatu oraz uzyskany obraz. Obecnie postawiony wymóg min. 22” spełnia jedynie produkt jednego producenta, przez co inni nie mają możliwości złożenia ważnej, niepodlegającej odrzuceniu i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie 32

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ pkt. 81

Prosimy Zamawiającego o określenie nazw producentów systemów RIS/PACS? Czy Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami Pacs/RIS w zakresie planowanego zakupu urządzeń?

Odpowiedź: Dostawcą systemu PACK/RIS jest ALTERIS. Zamawiający nie posiada wolnych licencji.

Pytanie 33

Dotyczy SWZ, rozdział XIII pkt. 1.2)

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ pkt. 83

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego mammografu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga potwierdzenia głównych parametrów technicznych odpowiednimi aktualnymi materiałami informacyjne producenta w postaci np. katalogów, folderów, broszur, instrukcji

Zamawiający dopuszcza w zamian ww. dokumentów oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że ofertowany przez niego sprzęt posiada wszystkie parametry techniczne w odniesieniu do wymaganych przez Zamawiającego, również te które nie są zawarte w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach

Pytanie 34

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ pkt. 83

Czy Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska i dokumenty wymienione w w/w punkcie należy przedstawić jako przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą?

Odpowiedź: Tak nastąpiła omyłka pisarska – dokumenty wymienione w w/w punkcie należy przedstawić jako przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą

Pytanie 35

Dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona wszelkie niezbędne prace przygotowawcze w pomieszczeniach pracowni mammograficznej umożliwiające montaż i uruchomienie mammografu zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu.

W szczególności: przygotowanie podłoża, dostawa rozdzielni elektrycznej i podłączenie zasilania, wykonanie osłonności radiologicznej jeśli po wykonaniu projektu osłon stałych zajdzie konieczność modyfikacji istniejącej osłonności.

Odpowiedź: Potwierdzamy

Pytanie 36

Dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni i przygotowuje drogę transportową o odpowiednich wymiarach i nośności podłoża.

Odpowiedź: Potwierdzamy

Pytanie 37

Dotyczy SWZ

W związku z tym, że instalacja i uruchomienie mammografu wymaga wykonania prac przygotowawczych, które nie są objęte zakresem umowy wnosimy o rozbicie formularza oferty oraz treści umowy w zakresie przedmiotu i terminów realizacji na:

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu[®] ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup mammografu cyfrowego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/16/2021</p>
--	---	----------------------------------

- a) dostawa aparatu w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy – potwierdzona protokołem dostawy i następnie Fakturą zakupu mammografu cyfrowego
- b) montaż, uruchomienie, projekt osłon itp. – 30 dni od informacji o gotowości pomieszczeń do instalacji – potwierdzone stosownym protokołem i Fakturą na dostawę, instalację, przeszkolenie personelu oraz serwisowanie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 38

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ, §6 ust. 4

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt stacjonarnych systemów mammograficznych jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu, zapewnienia sprzętu zastępczego

Pytanie 39

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ, §7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o treści: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 40

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ, §8 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „Oświadczenie winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego, w tym terminowego, wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.”?

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadmierzającą) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należyłą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

Pytanie 41

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ, §10 ust. 2


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o treści: „Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.”?

Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmoczonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 42

dotyczy §IX punkt 79)

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu[®] ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup mammografu cyfrowego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/16/2021</p>
--	---	-----------------------------------

Czy opisane oprogramowanie ma być objęte licencją bezterminową i wspomagać wykonywanie testów podstawowych dla wszystkich dostarczanych urządzeń (mammograf, monitory, drukarka), zgodnie z aktualnym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r.?

Jeżeli tak, to czy wraz z programem należy zaoferować instalację, uruchomienie i szkolenie z obsługi programu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 43

Czy wraz z mammografem powinien zostać zaoferowany program do kontroli dawek używanych w celach diagnostycznych (zgodnie ze znowelizowaną Ustawą Prawo Atomowe), pozwalający na optymalizację i automatyczne porównanie dawek z ustawowymi poziomami referencyjnymi oraz generowanie raportów zgodnych z wymogami KCOR, objęty bezterminową licencją i aktualizacją do obowiązujących wymagań co najmniej w okresie gwarancji?

Jeżeli tak, to czy wraz z programem należy zaoferować instalację, uruchomienie i szkolenie z obsługi programu?

Odpowiedź: Parametry zaoferowanego sprzętu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 44

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy dobrze rozumiemy zapis SWZ. Czy Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego ma przekazać certyfikaty i inne wymagane dokumenty dotyczące samego urządzenia (Mammograf) czy też do jego części składowych takich jak detektor, konsola technika wyspecyfikowanych w OPZ?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującym prawem

Pytanie nr 45

Prosimy o informację w obecnej sytuacji epidemiologicznej Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego? Lub też złożenie podpisu chociaż przez jedną ze stron podpisem kwalifikowanym.

Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej potrzeby Zamawiającego.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 46

Dotyczy SWZ rozdział XIII, pkt 1 ppkt. 2

Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych niewyszczególnionych w katalogach firmowych.

Odpowiedź: Patrz wyjaśnienia na pytanie nr 33

Pytanie nr 47

Dotyczy OPZ – załącznik nr 1.1 do SWZ

Prosimy wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy SWZ a OPZ.

Zgodnie z zapisami w SWZ tj. rozdział XIII, punkt 1 podpunkt 2 „Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą

1) dokumenty potwierdzające że oferowane urządzenie/sprzęt posiada aktualnie dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015., poz. 876 z późn. zm.) oraz że posiada Certyfikat CE,

2) Materiały informacyjne - katalogi, foldery, prospekty producenta lub instrukcje obsługi itp. w języku polskim dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia. ”

A w treści załącznika nr 1.1 w pkt 83 czytamy, iż należy katalogi itp. dołączyć na wezwanie.


83 Potwierdzenie głównych parametrów technicznych odpowiednimi aktualnymi materiałami informacyjne producenta w postaci np. katalogów, folderów, broszur, instrukcji Tak,

dołączyć do oferty na wezwanie

Prosimy o jednoznaczne wskazanie kiedy należy złożyć katalogi, foldery, prospekty producenta lub instrukcje obsługi itp.?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SWZ tj. rozdział XIII, punkt 1 podpunkt 2 „Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu[®] ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup mammografu cyfrowego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.</p>	Nr sprawy: ZP/16/2021
--	---	--------------------------

1) Dokumenty potwierdzające że oferowane urządzenie/sprzęt posiada aktualnie dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020., poz. 186 z późn. zm.) oraz że posiada Certyfikat CE lub oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz.186 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie,

2) Potwierdzenie głównych parametrów technicznych odpowiednimi aktualnymi materiałami informacyjne producenta w postaci np. katalogów, folderów, broszur, instrukcji

Zamawiający dopuszcza w zamian ww. dokumentów oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że ofertowany przez niego sprzęt posiada wszystkie parametry techniczne w odniesieniu do wymaganych przez Zamawiającego, również te które nie są zawarte w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach

Pytanie nr 48

Dotyczy formularza oferty

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca musi ponownie wpisywać cenę w formularzu oferty w pozycji bez VAT , z VAT oraz wskazać słownie kwotę podatku kiedy wypełnił już pozycje cena ryczałtowa bez VAT, cena ryczałtowa z VAT oraz w tym należny podatek VAT ?

„Cena ryczałtowa bez VAT zł. słownie :

Cena ryczałtowa z VATzł. słownie :

W tym należny podatek VAT zł.

Powyższa cena ryczałtowa zawiera koszty: dostawy i zainstalowania sprzętu, integracji mammografu z systemem RIS/PACS, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu, w kwocie:

bez VAT zł.

z VATzł.

W tym należny podatek VAT zł.”

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował treść załącznika nr 1 - Oferta

Pytanie nr 49

Dotyczy: Załącznik nr 1.1, pkt. 5

5. Generator zintegrowany w statywie mammografu TAK

Czy Zamawiający dopuści generator niezintegrowany ze statywem mammografu ?

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że wymóg ten nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, gdyż generator w nowoczesnych mammografach zajmuje mało miejsca i w żaden sposób nie utrudnia dostępu do mammografu oraz co najważniejsze nie wpływa to na wielkość wymaganego pomieszczenia do instalacji mammografu. Potwierdzeniem faktu, iż mammograf z generatorem niezabudowanym w statywie w żaden sposób nie wymaga większego pomieszczenia oraz nie ogranicza jego możliwości diagnostycznych jest jego skuteczna praca w kilkudziesięciu pracowniach mammograficznych w Polsce zarówno w wersji podstawowej, jaki i z tomosyntezą oraz biopsją. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że rozwiązanie z generatorem zlokalizowanym poza obudową statywu urządzenia jest funkcjonalnie korzystniejsze. Pozwala na lepsze chłodzenie generatora, który w czasie pracy wydziela dużą ilość ciepła. Poprawia również warunki serwisowania sprzętu, przez co wpływa na znaczne skrócenie czasu przestoju aparatu w czasie dokonywania niezbędnych przeglądów czy napraw.

Odpowiedź: Dopuszczamy generator niezintegrowany ze statywem mammografu

Pytanie nr 50

Dotyczy: Załącznik nr 1.1, pkt. 24

24. Aparat dobiera optymalną siłę kompresji na podstawie podatności piersi na dalszy ucisk - gdy pierś przestaje zmieniać swoją grubość ucisk zatrzymuje się oferując optymalną jakość obrazu przy jak najmniejszym dyskomforcie dla pacjentki; możliwość aplikacji większego ucisku przez technika, jeśli uzna on to za stosowne TAK

Czy Zamawiający uzna za spełnienie ww. wymogu, w którym decyzję doboru siły kompresji do gęstości i typu tkanki podejmuje technik wykonujący badanie, a aparat automatycznie uciska pierś do zadanej wartości ucisku? Dane do doboru parametrów automatycznego ucisku są wprowadzane przez producenta zazwyczaj na podstawie badań pacjentek o różnej budowie piersi i różnych ras, wykonanych w różnych obszarach geograficznych, co nie do końca koresponduje z wynikami lokalnymi. Według naszej wiedzy automatyczny dobór siły kompresji w praktyce powoduje stosowanie wyższych sił ucisku, niż siły kompresji dobrane manualnie przez doświadczonego technika (przy zachowaniu diagnostycznego obrazu badania), narażając pacjentki na dodatkowy dyskomfort podczas badania.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup mammografu cyfrowego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/16/2021</p>
--	--	----------------------------------

Pragniemy zauważyć, że system kompresji stosowany w naszym rozwiązaniu dobiera odpowiednie tempo kompresji (czyli siłę*czas) w zależności od ciśnienia (gęstości obiektu) - powoduje to generowanie zróżnicowanego nacisku na obiekt w zależności od jego objętości i struktury czyli m.in sposobu poddawania się płytce kompresyjnej - dodatkowo system także uwzględnia różnice struktury i budowy aktualnej płytki kompresyjnej (autodetekcja). W rezultacie mamy zróżnicowany czas, łatwiej się poddający na innego rodzaju obiekt: gęstszy i o twardszej strukturze. Docelowa siła kompresji pozostanie zgodna z procedurami natomiast jej dobór zmienia się w czasie dla różnego rodzaju struktur piersi.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 51

Dotyczy: Załącznik nr 1.1, pkt. 53

53. Grubość obudowy detektora od strony pacjentki, ułatwiająca pozycjonowanie zwłaszcza cięższych pacjentek
 Max. 85 mm ≤ 70 mm – 5 pkt

> 70 mm – 0 pkt

Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie punktacji z w/w zapisów.

W zakresie tego parametru należy wskazać, że mamy do czynienia z punktacją dotyczącą elementu konstrukcyjnego urządzenia, które nie ma żadnego wpływu na jego użytkowanie, funkcjonalność ani na jakość uzyskiwanych wyników. Grubość obudowy detektora większa niż 70 mm w żaden sposób nie utrudnia pozycjonowanie cięższych pacjentek. Mammografy te skutecznie i bez najmniejszych problemów pracują w kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce zarówno w wersji podstawowej, jak i z tomosyntezą oraz z biopsją i nigdy grubość obudowy detektora (nawet powyżej 70 mm) nie stanowiła problemu podczas pozycjonowania pacjentek.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 53 z zał. 1.1

Pytanie nr 52

Dotyczy: Załącznik nr 1.1, pkt. 55

55. Zmiana wysokości pulpitu konsoli technika TAK – 5 pkt

NIE - 0 pkt

Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ?

Należy podkreślić, że wymóg ten ma znaczący wpływ na ostateczną cenę mammografu (podraża jego wartość), natomiast w praktyce technicy nie zmieniają wysokości pulpitu konsoli.

Rezygnacja z w/w zapisu pozwoli udzielić dłuższej gwarancji na cały mammograf cyfrowy, a to dla Zamawiającego jest znacznie korzystniejsze, niż możliwość regulacji wysokości konsoli.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia punktację na następującą: Zmiana wysokości pulpitu konsoli technika TAK – 1 pkt

NIE - 0 pkt

Pytanie nr 53

Dotyczy: Załącznik nr 1.1, pkt. 56

56. Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 22" TAK, podać

Czy Zamawiający dopuści monitor LCD 2MP 21,3"? Jest to monitor renomowanego producenta monitorów medycznych o parametrach znacznie lepszych, niż niejeden monitor LCD HD o przekątnej 22", który można kupić w salonie komputerowym.

Odpowiedź: Dopuszczamy, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31

Pytanie nr 54

Dotyczy: Załącznik nr 1.1, pkt. 58

58. Pamięć operacyjna RAM Min. 32 GB Tak, podać

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie konsoli technika wyposażonej w komputer o pamięci operacyjnej 16 GB. Należy zauważyć, że każdy z producentów mammografów cyfrowych oferuje komputery o parametrach dedykowanych do swoich rozwiązań. W naszym przypadku jest to 16 GB, które jest wystarczające nawet w mammografach z tomosyntezą i biopsją.

Odpowiedź: Dopuszczamy, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8

Pytanie nr 55

Dotyczy: Załącznik nr 1.1, pkt. 46

46. Matryca detektora dla maksymalnego formatu Min. (2300 x 2850) pikseli TAK, podać

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu[®] ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup mammografu cyfrowego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/16/2021</p>
--	---	----------------------------------

Zamawiający w w/w punkcie dopuszcza mammograf o najniższych parametrach dostępnych na rynku. Z uwagi na fakt, że rozdzielczość matrycy detektora stanowi najważniejszy parametr jakościowy prosimy o wprowadzenie punktacji jak poniżej. Pozwoli to Zamawiającemu premiowanie najnowszych i najbardziej funkcjonalnych rozwiązań.

46. Matryca detektora dla maksymalnego formatu
 Min. (2300 x 3000) pikseli \geq 4000 x 5000 pikseli – 5pkt.
 < 4000 x 5000 pikseli – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną propozycję i dokonuje modyfikacji punktu 46 zał. 1.1 Matryca detektora dla maksymalnego formatu Min. (2300 x 2850) pikseli. \geq 4000 x 5000 pikseli – 5 pkt. < 4000 x 5000 pikseli – 0 pkt

Pytanie nr 56

Dotyczy: Załącznik nr 1.1, pkt. 47

47. Rozmiar piksela Max. 100 μm \leq 85 μm – 5 pkt
 > 85 μm – 0 pkt

W związku z tym, że na rynku dostępne są mammografy, które posiadają detektory o rozmiarze piksela od 50 do 100 μm zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację punktacji w tym kryterium na bardziej sprawiedliwą, która premiować będzie najlepsze rozwiązania dostępne na rynku. Dlatego też proponujemy:

47. Rozmiar piksela Max. 100 μm \leq 60 μm – 8 pkt
 61 - 70 μm – 6 pkt
 71 - 80 μm – 4 pkt
 81 - 90 μm – 2 pkt
 >90 μm – 0 pkt

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną propozycję i dokonuje modyfikacji punktu 47 zał. 1.1 Rozmiar piksela Max. 100 μm

\leq 60 μm – 7 pkt
 61 - 70 μm – 4 pkt
 71 - 80 μm – 2 pkt
 81 - 90 μm – 1 pkt
 >90 μm – 0 pkt

Pytanie nr 57

Dotyczy: Załącznik nr 1.1, pkt. 74

74 Kolorowy monitor LCD: przekątna min. 22", rozdzielczość min. 1920 x 1200, kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 170° / 170°, jasność min. 250 cd/m² TAK, podać

Czy Zamawiający dopuści monitor o przekątnej 21"? Jest to niewielka różnica od wymaganego w w/w zapisach, jednak cenowo znacznie tańsza opcja.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 58

Dotyczy: Załącznik nr 1.1, pkt. 3

3 Mammograf fabrycznie nowy i nie używany, rok produkcji 2021 (nie dopuszcza się aparatów demo) TAK, podać

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany mammograf miał możliwość rozbudowy (bez wymiany detektora oraz na miejscu instalacji mammografu) o tomosyntezę i biopsję?

Wszyscy najwięksi producenci mammografów (GE, Siemens, FUJIFILM, Hologic, Planmed) w swojej ofercie posiadają mammograf z możliwością rozbudowy, czyli wymóg ten w żaden sposób nie ogranicza konkurencyjności, a jedynie zabezpiecza dobrze pojęty interes Zamawiającego, np. w sytuacji, gdy tomosynteza będzie warunkiem koniecznym ubiegania się o kontrakt na wykonywanie badań przesiewowych, a Zamawiający w ramach dofinansowania będzie zobligowany świadczyć te usługi przez 5 lat. Brak możliwości rozbudowy o tomosyntezę wiąże się z wymianą mammografu na nowy, a to jest znacznie droższe rozwiązanie, niż rozbudowa o tą funkcjonalność.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby oferowany mammograf miał możliwość rozbudowy (bez wymiany detektora) o funkcję tomosyntezy i biopsji. Warunek punktowany TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt. Zamawiający dodaje punkt 3.1 w zał. 1.1.

Pytanie nr 59

Dotyczy wymogu wskazanego w rozdziale XIII, punkt 1 podpunkt 1 SWZ

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup mammografu cyfrowego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.</p>	Nr sprawy: ZP/16/2021
--	--	--------------------------

Prosimy wyjaśnienie czy Zamawiający zamiast dokumentów potwierdzających, że urządzenie oferowane przez Wykonawcę posiada aktualnie dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015., poz. 876 z późn. zm.) oraz że posiada Certyfikat CE, które są dostarczane przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego dostawy dopuści złożenie oświadczenie Wykonawcy, które potwierdzi posiadanie wymaganych dokumentów?

Poniżej propozycja treści oświadczenia:

„Oświadczamy, iż posiadamy niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz.186 z późniejszymi zmianami), które przedłożymy Zamawiającemu na każde żądanie” .

Pragniemy zauważyć iż zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Wykonawcy muszą przekładać i posiadać dokumenty dotyczące każdego wyrobu czyli nie tylko mammografu ale też jego wyposażenie dodatkowego będącego wyrobem medycznym więc katalog tych dokumentów jest szeroki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumenty potwierdzające że oferowane urządzenie/sprzęt posiada aktualnie dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020., poz. 186 z późn. zm.) oraz że posiada Certyfikat CE lub oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz.186 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.

Pytanie nr 60

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży czas realizacji w sytuacji, gdy nie będzie w stanie przekazać Wykonawcy pomieszczeń do montażu urządzeń w wymaganym terminie lub infrastruktura wymagana do uruchomienia urządzeń nie będzie umożliwiała zakończenia realizacji umowy.

Odpowiedź: Potwierdzamy

Pytanie nr 61

Dotyczy umowy par 6 ust. 4 – wymóg dostarczenia urządzenia zastępczego

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje skomplikowany system, którego czas dostawy od producenta wynosi kilka tygodni. Po dostawie sprzętu medycznego i komputerowego przez producenta należy wykonać montaż oraz instalację całego oprogramowania medycznego, kalibrację oraz wykonanie wszystkich testów rozruchowych. Dopiero po tym procesie następuje uruchomienie systemu. Końcowym zaś elementem zajmującym również bardzo dużo czasu jest formalny odbiór pomieszczeń. Biorąc pod uwagę powyższe, zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej naprawy będzie możliwe nieporównywalnie wcześniej niż dostarczenie urządzenia zastępczego. Ponadto jak wiadomo użytkownik nie ma prawa do korzystania z nowego, zastępczego mammografu bez uzyskania zgody SANEPiD-u. Innymi słowy, przez jeden dzień czy nawet kilkanaście dni w pracowni RTG będzie stał nieużywany aparat RTG (z przyczyn formalno-prawnych niemogący pełnić roli mammografu zastępczego), dostarczony wyłącznie po to, aby spełnić formalne zapisy umowy.

Prosimy wziąć pod uwagę, że Wykonawca wystarczająco dotkliwie odczuje skutki zwłoki w wykonaniu naprawy ze względu na obwarowanie terminowości wykonania wysokimi karami. Dostawa zastępczego mammografu to dodatkowa strata dla wykonawcy, a żadna korzyść dla Zamawiającego, dlatego prosimy o odstąpienie ww. wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu, zapewnienia sprzętu zastępczego

W załączeniu zmodyfikowana SWZ wraz z załącznikami

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp zmienia treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 09.07.2021r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 09.07.2021r. godz. 9:05

Termin związania z oferta zostaje zmieniony na 07.08.2021r.

Dyrektor
 Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
 (-)
 lek. Mirosław Gorbaczewski