



## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Katowice, dn. 11.03.2021

Znak sprawy: **TZ.252.1.9.2021**

l.dz. WPR/1432/03/2021/W

**Uczestnicy postępowania  
nr WPR/AZ/252/ZP/5/2021**

**Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia na: „Zakup i sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Katowicach. Znak postępowania: WPR/AZ/252/ZP/5/2021.**

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań skierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania papier do Lifepak 12/15 oryginalny, o wymiarach 107 mm x 22 m (pakowany po 2 rolki)?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody oraz papier, były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami Lifepak, zgodnie z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylatorów Lifepak nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii, wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora. Używanie nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów Lifepak?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, by elektrody i papier do EKG były zgodne i kompatybilne z urządzeniem.

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 do osobnego zadania elektrod i papieru do defibrylatorów Lifepak?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 4- Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. strzykawki z logo identyfikującym produkt?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 5 - Pakiet nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. strzykawki z rozszerzeniem 2-3ml?

[www.wpr.pl](http://www.wpr.pl)

40-024 Katowice, ul Powstańców 52  
tel: +48 32 609 31 40  
fax: +48 32 609 31 54  
e-mail: [wpr@wpr.pl](mailto:wpr@wpr.pl)



Bank: Santander Bank Polska S.A.  
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000  
NIP: 954 22 60 707  
REGON: 270151110  
KRS: 000020162



## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

---

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza i modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ w poz. 2 - Zadanie nr 2 (w załączeniu).

**Pytanie nr 6 - Pakiet nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym, z ewentualnym zaokrągleniem do pełnych opakowań. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania opakowania handlowego po 80 szt. Wykonawca winien wycenić 275 opakowań, wówczas należy podać cenę jednostkową netto za opakowanie

**Pytanie nr 7 - Pakiet nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. przyrzędu z logo identyfikującym produkt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8 - Pakiet nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. przyrzędu bez logo?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9 - Pakiet nr 2 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. kranik tylko optycznym identyfikatorem otwarty zamknięty?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 10 - Pakiet nr 2 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. kranik z objętością wypełnienia 0,32ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza i modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ w poz. 7 - Zadanie nr 2 (w załączeniu).

**Pytanie nr 11 - Pakiet nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 12 - Pakiet nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop kaniuli wyk z fep z tylko zastawka antyzwrotna z kominkiem umieszczonym w osi skrzydełek z pasami widniejącymi w promieniach RTG w rozmiarach:

[www.wpr.pl](http://www.wpr.pl)

40-024 Katowice, ul Powstańców 52  
tel: +48 32 609 31 40  
fax: +48 32 609 31 54  
e-mail: [wpr@wpr.pl](mailto:wpr@wpr.pl)



Bank: Santander Bank Polska S.A.  
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000  
NIP: 954 22 60 707  
REGON: 270151110  
KRS: 0000020162





## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm
14 G	2,20 x 45
16 G	1,70 x 45
17 G	1,50 x 45
18 G	1,20 x 38
20 G	1,00 x 32
22 G	0,80 x 25

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 13 - Pakiet nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop kaniuli 24g bez portu bocznego?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 14 - Pakiet nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga zgodę na dop kaniuli 24g z dodatkowym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 15 - Pakiet nr 7 poz. 4-5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 16 - Zadanie nr 6 – laryngoskopy jednorazowe**

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści łyżkę jednorazową, metalową, niesterylną, zdezynfekowaną, gotową do użytku?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

II. Odpowiedź stanowi integralną część SWZ i będzie wiążąca podczas terminu składania ofert.

**Załączniki:**

- Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ

Sporządzili:  
Tomasz Dec

Katarzyna Pietruszka

Akceptował:  
Karina Przybyła

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNYCH  
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Dariusz Krawczyk

:

[www.wpr.pl](http://www.wpr.pl)

40-024 Katowice, ul Powstańców 52  
tel: +48 32 609 31 40  
fax: +48 32 609 31 54  
e-mail: [wpr@wpr.pl](mailto:wpr@wpr.pl)



Bank: Santander Bank Polska S.A.  
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000  
NIP: 954 22 60 707  
REGON: 270151110  
KRS: 0000020162