



Warszawa, 6 września 2022 r.

ADZ.261.46.2022

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest „sprzedaż, dostawa, instalacja oraz uruchomienie fabrycznie nowego autoklawu (sterylizatora) wraz z wyposażeniem” (sprawa ADZ.261.46.2022).

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, niniejszym zawiadamia o wynikach postępowania.

Oferta złożona przez Wykonawcę oraz jej ocena

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęła jedna oferta, która została oceniona przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”). Szczegóły dotyczące złożonej oferty oraz wynik jej badania znajduje się poniżej:

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto
1	MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 30, 02-822 Warszawa	358 161,24
Liczba punktów zdobytych w kryterium ceny oferty brutto:		50,00 pkt
Liczba punktów zdobytych w kryterium „parametry techniczne”		50,00 pkt
1	Dno komory profilowane ułatwiające odpływ kondensatu w kierunku odpływu.	TAK - 12,00 pkt
2	Płaszcz grzewczy o budowie pierścieniowej umożliwiający sprawdzenie spawów (po ściągnięciu izolacji termicznej) np. podczas „próby wodnej”	TAK - 12,00 pkt



3	Diagnostyka: Wyświetlanie na ekranie sterylizatora schematu P&ID tj. wszystkich podzespołów (zawory; czujniki ciśnienia, temp., poziomu wody; silniki; pompy) którymi steruje układ sterowniczy w postaci schematu połączeń. Symbole czujników ciśnienia i temperatury wraz z aktualnymi wartościami. Możliwość włączania/wyłączania, uruchamiania, otwierania/zamykania podzespołów bezpośrednio z ekranu (w trybie serwisowym).	TAK - 12,00 pkt
4	Możliwość wprowadzania komentarzy użytkownika do każdego programu sterylizacyjnego. Komentarze widoczne przy uruchamianiu danego programu jak również na wydruku.	TAK - 4,00 pkt
5	Funkcja „audit trail” umożliwiająca śledzenie zdarzeń na urządzeniu (awarie, włączenie i wyłączenie, otwarcie/zamknięcie drzwi, itp.) oraz zmian nastaw programów sterylizacyjnych	TAK - 4,00 pkt
6	Uruchomienie programu sterylizacyjnego poprzedzone identyfikacją operatora na podstawie osobistych kodów dostępu wraz z wydrukiem nazwiska/kodu operatora – dla min. 10 operatorów	TAK - 2,00 pkt
7	Okres, w którym Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia wynoszący co najmniej 10 lat	TAK - 2,00 pkt
8	Instrukcja obsługi w języku polskim (2 szt./sterylizator) wraz z dostawą urządzenia	TAK - 2,00 pkt
Łączna liczba zdobytych punktów wynosi 100,00 pkt		

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zgodnie z postanowieniami SWZ, Zamawiający w wyniku dokonanego badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu uznał za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 30, 02-822 Warszawa, która uzyskała największą liczbę punktów– 100,00 pkt. Cena oferty w wysokości 358 161,24 zł brutto mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej:



UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Cena oferty brutto mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE PRAWNE:

Zgodnie z art. 239 ustawy „Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia”.