

Sprawa ZP/34/2023

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Zakup cyfrowego aparatu do mammografii wraz z wyposażeniem na potrzeby Działu Elektroradiologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00458930/01 z dnia 24.10.2023 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawa Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznik nr 1, X. Stacja diagnostyczno-lekarska, Lp. 1
„-kąty widzenia min. 1780/1780”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje monitorów o kątach widzenia 178°/178°.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że zaszła omyłka pisarska.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznik nr 1, X. Stacja diagnostyczno-lekarska, Lp. 2
„Oprogramowanie umożliwia analizę badań piersi różnych modalności: min. MG,DBT,CR,MR, US,PET”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu analizy modalności DBT.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznik nr 1, X. Stacja diagnostyczno-lekarska, Lp. 8
„Dla badań mammograficznych funkcje automatycznego wyrównania piersi, wyświetlania poszczególnych kwadrantów piersi”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznik nr 1, X. Stacja diagnostyczno-lekarska, Lp. 9
„Dla badań mammograficznych konfigurowalne protokoły odczytu z możliwością edycji globalnej i dla każdego użytkownika”

Czy Zamawiający ma na myśli hanging protocols?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznik nr 1, X. Stacja diagnostyczno-lekarska, Lp. 10
„Funkcja synchronizacji badań do porównania”

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez powyższą funkcjonalność.

Odp.: Zamawiający rozumie to, jako możliwość porównania badań poprzednich do badań bieżących danego pacjenta – możliwość zsynchronizowania badań do porównania.

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznik nr 1, X. Stacja diagnostyczno-lekarska, Lp. 11
„Dla łatwego rozróżnienia, serie badań z różnych dat oznaczone są różnymi kolorami i różnym wyglądem czcionki”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu oznaczenia serii badań z różnych dat różnymi kolorami i różnym wyglądem czcionki.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznik nr 1, X. Stacja diagnostyczno-lekarska, Lp. 16

„Dla badań tomosyntezy informacja o numerze warstwy wraz z graficzną ilustracją pozycji aktualnie przeglądanej warstwy”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu informacji o numerze warstwy wraz z graficzną ilustracją pozycji aktualnie przeglądanej warstwy dla badań tomosyntezy.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie nr 8

Dotyczy Załącznik nr 1, XI. Wymagania dodatkowe, Lp. 2

„Szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 3 dni, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym zakończone wystawieniem certyfikatów dla uczestników szkolenia lub protokołem ze szkolenia”

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ile godzin szkoleń Zamawiający wymaga w zakresie obsługi stacji diagnostyczno-lekarskiej.

Odp.: Minimum 5 godzin na dzień.

Pytanie nr 9

Dotyczy Załącznik nr 1, XI. Wymagania dodatkowe, Lp. 3

„Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnej z zaleceniem producenta – w okresie gwarancyjnym) ostatni przegląd musi się odbyć w ostatnim miesiącu gwarancji”

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z obowiązku przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych dostarczonej stacji diagnostyczno-lekarskiej, ponieważ ani producenci sprzętu komputerowego, ani producenci oprogramowania nie wymagają wykonywania przeglądów gwarancyjnych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Dotyczy Załącznik nr 1, XI. Wymagania dodatkowe, Lp. 18

„Integracja z posiadanymi systemami PACS, HIS/RIS, PACS – Synektik, HIS/RIS – Comarch.”

Czy Zamawiający jest w posiadaniu wolnych licencji na podłączenie nowych urządzeń do systemu HIS/RIS – Comarch oraz HIS/RIS – Synektik?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 11

Dotyczy Załącznik nr 1, XI. Wymagania dodatkowe, Lp. 18

„Integracja z posiadanymi systemami PACS, HIS/RIS, PACS – Synektik, HIS/RIS – Comarch.”

Czy Zamawiający ma podpisaną umowę serwisową pokrywającą koszt prac po stronie systemu RIS/PACS/HIS związanych z podłączeniem i integracją nowych urządzeń?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 12

Dotyczy Załącznik nr 1, Pozostałe wymogi, Lp. 25

„Dostępność części zamiennych minimum 10 lat od momentu złożenia oferty”

Prosimy Zamawiającego o skrócenie do min. 5 lat okresu dostępności części zamiennych sprzętu komputerowego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

I. Dot. ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SWZ – Parametry techniczne

Pytanie nr 13

**Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ,
pkt. III. LAMPA RTG ppkt. 2**

2.	Materiał anody: wolfram lub molibden-rod	Tak, Podać	Wolfra
----	--	------------	--------

Czy Zamawiający w kolumnie: „OCENA PUNKTOWANA” miał na myśli brak przewidzianej punktacji odnoszącej się do powyższego parametru, np. „Bez oceny”, a opis „Wolfra” jest omyłką pisarską?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że zaszła omyłka pisarska, powinno być „Bez oceny”.

Pytanie nr 14

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ,

pkt. X. STACJA DIAGNOSTYCZNO-LEKARSKA ppkt.11

11.	Dla łatwego rozróżnienia, serie badań z różnych dat oznaczone są różnymi kolorami i różnym wyglądem czcionki	Tak	Bez oceny
-----	--	-----	-----------

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym badania z różnych dat są oznaczone tylko różnym (innym) wyglądem czcionki? Pragniemy zauważyć, że Zamawiający wymaga monitorów diagnostycznych monochromatycznych, rozróżnienie za pomocą kolorów nie będzie więc miało praktycznego zastosowania.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ,

pkt. XI. WYMAGANIA DODATKOWE, część „Pozostałe wymogi”, ppkt.22

22.	Aparat zastępczy w okresie gwarancji na czas naprawy wraz z ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk.	Tak	Bez oceny
-----	--	-----	-----------

Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z powyższego wymagania? Pragniemy zauważyć, że dostarczenie aparatu zastępczego jest kosztownym przedsięwzięciem, ze względu na transport urządzenia wymagającego naprawy oraz urządzenia zastępczego i może się wiązać w wydłużeniem czasu naprawy ze względu na czynniki takie jak: czas trwania transportu obydwu urządzeń, konieczność zamiany aparatu naprawianego na zastępczy w miejscu użytkowania oraz dostępność aparatu zastępczego. Dla przykładu w przypadku braku dostępności aparatu zastępczego, aparat niesprawny będzie oczekiwał na naprawę do momentu sprowadzenia aparatu zastępczego, czego można uniknąć w przypadku napraw wykonywanych na miejscu. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że większość napraw nie wymaga transportu aparatu do serwisu i są one wykonywane w miejscu użytkowania, ponieważ naprawy w większości wymagają wymiany pewnej części lub kilku elementów urządzenia, więc można wykonać to na miejscu oszczędzając czas oraz koszty transportu. W efekcie klient nie musi przedłużać czasu nieużyteczności aparatu, a przestój w pracy oraz koszty są ograniczone do minimum. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z powyższego wymogu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i usunie pkt 22 w załączniku nr 1 do SWZ.

II. Dot. ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SWZ – Projekt umowy:**Pytanie nr 16**

Dot. § 2. Gwarancja ust. 5 - Prosimy o doprecyzowanie, że za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny w celu ustalenia zakresu usterki lub zdalne połączenie z urządzeniem w celu jego diagnostyki.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 17

Dot. § 2. Gwarancja ust. 9 – W celu ujednoczenia zapisów umowy prosimy o zmianę dni kalendarzowych na robocze. Jednocześnie wnosimy o doprecyzowanie, że w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin ten wynosi: 5 dni roboczych.

Powyższe będzie zgodne z § 5 ust. 1.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18

Dot. § 2. Gwarancja ust. 10 - Wnosimy o usunięcie postanowienia. Mammograf jest urządzeniem, które wymaga dopuszczenia do używania w pracowni mammograficznej przez Sanepid. Procedura takiego dopuszczenia dla aparatu zastępczego może sięgać nawet 30 dni, czyli znacznie więcej niż nawet przedłużony okres naprawy urządzenia podstawowego. Ponadto pragniemy zauważyć, że dostarczenie aparatu zastępczego jest kosztownym przedsięwzięciem, ze względu na transport urządzenia wymagającego naprawy oraz urządzenia zastępczego i może się wiązać w wydłużeniem czasu naprawy ze względu na czynniki takie jak: czas trwania transportu obydwu urządzeń, konieczność zamiany aparatu naprawianego na zastępczy w miejscu użytkowania oraz dostępność aparatu

zastępczego. Dla przykładu w przypadku braku dostępności aparatu zastępczego, aparat niesprawny będzie oczekiwał na naprawę do momentu sprowadzenia aparatu zastępczego, czego można uniknąć w przypadku napraw wykonywanych na miejscu. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że większość napraw nie wymaga transportu aparatu do serwisu i są one wykonywane w miejscu użytkowania, ponieważ naprawy w większości wymagają wymiany pewnej części lub kilku elementów urządzenia, więc można wykonać to na miejscu oszczędzając czas oraz koszty transportu. W efekcie klient nie musi przedłużać czasu nieużyteczności aparatu, a przestój w pracy oraz koszty są ograniczone do minimum. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z powyższego wymogu.

Odp.: Zamawiający usunie ust. 10 z projektu umowy.

Pytanie nr 19

Dot. § 2. Gwarancja ust. 11 - W celu ujednoczenia zapisów umowy prosimy o zmianę dni kalendarzowych na dni robocze.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Dot. § 2. Gwarancja ust. 17 - Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez udzielenie gwarancji użytkownikowi? Czy Zamawiający nie będzie użytkownikiem urządzenia?

Przepisy Rozporządzenia o wyrobach medycznych wymagają od dostawcy identyfikacji miejsca użytkowania urządzenia medycznego oraz jego użytkownika.

Odp.: Uprawnienia z gwarancji przysługują bezpośrednio Zamawiającemu.

Pytanie nr 21

Dot. § 5. - Wnosimy o uzupełnienie postanowień umowy o prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych także na rzecz Wykonawcy.

Zamawiający zapewnił sobie takie odszkodowanie w ust. 2 i 10.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Dot. § 5. ust. 1 - Prosimy o wykreślenie słów: „lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego” oraz zdania ostatniego, tj.: „Zamawiający odstąpi od naliczania kar za zwłokę w usunięciu awarii, jeżeli Dostawca na czas przedłużającej się naprawy dostarczy urządzenie zastępcze.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23

Z uwagi na elektroniczną zamówień publicznych oraz fakt, że część dokumentów odbiorowych takich jak: certyfikaty, instrukcje odbioru – są przygotowywane dla Zamawiającego w biurze a nie z poziomu fabryki tak jak sprzęt, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przekazanie wymaganej dokumentacji odbiorowej - w wersji elektronicznej.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24

Ze względu na fakt, że postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, prosimy o potwierdzenie, że w każdym miejscu umowy gdzie wskazany jest Dostawca należy rozumieć, że postanowienie dotyczy Wykonawcy.

Odp.: Tak.

I. DOTYCZY: Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie nr 25

Dot. pkt. I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ppkt. 3 Termin wykonania zamówienia

Ze względu na szeroki zakres zamówienia uwzględniający m.in. wykonanie projektu osłon stałych, prace adaptacyjne, w celu zachowania odpowiedniej jakości prac i terminów wynikających z właściwego przeprowadzenia procesów technologicznych, wnosimy o wydłużenie terminu realizacji umowy do **5 tygodni od dnia podpisania umowy lub 37 dni od dnia podpisania umowy.**

Prosimy o modyfikację zapisów dot. terminu realizacji w innych dokumentach zamówienia (Formularz ofertowy, Projekt umowy) odpowiednio.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Dot. pkt. I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ppkt. 5 Wynagrodzenie

Wnosimy o modyfikację zapisów w zakresie słowa: „bezusterkowy” protokół w taki sposób, aby wykreślić z postanowień SWZ i Umowy określenie: „bezusterkowy”. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z orzecznictwem sądów przedmiot umowy może być odebrany w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, tzn. takich, które nie umożliwiają normalnego użytkowania przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym prosimy o modyfikację w następujący sposób:

5. **Wynagrodzenie:** Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisany przez strony i zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad **istotnych**, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyny ich naliczenia.

Prosimy o modyfikację zapisów dot. ww. postanowienia w innych dokumentach zamówienia (Formularz ofertowy, Projekt umowy) odpowiednio.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

II. DOTYCZY: Formularza ofertowego - Załącznik nr 2 do SWZ

Pytanie nr 27

Dot. sposobu podania ceny ofertowej

Zamawiający w Formularzu ofertowym wymaga podania:

- ceny netto,
- ceny brutto
- stawki VAT
- wartości netto,
- wartości brutto za całość zamówienia.

Prosimy o jednoznaczne określenie w jaki sposób Wykonawcy mają wpisać cenę, w przypadku gdy przedmiot zamówienia będzie objęty dwoma stawkami VAT, np. 8% i 23%?

Czy wystarczające będzie określenie % wysokości stawek podatku VAT, czy może podanie ceny netto, podatku VAT łącznie kwotą z wyszczególnieniem % stawek podatku VAT i podanie łącznej kwoty brutto, aby wpis był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa o podatku VAT i wymaganiami Zamawiającego?

Odp.: Wykonawca powinien odnieść się do przedmiotu zamówienia, którym jest cyfrowy aparat do mammografii wraz z wyposażeniem i ustalić stawkę VAT obowiązującą dla przedmiotu zamówienia, czyli dostawy mammografu. Cena powinna być określona zgodnie z formularzem i ustawą o VAT. W przypadku wystąpienia pozycji z 23% VAT, należy dołożyć w formularzu oferty kolejną wiersz.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębnienia wprowadzonych zmian.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Tumulec



Peter Kalina