



Poznań, dnia 27.09.2022r.

dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę urządzeń medycznych (ID 656593)

W odpowiedzi na Państwa wniosek o odrzucenie oferty firmy DUTCHMED ze względu na rzekomy brak spełnienia warunku dostawy urządzenia o klasie wodoodporności IPX3, dokonaliśmy ponownej weryfikacji przedłożonej dokumentacji i potwierdzamy wybór ww. Oferenta.

Zamawiający w toku postępowania wymagał złożenia oświadczenia w zakresie spełniania normy EN 13976-2:2018 od producenta inkubatora transportowego.

Takie oświadczenie zostało złożone przez firmę DUTCHMED wraz z ofertą. W powyższym dokumencie w sposób jednoznaczny wskazano sposób spełnienia wymagań określonych w punkcie 4.4 ww. normy. Ponadto Oferent załączył również oświadczenie producenta systemu inkubatora transportowego.

W ocenie Komisji weryfikacyjnej oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przepisami Prawa oraz posiada świadectwa i certyfikaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie naszego kraju.

Kierownik
Działu Aparatury Medycznej
mgr inż. Rafał Zgondek

Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
mgr inż. Michał Będźmierowski