




WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM
NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271

 32 281 02 71
32 396 51 00

 32 396 45 09

 SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 13.12.2022 r.

DZP – 50/2022

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni

Zamawiający zawiadamia, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.), że wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ w sposób następujący:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza a nie wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu 2 pozycji 11-14: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawa TYVEK o nieco większej gramaturze 64,4 g/m² co w żaden sposób nie wpływa na walory użytkowe opakowania?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu 4 pozycji 3-4: Czy Zamawiający wymaga dołączenia do jednego opakowania etykiet (12 szt. rolek) jednego tuszu?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dołączenia do jednego opakowania etykiet (12 szt. rolek) jednego tuszu.

Pytanie nr 4

Dotyczy dostarczenia próbek. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek do niższej wymienionego asortymentu ze względu na posiadanie i użytkowanie danych wyrobów przez Zamawiającego lub pozwoli na ich dostarczenie na wezwanie: Pakiet 4 poz. 3-4 Pakiet 5 poz. 6.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z zapisami SWZ.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Równocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

Zmienia się treść w § 9 ust. 3 Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, który otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 9 ust. 2 Zamawiający ma prawo do zrealizowania przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy, co jest równoznaczne z rezygnacją z wykonania dostawy lub odstąpienia od umowy na zasadach o których mowa w §10 ust. 2. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.5.”

Podpisał:
Dyrektor – Wojciech Michalik