



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00

fax: 68 384 25 90

e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl

http://www.spzozwolsztyn.pl

NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia 04.03.2021 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/76/2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „**sukcesywna 6 miesięczna dostawa rękawic diagnostycznych niejałowych dla SPZOZ w Wolsztynie**”; Nr sprawy: TP/2/2021;

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – (tekst jedn.: Dz.U.2019.2019 z późn.zm. , Zamawiający zmienia;

1. załącznik nr 6 do SWZ w następującym zakresie:

- pakiet 1, Zamawiający w kolumnie: „ilość na 6 m-cy” zmienia zapis na: „ilość na 6 m-cy/ op. a 100 szt.”.
 - pakiet 1, Zamawiający w kolumnie: „J.M.” zmienia zapis na: „rozmiar”.
 - pakiet 1, poz. 1, **Zamawiający dopuszcza** „Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpydrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, teksturowane palce, powierzchnia wewnętrzna gładka polimeryzowana, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu 0.09-0,11 mm, na dłoni 0.06-0,08 mm, mankiet 0.05-0,06 mm, posiadające AQL 1.0, posiadające Certyfikat w kategorii III/TypB Środków Ochrony Indywidualnej (UE)2016/425, będące wyrobem medycznym klasy 1 93/42/EEC, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z 1935/2004/EEC oraz spełniające standardy EN 455 (1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001, Przebadane na przenikanie 12 leków cytostatycznych wg, ASTM D6978, rękawice nie zawierające: tiuramów, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji i datą ważności oraz numerem serii, opakowanie papierowe a'100 sztuk (z odpowiednim przeliczeniem ilości), z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.
2. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie terminu składania ofert, tj. należy rozumieć: **12.03.2021 r. godz. 12:00;**
3. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć: **12.03.2021 r. godz. 12:15.**

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Załącznik:

Zmodyf. Pakiet 1

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Karol Mońko



WYNIKI RANKINGU
SZPITALI 2019

