

### Karta oceny próbki przedmiotu zamówienia

Oceniany parametr	Punktacja	Nazwa firmy	Nazwa firmy
<b>Szczelność zestawu</b>	<b>0-3 pkt</b>		
<b>Wygląd płynów</b> (prawidłowy wygląd płynu wzbogacającego i konserwującego, brak strontów i jakichkolwiek zmian w ich wyglądzie)	<b>0-4 pkt</b>		
<b>Oklejanie pojemników</b> (łatwość oklejania pojemników kodami kreskowymi)	<b>0-3 pkt</b>		
<b>Jakość drenów</b> (czy dreny są elastyczne, przezroczyste, łatwe w rollowaniu)	<b>0-3 pkt</b>		
<b>Ocena zacisków na drenach</b> (czy występują zaciski na drenach, czy posiadają właściwą ergonomię oraz jaki jest ich stopień wytrzymałości podczas procesu pobierania)	<b>0-4 pkt</b>		
<b>Ocena jakości igły</b> (obecność osłonki zabezpieczającej przed zakłuciem, łatwość zdejmowania nasadki z igły, ostrość igły, łatwość wkłucia, łatwość podłączenia probówek)	<b>0-4 pkt</b>		
<b>Szczelność zgrzewów</b>	<b>0-3 pkt</b>		
<b>Szczelność pojemników po odwirowaniu</b>	<b>0-3 pkt</b>		
<b>Brak oznak hemolizy po odwirowaniu</b>	<b>0-3 pkt</b>		
<b>Szczelność pojemników po separacji</b>	<b>0-3 pkt</b>		
<b>Szczelność zgrzewów po</b>	<b>0-3 pkt</b>		

<b>separacji</b>			
<b>Długość drenów</b> (długość umożliwiająca wykonanie odpowiedniej ilości pilotek)	<b>0-4 pkt</b>		
<b>Szczelność pojemników po zamrożeniu</b>	<b>0-3 pkt</b>		
<b>Brak oznak hemolizy podczas przechowywania</b>	<b>0-3 pkt</b>		
<b>Zgodność dokumentów wymaganych w arkuszu asortymentowo-cenowym</b>	<b>0-4 pkt</b>		
<b>Łączna ilość punktów</b>	<b>0-50 pkt</b>		

.....  
Podpis i pieczęć osoby oceniającej