

Lubań, dnia 26.06.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 1

do Szacowania wartości zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą asortymentu jednorazowego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”

W przedmiotowym Szacowaniu wartości zamówienia wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiej informacji.

Pytanie 2

Pakiet 11, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek tylko ze skalą rozszerzoną.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 3

Pakiet 11, poz. 3

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą, co 0,2 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 4

Pakiet 12, poz. 1

Proszę o dopuszczenie

- Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.

- Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.

- Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.

- Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).

- Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłoń, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.

- Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.
- Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczepek na dren.
- Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)
- Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta
- Posiada komorę
- Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary
- Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu
- Długość drenu: 180 cm
- Opakowanie: pudełko 30 sztuk, duży karton 300 sztuk

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 5

Pakiet 16, poz. 1-5

Proszę o dopuszczenie kaniul w rozmiarach:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,2 x 45	343 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	196 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	128 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 33 1,3 x 45	103 ml/min 90 ml/ min
Różowy	20 G	1,1 x 33	61 ml/min
Niebieski	22 G	0,8 x 25	31 ml/min
Żółta	24 G	0,7 x 19	18 ml/min
Fioletowa	26 G	0,6 x 19	10 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 16 oraz dokonuje podziału wyżej wymienionego pakietu na Pakiet 16A i 16B.

Pytanie 6

Pakiet 16, poz. 1-5

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 7

Pakiet 16, poz. 1-5

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarach:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Pomarańczowy	14 G	2,20 x 45	310
Szary	16 G	1,70 x 45	200
Biały	17 G	1,50 x 45	140
Zielony	18 G	1,20 x 45 1,20 x 38	100 105
Różowy	20 G	1,00 x 32	64
Niebieski	22 G	0,80 x 25	38
Żółty	24 G	0,70 x 19	22

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 16 oraz dokonuje podziału wyżej wymienionego pakietu na Pakiet 16A i 16B.

Pytanie 8

Pakiet 16, poz. 6-8

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarach:

Gauge	Kolor	Rozmiar [mm]	Przepływ [ml/min]
14G	Orange	2,1 x 45	270
16G	Grey	1,7 x 45	180
17G	White	1,4 x 45	126
18G	Green	1,3 x 32	85
18G	Green	1,3 x 45	85
20G	Pink	1,1 x 32	55
22G	Blue	0,9 x 25	33
24G	Yellow	0,7 x 19	18

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 16 oraz dokonuje podziału wyżej wymienionego pakietu na Pakiet 16A i 16B.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA