



WOJSKOWE CENTRUM

KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Warszawa, dnia 10 sierpnia 2023 r.

Wykonawcy postępowania nr 47/D/2023

WCKiK – SZP.2612.2.47/D/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pojemników poczwórnych góra-dół z filtrem antyleukocytarnym in-line do pobierania krwi”, (Sprawa 47/D/2023)

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej „SWZ” oraz załączników, na pytania skierowane przez Wykonawców w związku z prowadzonym ww. postępowaniem.

Uszczegółowienie odpowiedzi do pytania 3:

Pytanie 3.

Dot. pkt. 28

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co oznacza wymóg, iż pojemniki muszą być ułożone numerycznie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że pojemniki powinny być oznaczone numerami 1, 2, 3.

Ułożenie numeryczne oznacza, że worki poukładane są zgodnie z numeracją w swoim opakowaniu od 1 - 2 - 3 - 4 .

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Uwaga:

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert **NIE ULEGA** zmianie tj.:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wckik> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **16.08.2023 r. do godziny 9:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.08.2023 r. o godzinie 09:15.**

W imieniu kierownika Zamawiającego