

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zastosowań  
Komendy Stożecznej Policji  
podinsp. Andrzej BORYCKI

Zatwierdzam

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania 20 sztuk alkomatów dowodowych typu LION 700 w 4 kolejnych terminach przypadających następująco:  
I termin – lipiec 2024 r.;  
II termin – styczeń 2025 r.;  
III termin – lipiec 2025 r.;  
IV termin – styczeń 2026 r.  
oraz wykonanie usług poprzedzających wzorcowanie tj. przeglądów technicznych, adiustacji oraz napraw alkomatów.
2. Przegląd techniczny ma polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania, przeprowadzenia próby technicznej przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach jego pracy.
3. Adiustacja ma polegać na podaniu (w odpowiednim trybie) do urządzenia odpowiedniej ilości powietrza (lub gazu) o stałym stężeniu alkoholu przy odpowiednio wyregulowanych napięciach sterujących układ pomiarowy. Wynikiem adiustacji powinno być wyznaczenie prawidłowej odpowiedzi układu pomiarowego na wielkość pobranej próbki powietrza.
4. Wzorcowanie ma polegać na sprawdzeniu, czy pomiar wykonany przy użyciu danego przyrządu jest spójny z pomiarem wzorcowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz. U. 2021r. Poz. 2068 z późn. zmianami).
5. Naprawa ma polegać na usunięciu usterki uniemożliwiającej przeprowadzenie adiustacji urządzenia.
6. Wzorcowanie powinno być zwieńczone wystawieniem przez Wykonawcę świadectwa wzorcowania, w którym wskazany zostanie

numer fabryczny urządzenia, data wykonania wzorcowania, wynik wzorcowania oraz zalecany termin następnego wzorcowania.

7. W ramach naprawy urządzenia LION 700 w zależności od stwierdzonej w trakcie przeglądu technicznego potrzeby należy dokonać naprawy/wymiany części lub podzespołów wymienionych poniżej:

- czujnika alkoholu;
- czujnika ciśnienia;
- pokrywy baterii;
- obudowy tylnej alkomatu;
- obudowy przedniej alkomatu;
- wyświetlacza;
- elektromagnesu;
- sprężynki elektromagnetycznej;
- kolektora rurowego PCV;
- przewodnika ustnika;
- grzałki czujnika alkoholu;
- baterii do alkomatu;
- papieru do drukarki;
- kabla USB do drukarki;
- akumulatora drukarki;
- przycisku do alkomatu.

8. Ofertę należy przedstawić według zamieszonego wzoru (Oferta Wykonawcy)

### OFERTA WYKONAWCY

Lp.	Rodzaj usługi	Ilość usług	Cena jednostkowa netto PLN	Stawka podatku VAT	Wartość usługi brutto w PLN * (kol. 3 x kol. 4) powiększona o stawkę podatku VAT wskazaną w kol. 5
1	2	3	4	5	6
1.	Przegląd techniczny , adiustacja	80			
2.	Wzorcowanie (przeprowadzone w dwóch punktach pomiarowych wymagane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości tj. 0,10 mg/l i 025 mg/l)	80			

Koszt części/ podzespołów przy naprawie **					
3	Czujnik alkoholu	6			
4	Czujnik ciśnienia	6			
5	Pokrywa baterii	6			
6	Obudowa tylna alkomatu	6			
7	Obudowa przednia alkomatu	6			
8	Wyświetlacz	6			
9	Elektromagnes	6			
10	Sprężynka elektromagnetyczna	6			
11	Kolektor rurowy PCV	6			
12	Prowadnik ustnika	6			
13	Grzałka do czujnika alkoholu	6			
14	Bateria do alkomatu	6			
15	Papier do drukarki	6			
16	Kabel USB do drukarki	6			
17	Akumulator Drukarki	6			
18	Przycisk alkomatu	6			
<b>Cena oferty brutto w PLN (suma poz. 1-18):</b>					

\* do dwóch miejsc po przecinku

\*\* cena naprawy musi zawierać koszt robocizny oraz części/podzespołów

9. Zamawiający zastrzega, że ilość napraw wskazana w tabeli została określona szacunkowo w celu wyliczenia ceny oferty, a rzeczywista ilość zlecanych usług wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

INSPEKTOR  
 Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
 Komendy Stołecznej Policji  
*Daniel Bankowski*  
 Daniel BANKOWSKI

16 STY. 2024