



## SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

e-mail: [marta.kieras@barlicki.pl](mailto:marta.kieras@barlicki.pl)

Tel. 42 677-68-24

Łódź, 10.10.2023 r.

**Znak sprawy: 112/TP/ZP/D/2023**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa staplerów, ładunków”.**

**Szanowni Państwo!**

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

### **Pytanie 1**

W Pakiecie nr 5 pozycja 5 i 6.

„Ładunek z nożem do staplera endoskopowego .... wymaga trokara o średnicy 15 mm”

Czy ładunek ma być sprzedawany wraz z trokarem?

**Odpowiedź: Nie, ma być sprzedawany osobno.**

### **Pytanie 2**

#### **Pakiet 5**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie uniwersalnej rękojeści 12mm, współpracującej ładunkami 230, 45, 60mm, obrotowej 360 stopni, z artykulacją 45 stopni w obie strony, z możliwością otwierania staplera za pomocą cofnięcia suwaka zwalniającego zszywki, znajdującego się w rękojeści. Długość trzonu 11 cm. Możliwość ponownego ładowania podczas jednego zabiegu do 25 razy

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie 3**

#### **Pakiet 5**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie uniwersalnej rękojeści 12mm, współpracującej ładunkami 230, 45, 60mm, obrotowej 360 stopni, z artykulacją 45 stopni w obie strony, z możliwością otwierania staplera za pomocą cofnięcia suwaka zwalniającego zszywki, znajdującego się w rękojeści. Długość trzonu 16 cm. Możliwość ponownego ładowania podczas jednego zabiegu do 25 razy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie 4**

#### **Pakiet 5**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie uniwersalnej rękojeści 12mm, współpracującej ładunkami 230, 45, 60mm, obrotowej 360 stopni, z artykulacją 45 stopni w obie strony, z możliwością otwierania staplera za pomocą cofnięcia suwaka zwalniającego zszywki, znajdującego się w rękojeści. Długość trzonu 26 cm. Możliwość ponownego ładowania podczas jednego zabiegu do 25 razy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie 5**

#### **Pakiet 5**

Czy Zamawiający w pozycji 4-5 dopuści zaoferowanie ładunków jak wymagane, kompatybilnych z trokarem 12mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 6****Pakiet 5**

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie ładunków jak wymagane, kompatybilnych z trokarem 12mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 7****Pakiet 5**

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie ładunków jak wymagane ze zszywkami wysokości 2.5mm, kompatybilnych z trokarem 12mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 8****Pakiet 5**

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie ładunków 60mm ze zszywkami wysokości 3.0-3.5-4.0mm, kompatybilnych z trokarem 12mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 9**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 poz. nr F jednorazowego narzędzia do preparowania ultradźwiękowego, o długości trzonu 34,9 (szczęki zagięte) lub 43,5 cm (szczęki proste) do wyboru przez Zamawiającego, średnica trzonu 5,5 mm., urządzenie pozwalające na pracę w dwóch trybach Max. i Min. dostępnych z jednego przycisku, narzędzie współpracujące z wielorazowym generatorem pracującym w technologii ultradźwiękowej (z bezpłatnym użyczeniem generatora i akcesoriów wielorazowych na czas trwania umowy).

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 10**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 1 staplera liniowego z nożem wbudowanym w stapler dla zwiększonego bezpieczeństwa personelu, w rozmiarze 60 o długości linii zszywek 61mm i długości linii cięcia 55mm. Stapler wyposażony jest w:

- dźwignię do wystrzelenia ładunku
- pozycję pośrednią umożliwiającą aplikację staplera jedną ręką
- wskaźnik końca linii cięcia
- mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem,
- systemy zabezpieczające zespolenie: pin pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki
- 60 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 2,5mm lub 3,8mm lub 4,5mm, po zamknięciu odpowiednio 1,0mm, 1,5mm, 2mm ułożonych w dwóch rzędach. Zamawiający każdorazowo poda wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 11**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 2 jednorazowego ładunku do staplera liniowego z nożem, w rozmiarze 60 o długości linii zszywek 61mm i długości linii cięcia 55mm, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża. Ładunek zawiera 60 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 2,5mm lub 3,8mm lub 4,5mm, po zamknięciu odpowiednio 1,0mm, 1,5mm i 2mm ułożonych w dwóch rzędach. Zamawiający każdorazowo poda wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 12**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 3 staplera liniowego z nożem wbudowanym w stapler dla zwiększonego bezpieczeństwa personelu, w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 81mm i długości linii cięcia 75mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w:

- dźwignię do wystrzelenia ładunku
- pozycję pośrednią umożliwiającą aplikację staplera jedną ręką
- wskaźnik końca linii cięcia
- mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem,

- systemy zabezpieczające zespolenie: pin pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki - 80 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 3,8mm lub 4,5mm, po zamknięciu odpowiednio 1,5mm i 2mm ułożonych w dwóch rzędach. Zamawiający każdorazowo podaje wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 13**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 4 jednorazowego ładunku do staplera liniowego z nożem, w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 81mm i długości linii cięcia 75mm, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża. Ładunek zawiera 80 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 3,8mm lub 4,5mm, po zamknięciu odpowiednio 1,5mm i 2mm ułożonych w dwóch rzędach. Zamawiający każdorazowo podaje wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 14**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 5 staplera jednorazowego użytku do zamykania skóry z 35 zszywkami - z przezroczystym wskaźnikiem z boku z podziałką 15, 25, 35 zszywek. Możliwość zakładania zszywek pod kątem z uwzględnieniem różnej grubości skóry. Zszywka o szerokości 6,7 mm; wysokości 4,0 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 15**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 5 poz nr 1 rękojeści z trzonem o długości 5 cm nie gumowanej (z powierzchnią antypoślizgową), spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 16**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 5 poz nr 2 rękojeści z trzonem o długości 15 cm nie gumowanej (z powierzchnią antypoślizgową), spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 17**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 5 poz nr 3 rękojeści z trzonem o długości 25 cm nie gumowanej (z powierzchnią antypoślizgową), spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 18**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 5 poz. nr 4 ładunku ze zszywkami o wysokości 3,8 mm, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 19**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 5 poz. nr 5 ładunku ze zszywkami o wysokości 3,8 mm i/lub 4,5 mm (do trokara 15 mm) spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 20**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 5 poz. nr 10 ładunku nie pokrytego wchłaniającym materiałem, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 21**

Pakiet 5

Poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, uniwersalną rękojeść do staplera, z możliwością artykulacji non-stop (płynne ruchy ładunku) do 45 stopni w obie strony, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 22**

Pakiet 5

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki sterylne do uniwersalnego staplera laparoskopowego, do tkanki naczyniowo-średniej, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0-2,5-3,0mm, pozostałe parametry wg SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie 23**

Pakiet 5

Poz. 9

LUB

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki sterylne do uniwersalnego staplera laparoskopowego, do tkanki naczyniowej, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,5 mm, pozostałe parametry wg SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie 24**

Pakiet nr 4, Punkt 1:

Czy zamawiający dopuści:

Jednorazowe, sterylne, zaawansowane narzędzie bipolarne do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym typu Maryland, linia koagulacji 20mm, linia cięcia 18 mm (noż tnący w narzędziu), do zabiegów laparoskopowych o długość trzonu narzędzia 37 cm o średnicy trzonu 5 mm, rotacja 360 stopni w obie strony; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. Narzędzie współpracujące z generatorem dostarczonym przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy). Opakowanie 6 szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie 25**

Pakiet nr 4, Punkt 2:

Czy zamawiający dopuści:

Jednorazowe, sterylne, zaawansowane narzędzie bipolarne do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione, linia koagulacji 40mm, linia cięcia 38 mm (noż tnący w narzędziu), długość trzonu narzędzia 20 cm; rotacja 180 stopni w obie strony; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. Narzędzie współpracujące z generatorem dostarczonym przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy). Opakowanie 6 szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie 26**

Pakiet nr 4, Punkt 3:

Czy zamawiający dopuści:

Jednorazowe, sterylne, zaawansowane narzędzie bipolarne do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; do zabiegów otwartych; szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym, linia koagulacji 17mm, linia cięcia 15 mm (noż tnący w narzędziu), długość całkowita narzędzia 19.3 cm. Energia aktywowana automatycznie po dociśnięciu rękojeści narzędzia. Brak konieczności zmiany oprogramowania generatora w przypadku pojawienia się aktualizacji systemu – najnowsze oprogramowanie zintegrowane z każdym narzędziem roboczym. Narzędzie współpracujące z generatorem dostarczonym przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy). Opakowanie 6 szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie 27**

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 21-dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji jakościowej.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 28**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 6, 7, 11:

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu lub wydaniu zamówionego towaru w wysokości 0,3% wartości netto niedostarczonego lub niewydanego towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego lub niewydanego towaru.
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu lub wydaniu reklamowanego towaru w wysokości 0,3% wartości netto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru.
3. W razie rozwiązania umowy z przyczyn określonych w §7 ust. 2, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości netto określonej w §2 ust. 1 pkt. 1.1.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu niewykonania obowiązku określonego w §1 ust 5 umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do każdej deklaracji, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy niedostarczona deklaracja. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w razie, gdyby kara umowna nie pokryła poniesionej przez Zamawiającego z w/w tytułu szkody (w szczególności nałożonych na Zamawiającego przez uprawnione organy lub podmioty kar), będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Z-ca Kierownika  
Sekcji Zamówień Publicznych  
*Kieras*  
mgr Marta Kieras