



Poznań, dnia 24.11.2023 r.

Oznaczenie sprawy: PN-134/23

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych – Zamawiający poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1

Pytanie dot. Części nr 28:

pozycja nr 1,2: Czy Zamawiający dopuści końcówki w opakowaniu zbiorczym zawierającym 10 pudełek po 96 sztuk oraz w przypadku zgody, w pozycji nr 1 zaoferowanie 4,5 takich opakowań (45 pudełek po 96szt.), w pozycji nr 2 zaoferowanie 1 takiego opakowania (10 pudełek po 96 szt.)? pozycja nr 1: Do jakiej pipety marki Eppendorf - kodowanej na szaro czy żółto mają pasować końcówki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze pod warunkiem, że końcówki pakowane po 96 sztuk umiejscowione są w specjalnych stelażach tak, aby przy wyjmowaniu końcówki ze stelaża zachowana będzie jego sterylność. Pipety kodowane są na szaro.

Zestaw nr 2

Część 21

Czy Zamawiający dopuści chusteczki pakowane po 80 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 10.500 op.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści chusteczki pakowane po 50 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 16.800 op.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 3

PAKIET 2 POZ. 1

Rogale do pozycjonowania wcześniaków i noworodków w trzech rozmiarach: S wymiary: 11 cm x 75 cm M wymiary: 14 cm x 85 cm L wymiary: 15 cm x 100 cm

Wykonany z:

- pokrowiec wewnętrzny wykonany z wodoodpornego materiału z możliwością dezynfekcji
- pokrowiec zewnętrzny uszyty z 100% bawełny z jonami srebra(działanie antybakteryjne) , przeznaczony dla dzieci i niemowląt(z otworem tak skonstruowanym aby łatwo można było wymieniać rogal, a tym samym zabezpieczał przed jego wysunięciem).
- wypełnione mikro granulkami styropianowymi, nie zawierające szkodliwych substancji i zanieczyszczeń. umożliwiające idealne dopasowanie się do kształtu ciała. Rogale posiadają atest OEKO-TEX

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że pokrowiec wewnętrzny wykonany będzie z materiału paroprzepuszczalnego, z tkaniny medycznej Sanmed C460 lub równoważnej oraz będzie posiadał atesty PZH, OekoTex Standard 100 i certyfikaty REACH i Phthalate FREE. Ponadto, pozostałe parametry pokrowca wewnętrznego, zewnętrznego i wypełnienia zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 4

Czy Zamawiający dopuści i / lub wydzieli do przetargu w grupie nr 20:

Poz. 1.

Chusteczki przeznaczone do łagodnego mycia i pielęgnacji delikatnej skóry noworodka – skrajnych wcześniaków od 23 do 30 tygodnia życia, nasączone łagodnym płynem zawierającym 99% wody oraz 1% pozostałe substancje wymienione w załączonej tabeli. Łagodnie pielęgnujące, pH neutralne dla skóry, dobrze tolerowane przez skórę bardzo wrażliwą oraz skłoną do atopii. Opakowanie 70 szt.





| Raw Materials Chemical Name | Amount of Concentration in Raw Material (Min% Concentration) | Amount of Concentration in Raw Material (Max% Concentration) |
|-----------------------------|--|--|
| Aqua | 99,0 | 99,15 |
| Tetrasodium EDTA | 0,0200 | 0,1000 |
| caprylyl/capryl glucoside | 0,0200 | 1,0000 |
| Parfum | 0,0200 | 0,4000 |
| Benzoic acid | 0,0500 | 0,0960 |
| phenoxyethanol | 0,5000 | 0,6400 |
| Dehydroacetic Acid | 0,0200 | 0,0640 |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza (nie wydziela do innej części) opakowanie 70 szt. z przeliczeniem ilości zgodnie z zamówieniem, pozostałe parametry (skład) zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający dopuści i / lub wydzieli do przetargu w grupie nr 21:

Poz. 1.

Chusteczki przeznaczone do łagodnego mycia i pielęgnacji delikatnej skóry noworodka. Łagodnie pielęgnujące, utrzymujące naturalne pH skóry. Bez alkoholu i parabenów, nie powodujące podrażnień skóry niemowlęcia.

Opakowanie 70 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza (nie wydziela do innej części) chusteczki o w/w parametrach.

.....
(podpis Zamawiającego)

