

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/66/20

Sucha Beskidzka, dnia 15.12.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic –
uzupełnienie V (ZOZ.V.010/DZP/66/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe
pytanie:

Pakiet 1, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe z poziomem $AQL \leq 1,5$
oraz grubością wynoszącą na palcu $0,11 \pm 0,02$ mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza (parametr oceniany).

Pakiet 1, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe, których grubość na palcu
wynosi min. 0,10mm, długość rękawicy to min. 240 mm, a poziom $AQL=1,5$?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza


Pakiet 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe jedynie w rozmiarze M oraz
L do wyboru przez Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza..

Pakiet 3, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, których grubość na palcu
wynosi $0,08 \pm 0,01$ mm, a średnia siła zrywu przed starzeniem to min. 7N?

Odp.: Zamawiający dopuszcza (parametr oceniany).

Z poważaniem:



Kierownik
Biura Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek